

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – Kardiomonitor transportowy ze statywem na kółkach.

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Kardiomonitor transportowy ze statywem na kółkach	szt.	1						
Razem:									

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....dnia

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013

DANE OGÓLNE

NAZWA.....
TYP/ MODEL**NA KATALOGOWY**.....
ROK PRODUKCJI..... **ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI**.....
KRAJ PRODUKCJI..... **WYKONAWCA /PRODUCENT**.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 3 - Kardiomonitor transportowy ze statywem na kółkach – szt 1.

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I	MONITOR	TAK	
	Ekran kolorowy	TAK	
	Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)	TAK	
	Przekątna ekranu min. 8,4”	TAK	
	Rozdzielczość ekranu co najmniej 800x600	TAK	
	Wyświetlanie min. 4 krzywych na ekranie	TAK	
	Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów	TAK	
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwane przy pomocy pokrętle i dedykowanych przycisków i ekranu dotykowego	TAK	
II.	MONITOROWANIE		
1.	Ekg/Resp - jednoczesne wyświetlanie dwóch odprowadzeni EKG - pomiar respiracji z elektrod EKG, możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania oddechu - pomiar odchylenia odcinka z 7 odprowadzeń jednocześnie	TAK	

2.	NIBP - pomiar ręczny i automatyczny - wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich - funkcja pomocy przy nakłuciu żyły	TAK	
3.	SpO2/Pleth - wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych	TAK	
4.	Możliwość dowolnego konfigurowania alarmów poszczególnych parametrów	TAK	
5.	Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów	TAK	
6.	Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów na podstawie ich bieżących wartości	TAK	
7.	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów	TAK	
8.	Sygnalizowanie alarmów technicznych	TAK	
III.	AKCESORIA		
1.	Przewód EKG pacjenta 5 – odprowadzeniowy	TAK	
2.	Mankiet wielokrotnego użytku średni i duży dla dorosłych	TAK	
3.	Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych i dzieci	TAK	
IV.	INNE PARAMETRY		
1.	Trendy tabelaryczne min. 120 godz.	TAK	
2.	Trendy graficzne min. 120 godz.	TAK	
3.	Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania minitrendów obok odpowiednich krzywych dynamicznych	TAK	
4.	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe min. 2 h pracy na akumulatorze	TAK	
5.	Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania obudowy urządzenia	TAK	
6.	Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora	TAK	
7.	Ciężar kardiomonitora z akumulatorem poniżej 3 kg	TAK	
8.	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1	TAK	
9.	Możliwość uaktualniania oprogramowania	TAK	
10.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK	
11.	Statyw na kółkach z koszykiem na akcesoria	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)