

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

**Zadanie 1 Videokolonoskop wraz z pompą do splukiwania pola obserwacyjnego.**

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Videokolonoskop wraz z pompą do splukiwania pola obserwacyjnego	kpl.	1						
<b>Razem:</b>									

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętą imienną)

**Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013**

**DANE OGÓLNE**

**NAZWA**.....  
**TYP/ MODEL** .....**NA KATALOGOWY**.....  
**ROK PRODUKCJI**..... **ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI**.....  
**KRAJ PRODUKCJI**..... **WYKONAWCA /PRODUCENT**.....

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH**

**Zadanie 1 Videokolonoskop wraz z pompą do spłukiwania pola obserwacyjnego.**

<b>Lp.</b>	<b>Parametr / warunek</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b>
1	Pole widzenia minimum 140°	TAK	
2	Kierunek widzenia – na wprost	TAK	
3	Głębina ostrości minimum 3 – 100 mm	TAK	
4	Średnica zewnętrzna końcówki maximum 12,8 mm	TAK	
5	Średnica zewnętrzna sondy maximum 12,8 mm	TAK	
6	Zakres odchylenia końcówki minimum G:180°, D:180° L:160° P: 160°	TAK	
7	Długość robocza sondy minimum 1680mm	TAK	
8	Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego minimum 3,7 mm	TAK	
9	Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 przyciski	TAK	
10	Zgodność z posiadanym zestawem video OLYMPUS EXERA oraz myjnią automatyczną typu ETD bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów	TAK	
11	Kanał do spłukiwania pola obserwacji	TAK	
12	Na wyposażeniu aparatu pompa do spłukiwania pola obserwacji poprzez dodatkowy kanał videokolonoskopu	TAK	

**UWAGA:**

**Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".**

**Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.**

**Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.**

.....dnia.....

.....  
(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętą imienną)