

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - Defibrylator wraz z wózkiem jezdny.

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Defibrylator wraz z wózkiem jezdny	szt.	2						
Razem:									

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....dnia

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013

DANE OGÓLNE

NAZWA.....
TYP/ MODELNA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 2 - Defibrylator wraz z wózkiem jezdny – szt 2.

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie do monitorowania i defibrylacji	TAK	
2	Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min 7"	TAK	
3	Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych	TAK	
4	Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej	TAK	
5	Dwufazowa fala defibrylacji z kompensacją impedancji pacjenta	TAK	
6	Defibrylacja ręczna w zakresie min od 1 do 360 J	TAK	
7	Czas ładowania do energii 200 J max 5 sekund	TAK	
8	Możliwość wyboru jednego spośród min 20 poziomów energii defibrylacji	TAK	
9	Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym	TAK	
10	Energia defibrylacji w trybie AED min od 100 do 360 J	TAK	
11	Programowanie przez użytkownika wartości energii dla 1,2 i 3 defibrylacji z energią 200 J i większą	TAK	
12	Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej	TAK	
13	Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii	TAK	
14	Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych	TAK	
15	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK	

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
16	Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych wraz aparatem elektrody jednorazowe do defibrylacji i stymulacji dla dzieci i dorosłych	TAK	
17	Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna	TAK	
18	Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie	TAK	
19	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min od 0 do 200mA	TAK	
20	Zakres częstości stymulacji w zakresie min od 40 do 170imp/min	TAK	
21	Wbudowana drukarka termiczna	TAK	
22	Papier o szerokości min 50mm	TAK	
23	Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min 3 krzywych	TAK	
24	Programowanie automatycznie wykonywanych testów nie wymagających włączenia defibrylatora	TAK	
25	Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230V	TAK	
26	Akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK	
27	Czas pracy na bateriach dla urządzenia min 2 godziny	TAK	
28	Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego akumulatorami	TAK	
29	Możliwość wykonania min 100 defibrylacji z maksymalną energią 360 J na w pełni naładowanych bateriach	TAK	
30	Ładowanie baterii w urządzeniu od 0 do 100% w czasie do 3 godzin	TAK	
31	Monitorowanie EKG min 3 odprowadzeń	TAK	
32	a. Zakres pomiaru częstości serca w zakresie od 15-300B/min	TAK	
33	b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4;	TAK	
34	c. Pomiar respiracji w zakresie od 0 do 120 rpm	TAK	
35	Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów	TAK	
36	Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci	TAK	
37	Masa defibrylatora z akumulatorami i łyżkami max 6 kg	TAK	
38	Wózek jezdny do przewożenia defibrylatora.	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną)