

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/52/2014 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Oprogramowanie do badań holtera z rejestratorami

Lp	Nazwa	ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Oprogramowanie do badań Holtera EKG wraz z 1 rejestratorem 12 kanałowym oraz 4 rejestratory 3 kanałowe	1kpl						

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
o składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

NAZWA

WYKONAWCA/PRODUCENT (podać):

TYP (podać):

ROK PRODUKCJI 2014 (podać):

KRAJ Pochodzenia (podać):

Parametry jakościowe i cechy techniczno – użytkowe

Lp	PARAMETR/WARUNEK	Parametry wymagane	Podać TAK/NIE	Parametry oferowane (należy podać)
Oprogramowanie do badań Holtera EKG z 1 rejestratorem				
1.	Przeglądanie fragmentów EKG w trybie stronicowym	TAK		
2.	Przeglądanie EKG w trybie wstęp (strip)	TAK		
3.	Analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym	TAK		
4.	Analiza automatyczna oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń	TAK		
5.	Automatyczna analiza arytmii komorowych i nadkomorowych	TAK		
6.	Automatyczna analiza odcinka ST	TAK		
7.	Możliwość konfiguracji parametrów analizy	TAK		
8.	Możliwość korekty klasyfikacji każdego pobudzenia	TAK		
9.	Automatyczny dobór przykładów ilustrujących epizody arytmii i zmiany odcinka ST	TAK		
10.	Analiza czasowa HRV, prezentacja wyników w formie graficznej	TAK		
11.	Analiza spektralna HRV, prezentacja wyników w formie graficznej (3D)	TAK		
12.	Analiza stymulatorów jedno i dwu jamowych	TAK		
13.	Histogramy odstępów PIK-R, R-PIK, PIK-PIK, R-R	TAK		
14.	Tabela błędnych stymulacji obejmująca błędy typu FTS, FTP, FTC, FTK	TAK		
15.	Trend pobudzeń stymulowanych na minutę oraz statystyki	TAK		
16.	Analiza odstępu QT	TAK		
17.	Pomiar QT, Qtc, QTP, Dyspersji Tabela z wartościami min. max, średnia QT, QTC, QTP Dyspersja	TAK		

Lp	PARAMETR/WARUNEK	Parametry wymagane	Podać TAK/NIE	Parametry oferowane (należy podać)
18.	Możliwość wykonania analizy turbulencji rytmu serca	TAK		
19.	Baza danych pacjentów i badań	TAK		
20.	Możliwość konfiguracji raportu końcowego	TAK		
21.	Możliwość analizy zapisów dłuższych niż 36 godzin	TAK		
22.	Możliwość analizy zapisów z dwunastu odprowadzeń	TAK		
23.	Możliwość wyboru analizowanych kanałów od 1 do 3	TAK		
24.	Możliwość ustawienia punktów pomiarowych ST niezależnie dla każdego kanału.	TAK		
25.	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)	TAK		
26.	Możliwość prezentacji pobudzeń z danej klasy w trybie stronicowym	TAK		
27.	Możliwość bezpośredniej edycji tabeli arytmii	TAK		
28.	Wykrywanie epizodów uniesień odcinka ST z uwzględnieniem nachylenia	TAK		
29.	Analiza epizodów obniżenia odcinka ST z uwzględnieniem rodzaju nachylenia	TAK		
30.	Trendy ST w formie wykresów 3D	TAK		
31.	Automatyczna kalibracja	TAK		
32.	Możliwość wyłączenia z analizy fragmentów zapisu	TAK		
33.	Możliwość bezprzewodowej komunikacji z rejestratorem	TAK		
34.	Archiwizacja danych	TAK		

Rejestrator EKG holterowski 12-kanałowy 48 godzinny

1	Rejestrator cyfrowy	TAK		
2	Liczba rejestrowanych odprowadzeń 12	TAK		
3	Czas rejestracji 48 godzin	TAK		
4	Liczba elektrod max 10	TAK		
5	Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina)	TAK		
6	Rejestracja bez kompresji danych	TAK		
7	Przycisk zdarzeń pacjenta	TAK, przycisk event		
8	Detekcja pików rozrusznika serca	TAK		
9	Zasilanie z dwóch baterii 1,5V (AA)	TAK		
10	Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod	TAK		
11	Bezprzewodowa komunikacja rejestratora z komputerem	TAK		
12	Podgląd pełnego zapisu EKG (12 odprowadzeń) na monitorze komputera w czasie rzeczywistym	TAK		
13	Wyświetlacz graficzny LCD wbudowany w rejestrator	TAK		
14	Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora	TAK		
15	Zapis danych pacjenta w rejestratorze	TAK		
16	Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora	TAK		
17	Masa max. 260 gram	TAK		
18	Karta pamięci	TAK		

Rejestrator EKG holterowski 3-kanalowy 48 godzinny - SZTUK 4

1	Rejestrator cyfrowy	TAK		
2	Liczba rejestrowanych odprowadzeń 3	TAK		
3	Czas rejestracji 48 godzin	TAK		
4	Liczba elektrod max 7	TAK		
5	Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina)	TAK		
6	Rejestracja bez kompresji danych	TAK		
7	Przycisk zdarzeń pacjenta	TAK, przycisk event		
8	Detekcja pików rozrusznika serca	TAK		
9	Zasilanie z dwóch baterii 1,5V (AA)	TAK		
10	Kontrola stanu baterii oraz podłączenia elektrod	TAK		
11	Bezprzewodowa komunikacja rejestratora z komputerem	TAK		
12	Podgląd pełnego zapisu EKG (12 odprowadzeń) na monitorze komputera w czasie rzeczywistym	TAK		
13	Wyświetlacz graficzny LCD wbudowany w rejestrator	TAK		
14	Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora	TAK		
15	Zapis danych pacjenta w rejestratorze	TAK		
16	Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora	TAK		
17	Masa max. 260 gram	TAK		
18	Karta pamięci	TAK		

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

....., DNIA

.....

(podpis osoby – osób uprawnionych
o składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)