



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/396/2011

Sanok, dnia 01 sierpnia 2011

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/53/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Analityki Medycznej i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i SIWZ

* Pytanie nr 1 - dot. zad. 1

Czy w zakresie terminu ważności odczynników do Pracowni Transfuzjologicznej (oferta pkt. 3, umowa § 7 ust. 3), Zamawiający uwzględni okres ważności krwinek, który wynosi 4 tygodnie licząc od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni okres ważności krwinek, który wynosi 4 tygodnie licząc od daty dostawy.

* Pytanie nr 2 - dot. zad. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 zadania 1 odczynnika anty C^N w buteleczkach o pojemności 2ml w ilości 15szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 3 - dot. zad.1

Czy w poz. 21 Zadania nr 1 poprawnie określono wielkość zapotrzebowania – ilość 50 zestawów?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w poz. 21 należy zaoferować 100 ampulek(1amp x 2ml) lub 50 zestawów (2amp x 2ml).

Ponadto wyjaśniamy iż w sprostowaniu - pismo SPZOZ/SAN/ZP/393/2011 z dnia 27 lipca w poz. 21 błędnie wpisano ilość (50 zestawów)

| Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa produktu oferowanego | j.m. | Ilość |
|-----|--|-------------------------------------|------------|--------------|
| 21 | Standaryzowane krwinki wzorcowe O Rh + opłaskowane przeciwciałami anty - D | | 1amp x 2ml | 50 zestaw |

MA BYĆ

| Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa produktu oferowanego | j.m. | Ilość |
|-----|--|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 21 | Standaryzowane krwinki wzorcowe O Rh + opłaszczone przeciwciałami anty - D | | 1 amp x 2ml | 100 ampulek |

*** Pytanie nr 4 - dot. zad. 2, poz. 4**

Jaki analizator jonoselektywny posiada Zamawiający czy wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż posiada analizator Corning 614, natomiast nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 4 do oddzielnego pakietu.

*** Pytanie nr 5 - dot. zad. 2, poz. nr 4**

Jaki model analizatora jonoselektywnego NaK (pozycja nr 4) posiada zamawiający?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty tylko na pozycję nr 4 z zadania nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił wyjaśnień w pytaniu nr 4.

*** Pytanie nr 6**

Wnosimy o uzasadnienie zgodnie z Prawem zamówień Publicznych wymagania iż odczynniki monoklonalne muszą pochodzić od jednego producenta. Nadmieniamy, że Instytut Hematologii i Transfuzjologii określa miana dla wymienionych odczynników w pkt. 13.1.2., pkt.13.1.3 oraz w pkt. 13.1.6 i wymagane jest dla nas czytelne, jednak nie odnaleźliśmy w/w publikacji wzmianki że odczynniki muszą być od jednego producenta (publikacja określa wymagania zgodnie z WHO).

Wymaganie nie ma potwierdzenia również w Pzp z uwagi na fakt, że po zmianach nie preferuje się producentów określonych, krajowych itp.

Ponadto wskazujemy, że wymagania w rubryce 4 (j.m) wraz z wymaganiem jednego producenta wskazuje tylko jedna firmę w całej UE co jest utrudnieniem dostępu do rynku pomimo, że zamawiający w dział I pkt 2 siwz deklarował równość w traktowaniu oferentów.

Zatem wnosimy o odstąpienie od wymogu – jednego producenta, a jeżeli Zamawiający podtrzyma wymagania z siwz wnosimy o uzasadnienie prawne czyli z przytoczenie zapisów z normy Pn, ustawy lub Rozporządzenia Ministra zdrowia lub WHO aby postępowanie posiadało znamiona czytelnego, przejrzystego dla wszystkich.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu aby odczynniki pochodziły od jednego producenta, natomiast wymaga aby odczynniki były w butelkach posiadających kołnierz zabezpieczający, który chroni przed ryzykiem zanieczyszczenia odczynników.

UWAGA

Wobec udzielonych wyjaśnień mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem