Zadanie 12 – Krzesło – stanowisko do pobierania krwi.

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Krzesło – stanowisko do pobierania krwi.	szt.	1						
							Razem:		

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 12 – Krzesło – stanowisko do pobierania krwi.

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Konstrukcja stalowa malowana proszkowo stacjonarna	TAK	
2	Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia	TAK	
3	Siedzisko-oparcie, zagłówek, podłokietniki – wykonane z materiału zmywalnego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach	TAK	
4	Podłokietniki zintegrowane z oparciem	TAK	
5	Kolor tapicerki do wyboru w czasie składania zamówienia	TAK/podać gamę kolorów	
6	Obciążenie min. 120kg	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)