Zadanie 23 – Wózki do przewozu chorych

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy)	szt.	2						
2	Wózek do przewozy chorych w pozycji siedzącej	szt.	5						
							Razem:		

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

Zadanie 23 poz.1 – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy).

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szerokość całkowita: 850 mm (+/- 50 mm)	TAK PODAĆ	
2	Długość całkowita: 2150 mm (+/- 50 mm)	TAK PODAĆ	
3	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 400 - 850 mm (+/- 50 mm)	TAK PODAĆ	
4	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą od 0^0 do 15^0 (+/- 5^0) – regulacja płynna	TAK PODAĆ	
5	Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0^0 do 15^0 (+/- 5^0) – regulacja płynna	TAK PODAĆ	
6	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg	TAK	
7	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
8	Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG	TAK	
9	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia	TAK	

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
10	Pod leżem listwa wyposażona w przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego	Tak	
11	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-75° (+/- 5°) - regulacja płynna	TAK PODAĆ	
12	Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-50° (+/- 5°) - regulacja płynna	TAK PODAĆ	
13	Rama wyposażona w min. 6 krążków odbojowych	TAK	
14	Bezpieczne obciążenie robocze min.250 kg.		
15	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża	TAK	
16	Wózek wyposażony w: - barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża, - wieszak kroplówki, - materac, - miejsce na butlę z tlenem w tworzywowej osłonie podwozia - dodatkowy uchwyt do przetaczania wózka	TAK	
17	Cztery podwójne koła jezdne blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową.	TAK	
18	Średnica kół min. 150 mm	TAK PODAĆ	
19	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS	TAK	
20	Dźwignia blokady dostępna przy każdym kole	TAK	
21	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE	TAK	
22	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów	TAK	
23	Gwarancja min. 24 miesięcy	TAK PODAĆ	
24	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
25	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat	TAK	

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
26	Czas reakcji serwisu 48 godz.	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

Zadanie 23 poz.2 – Wózek do przewozu chorych w pozycji siedzącej

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej	TAK	
2	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję oraz promieniowanie UV	TAK	
3	Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych oraz niepalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
4	Wytrzymałość wózka min. 120 kg	TAK PODAĆ	
5	Szerokość siedziska 49 cm (+/- 3 cm)	TAK PODAĆ	
6	Całkowita szerokość wózka max. 68 cm	TAK PODAĆ	
7	Podłokietniki długie, podpierające całe przedramię, odchylane i demontowalne	TAK	
8	Podnóżki uchylne i demontowane, posiadające regulację długości dla osób o różnym wzroście	TAK	
9	Płyty podnóżka aluminiowe, zaopatrzone w kółka odbojowe	TAK	
10	Koła tylne o średnicy 24 cali, pełne bezdętkowe	TAK	

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
11	Koła przednie o średnicy 200 x 50 mm, bezdętkowe	TAK	
12	Koła bez tzw. szybkozłączek	TAK	
13	Możliwość zainstalowania pasów zabezpieczających	TAK	
14	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
15	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
16	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)