Zadanie 21 – Ssak elektryczny 2 – butlowy na podstawie jezdnej.

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Ssak elektryczny 2 – butlowy na podstawie jezdnej.	szt.	2						
							Razem:		

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 21 – Ssak elektryczny 2 – butlowy na podstawie jezdnej.

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Ssak elektryczny 2-butlowy (poj. 2 x 2l)z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem	TAK	
2	Wyłącznik nożny	TAK	
3	Maksymalny przepływ 60 l/min	TAK	
4	Maksymalne podciśnienie 95kPa	TAK	
5	Wskaźnik i regulator podciśnienia	TAK	
6	Waga aparatu z wyposażeniem max. 20kg	TAK	
7	Filtr bakteryjny	TAK	
8	Podstawa jezdna na kółkach min 2 z blokadą	TAK	
9	Napięcie 230V/Hz	TAK	
10	Głośność do 45dB	TAK	
11	Gwarancja min 24 miesiące	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)