Zadanie 13 – Laryngoskop światłowodowy z kompletem łyżek.

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Laryngoskop światłowodowy z kompletem łyżek	szt.	1						
							Razem:		

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 13 - Laryngoskop światłowodowy z kompletem łyżek

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Laryngoskop światłowodowy składający się z 3 łyżek krzywych w rozmiarze 2, 3, 4 i rękojeści bateryjnej na baterie R-14.	TAK	
2	Łyżki Macintosh o długościach roboczych 2-95mm, 3-110mm, 4-130mm, z tolerancją+/-2mm.	TAK	
3	Łyżki o budowie modułowej z wymiennym światłowodem.	TAK	
4	Światłowód jednoelementowy o średnicy 5mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym.	TAK	
5	Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi(wkrętak, klucz).	TAK	
6	Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni, bez elementów z tworzyw sztucznych.	TAK	
7	Możliwość sterylizacji w autoklawie-cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość powyżej 1000 cykli sterylizacji, przy zachowaniu minimum 50% przewodności światłowodu.	TAK	
8	Łyżki stabilne dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron.	TAK	

9	Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie.	TAK	
10	Rękojeść o średnicy 28 mm, radełkowana dla pewnego uchwytu.	TAK	
11	Żarówka ksenonowa o mocy minimum 2,2W, gwintowana, zabezpieczona przed samoistnym wykręcaniem się,	TAK	
12	Stalowa, odporna na ścieranie, tulejka włącznik wokół żarówki.	TAK	
13	Rękojeści i łyżki wykonane w tzw.”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376.	TAK	
14	Całość w sztywnym etui zabezpieczającym.	TAK	
15	Gwarancja 24 miesiące.	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)