Zadanie 16 – Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek oraz misek

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek oraz misek	szt.	1						
							Razem:		

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 16 – Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek oraz misek

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Myjnia wolnostojąca z uchylnymi drzwiami.	Tak	
2	Wymiary gabarytowe 140 x 600 x 630 +/-5% (myjnia posadowiona na nogach min. 150 mm nad podłogą)	Tak	
3	Ogrzewanie elektryczne	Tak	
4	Sterowanie mikroprocesorowe	Tak	
5	Sygnalizacja: – Temperatura – Numer programu – Faza programu – Zakończenie procesu – Stany awaryjne – wyświetlane i sygnalizowane	Tak	
6	Dezynfekcja termiczna w temp. 93°C	Tak	
7	Automatyczne dozowanie detergentu przez wbudowaną pompę dozującą	Tak	
8	Załadunek min. 4 kaczki i 2 baseny	Tak	
9	Możliwość mycia wiader wym. min. 400 mm	Tak	

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
10	Min 3 programy mycia	Tak	
11	Możliwość zmiany parametrów procesu przez użytkownika	Tak	
12	Automatyczne opróżnianie naczyń z chwilą zamknięcia drzwi.	Tak	
13	Możliwość wizualnego sprawdzenia poziomu środka myjącego	Tak	
14	Wydajna pompa cyrkulacyjna min. 600 l /min	Tak	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)