Zadanie 11 – Wyposażenie gabinetu fizjoterapii.

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Kabina do ćwiczeń UGUL	szt.	1						
2	Akcesoria i osprzęt UGUL	szt.	1						
3	Stół rehabilitacyjny do UGUL	szt.	1						
4	Materac do ćwiczeń	szt.	1						
5	Drabinka ścienna do ćwiczeń	szt.	1						
6	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych – elektryczny	szt.	1						
7	Stół do masażu	szt.	1						
8	Krzesło do masażu szyi i barków	szt.	1						
9	Aparat do ultradźwięków	szt.	1						
10	Aparat do elektroterapii i laseroterapii	szt.	1						
11	Kozetka do fizykoterapii	szt.	2						
12	Lustro korekcyjne	szt.	1						
13	Stolik pod aparaturę	szt.	2						
14	Wycisk z kuli z sandałami	szt.	1						
							Razem:		

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 11 – Wyposażenie gabinetu fizjoterapii.

Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Kabina do ćwiczeń UGUL -1szt. (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) Przeznaczona do ćwiczeń kinezyterapii indywidualnej z wykorzystaniem systemu ćwiczeń w odciążeniu, ćw. czynnych i oporowych. Konstrukcja kabiny oparta na ośmiu siatkowych kratach stalowych o wymiarach 2x2m: - długość 200cm - szerokość 200cm - wysokość 200cm	TAK	
2.	Akcesoria i osprzęt do UGUL-a -1szt. Zestaw linek, podwieszek, obciążników, pasów stabilizujących, wykorzystywanych podczas ćwiczeń. Ilość poszczególnych elementów jest uzależniona od wersji osprzętu.W wersji podstawowej: Ciężarek miękki 0,50 kg Ciężarek miękki 1,00 kg Ciężarek miękki 1,50 kg Ciężarek miękki 2,00 kg Ciężarek miękki 2,50 kg Ciężarek miękki 3,00 kg Ciężarek miękki 4,00 kg	TAK	

	Esik metalowy (10- 20 szt.) Bloczek rehabilitacyjny (4-6 szt.) Kamaszek skórzany do wyciągu Mankiet nadgarstkowo- kostkowy Mankiet udowy Pas do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego Pas do stabilizacji klatki piersiowej Pętla Glissona z orczykiem Podwieszka dwustronna ze skóry Podwieszka klatki piersiowej Podwieszka pod miednicę Podwieszka pod głowę Podwieszka ramienna Podwieszka udowa Podwieszka kolanowa Uchwyt metalowy na linkę Uchwyt do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu długości 120 cm – 2 szt. Uchwyt do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu długości 160 cm – 2szt. Lina z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm Lina do ćwiczeń samo wspomaganych kk górnych dł. 225 cm Lina do ćwiczeń z obciążeniem dł. 550 cm		
3.	Stół rehabilitacyjny do UGUL-u – 1szt. Stół do terapii z elektryczną zmianą wysokości (regulacja wysokości za pomocą pilota). Wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo , wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych, oraz zagłówek z podłokietnikami. Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie . Elementy leżyska regulowane elektrycznie . Zagłówek ze szczeliną w części środkowej. Wymiary: - długość 190/203cm - szerokość 63/70cm	TAK	

	- wysokość 55/95cm Zakres regulacji zagłówka: -60°/+45° Maksymalne obciążenie: - 150kg		
4.	Materac do ćwiczeń - 1szt. Materac do ćwiczeń jednoczęściowy z twardej pianki poliuretanowej pokryty wytrzymałym materiałem skóropodobnym, łatwo zmywalnym. Narożniki materaca dodatkowo wzmacniane materiałem PCV. Wymiary: 195x85x5cm / 200/100/5cm	TAK	
5.	Drabinka ścienna do ćwiczeń – 1szt. Pojedyncza wykonana z drewna bukowego, lakierowana. Wymiary: 250cmx80cm	TAK	
6.	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych – elektryczny – 1szt. Wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn górnych i dolnych z elektrycznym sterownikiem pozwalającym na kontrolę parametrów : - czasu trwania ćwiczenia - prędkości obrotów - natężenia oporu dla ćwiczeń oporowych - ilości obrotów - wydatku energetycznego Ustawiony na podstawie lub statywie pozwalającym na regulację wysokości, oraz swobodny podjazd wózkiem dla niepełnosprawnych oraz ćwiczeń pacjenta siedzącego na krześle lub leżance. Posiadającego uchwyty na stopy i dłonie, które są zabezpieczone opaskami na rzepy, stabilizujące dłonie i stopy w czasie ćwiczeń.	TAK	
7.	Stół do masażu – 1szt. Stół przeznaczony do masażu ręcznego z siedmioczęściowym leżyskiem z elektryczną regulacją wysokości, zagłówek 3 częściowy z ustawnymi podłokietnikami regulowanym za pomocą sprężyny gazowej	TAK	
8.	Krzesło do masażu szyi i barków – 1szt. Krzesło do masażu wyposażone w regulowany podgłówek i	TAK	

	półkę pod ramiona, wysokość siedziska ustawiana siłownikiem gazowym. Konstrukcja krzesła metalowa lekka, łatwa w składaniu i transporcie.		
9.	Aparat do ultradźwięków – 1szt. Aparat dwugłowicowy z możliwością pracy ciągłej lub impulsowej. Aparat wyposażony w głowice dwuczęstotliwościowe 4cm2/1MHz i 3,5MHz oraz 1cm2/1MHz i 3,5 Hz. Posiadający tryb manualny oraz programy zabiegowe pogrupowane w jednostki chorobowe wybierane wg. nazw. Możliwość jednoczesnej pracy obu głowic z parametrami zabiegowy dobieranymi indywidualnie dla każdej z głowic.	TAK	
10.	Aparat do elektroterapii i laseroterapii – 1szt. Aparat przeznaczony do elektroterapi oraz terapii laserowej. Urządzenie generujące następujące prądy: - prąd galwaniczny - prąd diadynamiczny - prąd interferencyjny - impulsy trójkątne i prostokątne - prądy Traebert'a - prądy Kotz'a - TENS Dwa niezależne kanały A i B, możliwość regulacji wybranymi parametrami zabiegowymi w trakcie terapii (czas trwania impulsu, częstotliwość) w trybie manualnym. Aparat wyposażony w gotowe programy terapeutyczne usystematyzowane wg. jednostek chorobowych oraz w tryb wykonywania półautomatycznej elektrodiagnostyki (krzywej I/T, reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji). Możliwość współpracowania z sądami laserowymi emitującymi promieniowanie o długości 820nm i 650nm. Dla każdej z sond w trybie manualnym dostępność wszystkich parametrów. Automatyczne wyliczanie dawki dla zadanej częstotliwości i czasu trwania zabiegu. Możliwość łatwego przenoszenia	TAK	

	urządzenia.		
11.	Kozetka do fizykoterapii – 2szt. Kozetka drewniana, niezawierająca elementów metalowych, z regulowanym kątem nachylenia podgłówka. Obicie skóropodobne odporne na ścieranie i środki chemiczne. Przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych.	TAK	
12.	Lustro korekcyjne – 1szt. Lustro korekcyjne jednoskrzydłowe, metalowe wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie. Lustro nacięte siatkę posturograficzną.	TAK	
13.	Stolik pod aparaturę - 2 szt. Stolik pod aparaturę ze stali kwasoodpornej, z dwoma półkami, 1szufladą i półką koszową. Wyposażony w kółka z hamulcem, umożliwiające łatwe przemieszczanie	TAK	
14.	Wycisk z kuli z sandałami – 1szt. Przyrząd do ćw. stawu skokowego, wycinek z kuli lub walca z kompletem sandałów.	TAK	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)