

**Numer ogłoszenia: 230741 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 224801 - 2011 data 22.08.2011 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656290, fax. 013 4656290.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT..

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).

**W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji, oraz serwisowania tomografu komputerowego Somatom Volume Zoom- z wyposażeniem tj. automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu tomografii komputerowej Medrad Vistrom CT oraz drukarką laserową Kodak Dryview 8150 Laser Imager wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia urządzeń medycznych do dalszego użytkowania przez SPZOZ w Sanoku w skład których wchodzi: I. Przeglądy okresowe 1. regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów wg. wymagań producenta, terminy przeglądów uzgodnione z zamawiającym 2. sprawdzanie bezpieczeństwa mechanicznego. 3. kontrola występowania usterek zewnętrznych. 4. inspekcja zużycia części. 5. oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. 6. smarowanie ruchomych części mechanicznych. 7. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego. 8. konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. 9. porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. 10. sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 11. Dokumentacja przeglądów. II. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych. 1. sprawdzanie jakości obrazu. 2. sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeb specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. 3. przeprowadzanie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. III. Naprawy 1. Interwencja na wezwanie- praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera. 2. diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części. 3. kontrola urządzeń po przeprowadzonej naprawie. 4. dokumentacja interwencji serwisowych. IV. Modyfikacje 1. Przeprowadzanie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. 2. Wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. 3. wykonywanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia. V. Części zamienne i komponenty specjalne 1. dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem lampy rentgenowskiej i kompletnego detektora

promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych . 2. Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. 3. dostawy materiałów do przeprowadzenia modyfikacji. VI. Pomoc aplikacyjna 1. w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera kontraktu. VII Czas pracy serwisu 1. umowa zapewni pracę inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. . 2. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV- 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego CPV - 50421200-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego,..

**W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji, oraz serwisowania tomografu komputerowego Somatom Volume Zoom- wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia urządzeń medycznych do dalszego użytkowania przez SPZOZ w Sanoku w skład których wchodzi:

I. Przeglądy okresowe 1. regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów wg. wymagań producenta, terminy przeglądów uzgodnione z zamawiającym 2. sprawdzanie bezpieczeństwa mechanicznego. 3. kontrola występowania usterek zewnętrznych. 4. inspekcja zużycia części. 5. oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. 6. smarowanie ruchomych części mechanicznych. 7. sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego. 8. konserwacja softweru systemowego i aplikacyjnego. 9. porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. 10. sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 11. Dokumentacja przeglądów. II. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych. 1. sprawdzanie jakości obrazu. 2. sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeb specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. 3. przeprowadzanie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. III. Naprawy 1. Interwencja na wezwanie- praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera. 2. diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części. 3. kontrola urządzeń po przeprowadzonej naprawie. 4. dokumentacja interwencji serwisowych. IV. Modyfikacje 1. Przeprowadzanie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. 2. Wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji softwaru systemowego i aplikacyjnego . 3. wykonywanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia. V. Części zamienne i komponenty specjalne 1. dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji , za wyjątkiem lampy rentgenowskiej i kompletnego detektora promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych . 2. Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. 3. dostawy materiałów do przeprowadzenia modyfikacji. VI. Pomoc aplikacyjna 1. w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera kontraktu. VII Czas pracy serwisu 1. umowa zapewni pracę inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. . 2. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV- 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego CPV - 50421200-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego,..