

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/65/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 – Negatoskop 2 – klatkowy z regulacją podświetlenia

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Negatoskop 2 – klatkowy z regulacją podświetlenia	szt.	1						
Razem:									

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/65/2013

DANE OGÓLNE

NAZWA.....
TYP/ MODEL**NA KATALOGOWY**.....
ROK PRODUKCJI..... **ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI**.....
KRAJ PRODUKCJI..... **WYKONAWCA /PRODUCENT**.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 5 – Negatoskop 2 – klatkowy z regulacją podświetlenia

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Negatoskop dwuklatkowy z trzystopniową regulacją luminancji	Tak	
2	Napięcie zasilania 230V 50Hz	Tak	
3	Luminancja ekranu: min 4200 cd / m2 $\pm 25\%$,	Tak	
4	Wymiary ekranu: 72 x 43 cm, klasa ochronności: I	Tak	
5	Światło o temp. barwowej 6500°K	Tak	
6	Wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu	Tak	
7	Jednolity ekran	Tak	

UWAGA:

Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych)

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)