

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/69/2011

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Czujniki do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych wraz z dzierżawą

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Czujniki do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych	szt	30						
2	Dzierżawa kompatybilnego monitora do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych	m-c	12						
							Razem;		

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/69/2011

NAZWA
ROK PRODUKCJI, ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI
KRAJ PRODUKCJI WYKONAWCA/PRODUCENT

Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych

Lp.	Parametry techniczno – funkcjonalne PARAMETR / WARUNEK	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ / OPISAC
	Dane ogólne i parametry eksploatacyjne	TAK	
1.	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca	TAK	
2.	Długość linii 152cm	TAK	
3.	Dwa niezależne gniazda sygnału CO i ciśnienia tętniczego	TAK	
4.	Połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe	TAK	
5.	Brak konieczności kalibracji czujnika	TAK	
6.	Częstotliwość własna czujnika >200Hz	TAK	
7.	Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300mmHg – 3ml/godz.	TAK	
8.	Metoda pomiaru rzutu minutowego mało inwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy)	TAK	
9.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
10.	Czujnik i dzierżawiony sprzęt stanowią całość i są gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji.	TAK	

Oświadczamy, że oferowane czujniki i dzierżawiony sprzęt stanowią całość i są gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

....., DNIA

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)