



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/470/2011

Sanok, dnia 9 listopada 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/73/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

*** Pytanie nr 1- dot. zad.2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o pojemności 40ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 2 - dot. zad.5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem tlenowym o składzie: trójnik, ustnik, inhalator oraz wężyk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 3 - dot. zad.11, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 - dot. zad.16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 - dot. zad.17, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści taśmy o długości 45cm, pakowane a 25szt, z przeliczeniem ilości zamawianej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 6 - dot. zad.18, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy 8/5,6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 - dot. zad.18, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści końcówkę o długości 30cm, o rozmiarze tylko Ch20?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 8 - dot. zad. 18, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę pakowaną w opakowanie foliowo – papierowe typu blister-pack z oznaczonym miejscem otwarcia od strony rączki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 - dot. zad.18, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką o długości 29,5cm o rozmiarze tylko Ch25, o średnicy drenu 9,9/7?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 10 - dot. zad.18, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści końcówki o rozmiarach CH12,20 i 25, o długości całkowitej końcówek wraz z rączką od 25cm (dla średnicy CH 12) do 29,5cm (dla średnic CH20 i CH250)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 - dot. zad. 28, poz. 3**

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 12 - dot. zad. 15**

Czy Zamawiający wymaga aby torba na wymiociny wykonana była z przezroczystego materiału – błękitnego, co pozwala na łatwe rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 - dot. zad. 15**

Czy Zamawiający wymaga aby torba na wymiociny wyposażona była w trójkątny uchwyt, który dopasowuje się do kształtu twarzy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby torba na wymiociny wyposażona była w trójkątny uchwyt, który dopasowuje się do kształtu twarzy.

*** Pytanie nr 14 - dot. zad. 4, poz. 1,2**

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków Dormia do usuwania kamieni z moczowodów CH4 o parametrów: średnica koszyka po rozłożeniu 20mm, długość robocza od rękocyści do koszyka 65cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy koszyczki Dormia mają posiadać uchwyt do koszyka (rączkę) z pętlowymi uchwytami na palce, system strzykawkowy, umożliwiając manewrowanie koszykiem jedną ręką?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż koszyczki Dormia mają posiadać system strzykawkowy.

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy koszyczki Dormia mają być wykonane z materiału, który można restylizować, tj. wysokiej jakości stali chirurgicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż koszyczki Dormia mają być wykonane z materiału, który można restylizować, tj. wysokiej jakości stali chirurgicznej.

4) Prosimy o wyjaśnienie, czy koszycki Dormia do usuwania kamieni z moczowodów mają posiadać koszulki skalowane co 1cm, widoczne w RTG? Rozwiązanie to zwiększa precyzję zabiegu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.*

*** Pytanie nr 15 - dot. zad. 4, poz. 2**

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamiast uchwyty do koszyczka, który znajduje się już w pełnych zestawach w poz. 1,2 Zamawiający dopuści koszulki wymienne do koszyczków z poz. 1 i 2. W przypadku odmowy prosimy o wyłączenie poz. 3 do osobnego zadania, co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 16 - dot. zad.20, poz. 1**

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy taśma polipropylenowa monofilamentowa bez części rozpuszczalnej ma być pakowana w podwójne opakowanie typu blister – pack, umożliwiające zwilżenie taśmy przed zabiegiem oraz gwarantuje sterylność taśmy, tak jak obecnie stosowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

2) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy taśma ma posiadać wielkość porów na poziomie 550x170µm oraz grubość 0,33mm, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

3) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy taśma ma być bardzo niskiej elastyczności na poziomie 7,5%, co gwarantuje beznapięciowe założenie i podporę dla cewki, taki jak obecnie stosowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

4) Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy taśma ma być zwięzana na końcach, co ułatwia założenie narzędziem wielokrotnego użytku, tak jak obecnie stosowana przez Zamawiającego?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 17 - dot. zad. 4, po. 1 i 2**

Czy koszyki Dormia mają być wykonane ze stali chirurgicznej?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.*

*** Pytanie nr 18 - dot. zad. 5**

Czy zaofertowany zestaw ma rozbijać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7µm), co stanowi wielość najbardziej optymalną do wnikania do tchawicy i oskrzeli? Nadmieniamy, że cząsteczki o większym rozmiarze mogą osadzać się wyżej tzn. w okolicach gardła i krtani pacjenta przez co zmniejszać się może skuteczność podawania leku.

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia iż zaofertowany zestaw ma rozbijać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7µm).*

*** Pytanie nr 19 - dot. zad. 7**

Czy zestaw ma być wyposażony w filtr anty – HIV, który zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

*** Pytanie nr 20 - dot. zad.26**

Czy pojemniki jednorazowego użytku w poz. a) i b) mają być napełnione sterylną wodą?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pojemniki jednorazowego użytku w poz. a) i b) mają być napełnione sterylną wodą.

*** Pytanie nr 21 - dot. wymogu dostarczenia próbek.**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt z dowolnego rozmiaru z zakresu wymaganego w SIWZ, co pozwoli na ocenę zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami siwz i oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 22 - dot. wzoru umowy**

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.

*** Pytanie nr 23 - dot. SIWZ**

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach którego konkretnemu Wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Pytanie bezprzedmiotowe.

*** Pytanie nr 24 - dot. zad. 8**

Prosimy o dopuszczenie protez uszczelnianych żelatyną wchłaniającą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym, z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy antybiotykiem.

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 protez o długości 60cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 25 - dot. zad.32**

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje protez wykonanych z PTFE czy poliestrowych.

Prosimy o dopuszczenie protez o długości 60cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga protez wykonanych z PTFE i dopuszcza protezy o długości 60cm.

*** Pytanie nr 26 - dot. zad. 15**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy produkt równoważny, o wymiarach 25cm x 25cm, odporny na rozerwanie, ze szczelnie zamykanym zaciskiem sznurkowym systemem (worek foliowy + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz), o pojemności nie mniejszej niż 500ml, bez podziałki ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 27 - dot. zad. 20**

Czy Zamawiający w części nr 20 dopuści taśmy do leczenia WNM o szerokości 1,25cm i długości 50cm pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 - dot. zad. 28, poz. 2 i 4**

Czy Zamawiający wydzieli obie pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 29 - dot. zad. 18, poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 18 poz. 5 końcówek w rozmiarach 08,10,12 Ch dł. 170-210mm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zadaniu 18 poz. 5 końcówek w rozmiarach 08,10,12 Ch dł. 170-210mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

*** Pytanie nr 30 - dot. zad. 14**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania poz. 2 i 5 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 31 - dot. zad. 16**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 16G x 160mm pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 32- dot. zad. 11**

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładow higienicznych celulozowych w roli o szerokości 60cm i 80mb, ale z perforacją co 38cm?

- Prosimy o wyjaśnienie jednostki miary czy „op” oznacza 1 rolkę podkładu czy opakowanie zbiorcze 6 rolek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkładow higienicznych celulozowych w roli o szerokości 60cm i 80mb, ale z perforacją co 38cm.

- Jednostka miary „op” oznacza 1 – rolkę.

*** Pytanie nr 33 - dot. zad. 20**

Czy w zadaniu nr 20 – taśmy urologiczne, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

– taśma : całkowicie niewchłaniałna, polipropyloenowa, monofilamentowa,

– długość taśmy: 450mm

– szerokość taśmy: 10÷12mm

– taśma okryta osłonką polietylenową ułatwiającą implementację i usuwaną po implantacji

– taśma wyposażona na obu końcach w nitki do zaczepiania o narzędzie do implantacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 34 - dot. zad. 20**

Czy Zamawiający dopuści 30 szt taśm urologicznych, monofilamentowych, polipropyloenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniałnych, o

długości 45cm, szerokości 1,1cm, porowatości średniej 1000µm, porowatości max 1870µm, grubości taśmy 0,33mm, gramaturze 48 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 35 - dot. zad.35, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150cm x 175cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 36 - dot. wzoru umowy - § 3 ust. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 0,02% wartość towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 37 - dot. wzór umowy (zadania 40-42) - § 3 ust. 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5%, gdyż kary umowne w wysokości 2% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 38 - dot. wzór umowy (zadania 40-42) - § 3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru wolnego od wad w terminie 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowego paragrafu dotyczącego siły wyższej o następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia „siły wyższej” - druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązać się ze swych zobowiązań umownych przez okres umowy dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązanie umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które będą miały mniejsze po zawarciu niniejszej umowy, takie jak: wojna, zamieszki, rewolucje, strajki – oficjalnie ogłoszone trzęsienia ziemi, pożary lub klęski żywiołowe, wybuchy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 39 - dot. § 3 ust. 2**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem

Zamawiającego za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 40 - dot. § 3 ust. 9**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1,2,4,7,12 w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 41 - dot. § 3 ust. 13**

*Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 ust. 13 zapisu:
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”*

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 42 - dot. wzoru umowy § 7 ust. 3**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane: 'oraz w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USDF w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy, bądź gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie umowy?

Dopisanie powyższego fragmentu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 43 - dot. § 8 ust. 1**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy po słowie „na liście przewozowym” zostało dopisane słowo „lub innym dokumencie”?

W praktyce stosowane są różne formy pokwitowania odbioru towarów, np. dokument WZ. Nie jest uzasadnione aby pokwitowanie odbioru towarów mogło mieć formę listu przewozowego.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

§ 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie dostawy zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym lub innym dokumencie którego kopię należy dostarczyć Zamawiającemu .

*** Pytanie nr 44 - dot. § 8 ust. 1**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy wykreślić słowa „którego kopię należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą ” lub „wraz z fakturą”?

Doręczenie faktury wyłącznie wraz z listem przewozowym może opóźnić doręczenie faktury oraz skomplikować rozliczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonał zmian w § 8 ust. 1 (odp. w pytaniu nr 43 - powyżej).*

*** Pytanie nr 45 - projektu umowy – zadanie 1-39**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę we wzorze umowy w § 3 ust. 4: „10%” na „5%” .

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie we wzorze umowy w § 3 ust. 9: „W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający potrąci należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Wykonawcy”?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7 ust. 3 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te są konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a.) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

b.) istotnej zmiany stawek celnych, stawek podstawowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu,

c.) zaprzestanie produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności,

d.) istotnej zmiany cen przez producenta ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 8 ust. 2 zapisu: „obciążenia” na „uznania”?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 11?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem