



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26  
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/463/2011

Sanok, dnia 02.11.2011r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/74/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy**

#### **\* Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych z łbem o średnicy 8 mm i wysokości 6 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **\* Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania drutu do cerklażu Ø 1,5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **\* Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 17-18 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 16 mm zamiast 16,5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **\* Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 11 mm zamiast 10,2 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **\* Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki kątowej 6-9 otworowej zamiast 6-8 otworowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **\* Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych tj. wkręty z gwintem stożkowym na łbie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 33-35 dopuści możliwość zaferowania płytek o otworach z częściowym gwintem na obwodzie, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych zamiast otworów z gwintem na całym obwodzie, rozdzielnych blokowanych i kompresyjnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert, mając na względzie umożliwienie potencjalnym wykonawcom złożenie ofert, zgodnie z art. 38 ust. 6 prawa zamówień publicznych**

***Nowy termin składania ofert upływa 07.11.2011r. o godz. 10:00***

***Nowy termin otwarcia ofert 07.11.2011r o godz. 11:00***

**UWAGA!!!**

**Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

*Z poważaniem,*