



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 80

tel./fax +48 13

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy

ul. Trembeckiego 11 a 35-500

NIP 687-16-40-438 REGON 141611101

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy

SPZOZ/SAN/ZP/486/2011

Sanok, dnia 29 listopada 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę audiometru dla SPZOZ w Sanoku, nr postępowania SPZOZ/PN/88/2011

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie audiometru który:

„Zakres intensywności dla przewodnictwa powietrznego i kostnego” posiada

- powietrze – 10dB do 120dB max
- kostne – 10dB do 70dB max

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. punktu 3 podpunktów C i D

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka pisarska w wyszczególnieniu parametrów dotyczących punktów C i D. według naszej najlepszej wiedzy opis dotyczący szumów maskujących powinien zawierać:

- szum biały
- szum wąskopasmowy

natomiast zapis: „Ton pulsacyjny” powinien odnosić się do ”Rodzaje tonów ” a mianowicie:

- ton czysty
- ton modulowany
- ton ciągły
- ton pulsacyjny

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w punkcie 3 nastąpiła omyłka pisarska, w związku z czym podpunkty c i d otrzymują brzmienie:

c) Rodzaje szumów maskujących

- szum biały
- szum wąskopasmowy

d) Rodzaje tonów

- ton czysty
- ton modulowany
- ton ciągły
- ton pulsacyjny

Pytanie nr 3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści audiometr bez słuchawek wewnętrznych?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści audiometr bez dodatkowej słuchawki maskującej CIR 22?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza audiometr bez dodatkowej słuchawki maskującej CIR 22 lub równoważny.*

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści audiometr bez dodatkowej automatycznej próby Bekesy?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści audiometr z możliwością podpięcia drukarki do komputera?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści audiometr w którym możliwość monitorowania prezentowanych sygnałów dla pacjenta odbywa się za pomocą wbudowanego wyświetlacza na którym to obserwujemy wartości podawanych sygnałów?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, **należy indywidualnie uwzględnić zmiany** w ofercie **w formularzu** przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem