



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/507/2011

Sanok, dnia 29 grudnia 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/92 /2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

** Pytanie nr 1 - dot. zad. 12, poz. nr 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54g/m² (pozostałe parametry bez zmian) o następującym składzie:

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki
- 1 serweta do nakrycia słoika Mayo
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna
- 1 taśma samoprzylepna
- 2 ręczniki celulozowe

Rozmiar:

- 140 x 190cm
- 80 x 145cm
- 75 x 90cm
- 170 x 175cm
- 150 x 240cm
- 10 x 50cm
- 33 x 33cm

LUB

Zestawu uniwersalnego spełniającego wymogi SIWZ o następującym składzie:

Zestaw uniwersalny II

Skład zestawu

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190
- 1 obłożenie stolika Mayo 80x145
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170x175
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90
- 1 taśma samoprzylepna 10x50
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Skład zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki
- 1 serweta do nakrycia słoika Mayo
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna
- 1 taśma samoprzylepna
- 2 ręczniki celulozowe

Rozmiar:

- 140 x 190cm
- 80 x 145cm
- 75 x 90cm
- 170 x 175cm
- 150 x 240cm
- 10 x 50cm
- 33 x 33cm

*** Pytanie nr 2 - dot. zad.12, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji z zadania nr 12 i utworzenie z niego odrębnej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 3 - dot. zad.13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających rękawy zakończone mankietem z dzianiny, wykonanych z miękkiej włókniny typu SMMS składających się z 4 warstw polipropyłanowych. Środkowe warstwy mikrowłókien stanowią pewną, selektywną barierę dla mikroorganizmów, krwi i innych płynów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 - dot. zad.2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o pojemności 40ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 - dot. zad.3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o pojemności 10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 6 - dot. zad.14, poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuści folię o grubości 0,03mm oraz paroprzepuszczalność 850g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 - dot. zad.14, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni łącznej 56x84cm oraz powierzchni lepnej 56x77cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 8 - dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §3 ust. 2:

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umowa terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przynoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 9 - dot. wzoru umowy - § 3 ustęp 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy do 0,5% gdyż kary umowne w wysokości 2% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 10 - dot. zad.15**

Prosimy o dopuszczenie opakowań 3x5L z powodu zmiany sposobu pakowania płynu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 11 - dot. zad.15**

Czy zgodnie z instrukcją obsługi Zamawiający będzie wymagał płynów rekomendowanych przez producenta myjni zapewniających skuteczną, bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga jak powyżej.*

*** Pytanie nr 12 - dot. SIWZ pkt. XII 2.4 c)**

Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych podmiot wprowadzający wyrób medyczny na teren Polski powinien dokonać zgłoszenia (producent, autoryzowany przedstawiciel) lub powiadomienia (dystrybutor, importer) Prezesa Urzędu rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokonać przeniesienia danych z rejestru Wyrobów Medycznych. Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę aby zamiast zgłoszenia/wpisu Wykonawca przedstawił jeden z dokumentów wymienionych powyżej? Wymóg posiadania jednego z tych dokumentów dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ cz. XII pkt. 2.4.*

*** Pytanie nr 13 - dot. zad.15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy częściowej wynosił 5 dni roboczych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 14 - dot. zad.11**

Czy zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych IS były pozbawione szkodliwych ftalanów co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia iż producent ma spełniać wszystkie normy dopuszczające do użytkowania oczywiście potwierdzone stosownymi dopuszczeniami.*

*** Pytanie nr 15 - dot. zad.12, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety do laparoskopii wykonanej z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 62 g g/m², o wodoszczelności powyżej 200cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro powyżej 260kPa na całej powierzchni okrywającej pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 16 - dot. zad.13**

a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS z mankietem wykonanym z poliestru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

b) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje aby zaoferowane fartuchy cechowały się odpornością na przenikanie płynów powyżej 190 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zaoferowane fartuchy powinny cechować się dostateczną odpornością na przenikanie płynów zgodną z wymogami w tym zakresie.

*** Pytanie nr 17 - dot. zad. 3, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw ma być wyposażony w filtr anty-HIV, który zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania zarówno dla personelu jak i dla pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 18 - dot. zad. 7, poz. 1,2.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pojemnik j.u. do dozowników tlenowych ma być stosowany do 30 dni u różnych pacjentów – krzyżowo, bez ryzyka wystąpienia zakażenia, co znacznie zmniejsza koszty użytkowania oraz czy czas stosowania ma być potwierdzony badaniami klinicznymi załączonymi do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pojemnik powinien być do 30 dni stosowany u różnych pacjentów, ponadto ma być dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami w tym zakresie.

*** Pytanie nr 19 - dot. proj. umowy zadanie 1-15**

1) . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę we wzorze umowy w§ 3 ust. 4: „10%” na „5%” .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie we wzorze umowy w §3 ust. 9: „W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Zamawiający potraci należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7 ust. 3 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiającego dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszt dostawy

b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu.

c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności nawet przy zachowaniu należytej ostrożności

d. istotnej zmiany cen przez producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 8 ust. 2 zapisu: „obciążenia” na „uznania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 11?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, **należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem