

**UWAGA :**

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

**ZADANIE 1 – Zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą**

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do drenażu klatki piersiowej 3-komorowy z wymienną komorą kolekcijną, poj. 2300ml		szt	5						
									R-m:	

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

**ZADANIE 2 – Zbiorniki na śluz**

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego do stosowania z bronchoskopem, poj. 70-80ml		szt	400						
									R-m:	

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 3 – Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania (1końcówka męska, 1 końcówka żeńska – bez cewnika), poj. zbiornika min. 20ml		szt	350						

R-m:

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 4 – Katetery Fogartyego

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Katetery do embolotomii Fogartyego rozm. 3F – 10F/80cm ze znacznikiem RTG wokół cewnika		szt	250						

R-m

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 5 – Ustniki do spirometru

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Ustniki do spirometru LUNGTEST 1000 (plastikowe śr. wew. 30mm)		szt	100						
2	Głowica do spirometru LUNGTEST 1000 plastikowa		szt	20						

R-m:

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 6 – Igły do stymulacji nerwów

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Igła do stymulacji nerwów przy znieczuleniu splotu – rozmiar:									
a)	igła G22 x 2 – kaniula 0,70 x 50mm		szt	100						
b)	igła G21 x 4 – kaniula 0,80 x 100mm		szt	30						
3	Zestaw do ciągłego znieczulenia splotu z kaniulą 1,3 x 45mm		szt	10						

R-m:

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 7 – Pojemniki do dozowników tlenowych

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Pojemnik j.u. do dozowników tlenowych firmy TECHNOLOGIE MEDICAL – Francja model 002 (kompatybilne z w/w dozownikami)									
a)	Pojemność 300-400ml		szt	400						
b)	Pojemność 650		szt	200						

R-m:

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 8 – Prowadnice do rurek intubacyjnych

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Prowadnica do rurek int. j.u. - rozm. 4		szt	40						
2	Prowadnica do rurek int. j.u. - rozm. 5		szt	40						
3	Prowadnica do rurek int. j.u. - rozm. 2		szt	10						

R-m:

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 9 – strzykawki do pobierania krwi

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Strzykawka do pobierania próbki krwi z wkłucia tętniczego do badania gazometrycznego (wysycona heparyną) z nasadką zabezpieczającą próbkę		szt	1500						

R-m: \_\_\_\_\_

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 10 – Koce ogrzewające

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Koce ogrzewające do aparatu COCOON CWS 4000 wym. 200 x 100cm		szt	50						

R-m: \_\_\_\_\_

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 11 – Przyrządy do przetaczania

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych IS. jałowe j.u., dł. 150cm		szt	30000						
								R-m:		

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 12 – Sterylne obłożenia

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	<p>Sterylna obłożenia uniwersalne wykonane z minimum dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, barierowego (<i>warstwa zewnętrzna chłonne</i>) o gramaturze min 55g/m<sup>2</sup>. Nieprzemakalność serwet min 65cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho oraz mokro min. 190kP</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p>1 x serweta na stolik narzędziowy 40µm 156 x 200cm</p> <p>2 x ręcznik do rąk 15 x 20cm</p> <p>1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50cm</p> <p>1 x serweta na stolik Mayo 77 x 142cm</p> <p>2 x serweta boczna przylepna 75 x 90cm</p> <p>1 x serweta dola przylepna 175 x 175cm</p> <p>1 x serweta górna przylepna 160 x 260cm</p>		szt	200						



### ZADANIE 14 – Folia chirurgiczna

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 780g/m <sup>2</sup> w czasie 24h. Powierzchnia łączna 15x27cm (+/- 3cm), powierzchnia klejąca 15x20cm (+/- 2cm).		szt	150						
2	Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem paro przepuszczalność 780g/m <sup>2</sup> w czasie 24h. Powierzchnia łączna 30 x 27cm (+/- 3cm), powierzchnia klejąca 30x20cm (+/- 2cm)		szt	200						
3	Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem paro przepuszczalność 780g/m <sup>2</sup> w czasie 24h. Powierzchnia łączna 45 x 27cm (+/- 3cm), powierzchnia klejąca 45x20cm (+/- 2cm)		szt	400						
4	Folia chirurgiczna poliuretanowa: samoprzylepna, wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem paro przepuszczalność 780g/m <sup>2</sup> w czasie 24h. Powierzchnia łączna 72 x 95cm (+/- 3cm), powierzchnia klejąca 72x 88cm (+/- 2cm)		szt	50						

R-m:

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

**ZADANIE 15 – Płyny do myjki MINI ETD 2 f. Olympus**

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Środek myjący – opak. 3 x 4L		op	8						
2	Środek dezynfekujący op 3 x 4L		op	12						
								R-m:		

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

**ZADANIE 16 – Igła do usuwania ciał obcych**

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Igła do usuwania ciał obcych z rogówki oka – zagięta		szt	10						
								R-m:		

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 17 – Igły dopszpikowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Igły dopszpikowe „aparat automatyczny” do iniekcji kostnych dla dorosłych <i>(automatyczne wkłucia dopszpikowe przeznaczone do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe, szczególnie podczas działań ratunkowych, kiedy czas ma szczególne znaczenie - np. igła BIG aparat ADULT lub równoważny)</i>		szt	5						
								R-m:		

***W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”***

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)*

### ZADANIE 18 – Dozowniki do mycia rąk

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Dozowniki do mycia rąk – łokciowe, przeznaczone do preparatów dezynfekcyjnych i myjących - bezpieczne i ekonomiczne dozowanie - pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu ok. 0,7 do 1,5ml - łatwy w montażu i użyciu - łatwy do utrzymania czystości.		szt	6						

R-m:

**W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”**

....., DNIA .....

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

### ZADANIE 19 – Papilotom trójkanałowy i szczoteczki

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Wielorazowy papilotom trójkanałowy									
	KD 301Q – 0720		op/ 2szt	1						
	KD 301Q - 0320		op/ 2szt	1						
2	Szczoteczki do czyszczenia endoskopów BW - 201T		op	1						

R-m:

**W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”**

....., DNIA .....

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

**ZADANIE 20 – Myjka ultradźwiękowa**

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Myjka ultradźwiękowa z pokrywą + koszyk do narzędzi		szt	1						
								R-m:		

*W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”*

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*

**DANE OGÓLNE**

NAZWA .....

TYP/ MODEL.....NR KATALOGOWY.....

ROK PRODUKCJI ..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....

KRAJ PRODUKCJI.....WYKONAWCA/PRODUCENT.....

**Parametry techniczno – funkcjonalne**  
**MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA**

L.p.	PARAMETR / WARUNEK	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ / OPISAC
1	Wymiary wanny – długość od 50 do 55cm	TAK	
2	Pojemność - 6-7L	TAK	
3	Moc ultradźwiękowa (max) - 2x320W	TAK	
4	Częstotliwość - 40kHz	TAK	
5	Moc układu grzania - 300W	TAK	
6	Regulator temperatury – 30-80°C	TAK	
7	Układ czasowy - 1- 30min	TAK	
8	Zawór spustowy - 3,8 cala	TAK	
9	Waga max do 7kg	TAK	

....., DNIA .....

*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*