



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/56/2016

Sanok, dnia 5.04.2016r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/07/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy**

**\* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 38**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator pediatryczny z maską i drenem o długości 200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy**

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu dot. wzoru umowy §3 na następujący:

- 1) Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach:
- 2) W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 3 –dot. wzoru umowy**

Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 47**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna za równoważy produkt: cewniki do trombolizy z opatentowaną technologią szczelin zapewniającą jednolitą dystrybucję płynów w miejscu skrzepliny. W standardowych cewnikach wycina się otwory, co powoduje ubytek materiału i prowadzi do spadku wytrzymałości cewnika. Zastosowany w cewnikach Uni Fuse system szczelin nie wpływa na jego osłabienie i pozwala na większy nacisk podczas wprowadzania.

Średnica 4F, dostępny w długościach 90 cm i 135 cm ze szczelinami bocznymi na długości 5, 10 i 20 cm. Średnica 5F, dostępny w długościach 45 cm, 90 cm i 135 cm ze szczelinami bocznymi na dystansie: 5, 10, 20, 30, 40 i 50 cm Kompatybilny z przewodnikiem 0,035 " : dwa markery proksymalny i dystalny

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 pozycja 1 przyrząd do drenażu jamy bębenkowej o średnicy 1,14mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 pozycja 2 splint z otworami wykonanych fluoroplastiku o grubości 0,5mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 31**

Bardzo proszę o dopuszczenie podkłady 50mb z odpowiednim przeliczeniem rolek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 50mb przy spełnieniu pozostałych parametrów.**

**\* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 19**

Zadanie 19: czy Zamawiający wymaga zaoferowania dzianych poliestrowych tasiemek w czterech kolorach i trzech grubościach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**\* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 21**

Czy Zamawiający dopuści taśmę o gramaturze 64-73 g/m<sup>2</sup> i szerokości 1,1±0,2 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 36**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia raportu walidacji procesu sterylizacji potwierdzającego właściwy jego przebieg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 36**

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu zestawu znajdowała się etykieta typu TAG, tj. etykieta kilkuczłonowej. Na jej powierzchni znajdują się samoprzylepne elementy, które można indywidualnie odkleić bez naruszenia struktury całej etykiety, po czym dołączyć (dokleić) do dokumentacji procedury operacyjnej. Zastosowanie tego typu etykiet znacznie ułatwia sposób przygotowania do zabiegu i ewidencjonowanie użytego wyrobu

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 40 poz.1**

czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**\* Pytanie nr 13 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 14 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 15 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku

przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 7**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 wymaga aby strzykawka do pobierania próbki krwi do badania gazometrycznego dostarczana była z filtrem hydrofobowym, nakładanym na zakończenie strzykawki, uszczelniającym się przy kontakcie z krwią, umożliwiającym bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki?

**Odpowiedź: Dopuszcza wymaga zgonie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 18**

Czy należy zaoferować worki na wymioty z mankietem usztywnionym wykonanym z tworzywa sztucznego odpornym na zamakanie?

**Odpowiedź: Worki z mankietem usztywniającym odpornym na zamakanie i zatrząskiem do zmykania worka.**

**\* Pytanie nr 18 - dot. zad. nr 18**

Czy worki na wymioty mają mieć pojemność 2000ml?

**Odpowiedź: pojemność 1,8-2,2l.**

**\* Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 18**

Czy worki na wymioty mają być oznakowane znakiem CE jako wyrób medyczny do użytku szpitalnego?

**Odpowiedź: TAK**

**\* Pytanie nr 20 – dot. SIWZ rozdz. XXI pkt.2.2**

Ocena użytkowa w części dotyczącej zadania nr 18 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zamiast słów „mankiet dopasowujący się do frazy”

**Odpowiedź:” mankiet dopasowujący się do twarzy”.**

**\* Pytanie nr 21 – dot. podpisania oferty**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

**Odpowiedź: TAK**

**\* Pytanie nr 22- dot. wzoru umowy §3 pkt.2**

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współzycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelných zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 23 – dot. wzoru umowy §3 pkt.4**

Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności zapłaty za dostarczony sprzęt.

Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust §8 ust.1”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 24 – dot. wzoru umowy §3 pkt.8**

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 25 – dot. zad. nr 20**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20:

Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanianą, składającą się w 25 % z niewchłanianego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanianego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m<sup>2</sup>, gramatura po wchłonięciu 20 g/m<sup>2</sup>, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, w rozmiarze 6 x 11 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 21**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21:

30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), nie prasowane termicznie ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 32**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kaniuli wykonanej z PUR czy z FEP?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem, wartość użytkowa zostanie uwzględniona w ocenie.**

**\* Pytanie nr 28 – dot. zad. nr 43**

Prosimy o dopuszczenie zestawu z wyłączeniem pozycji: spike z rurką oszczędzającą kontrast oraz rurki do zatrzymania kontrastu 1300mm. Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 42**

Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi o średnicy 9Fr (wymagane 9.5Fr) Tak nieznaczna różnica 0,5 Fr nie wpływa w żaden sposób na pracę zespołu oraz wartość użytkową produktu, a jedynie ogranicza konkurencję.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 3 poz.2**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 2 dopuści układ firmy Intersurgical Ltd. o dł. 1,6m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1,6m.**

**\* Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 3 poz.2**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 2 ma na myśli układ o średnicy rur 15mm i średnicy przyłącza 22mm?

**Odpowiedź: TAK**

**\* Pytanie nr 32 – dot. zad. nr 4**

Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści układ firmy Intersurgical Ltd. mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: tak, jednostkowo pakowany.**

**\* Pytanie nr 33 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz świadectwa zgłoszenia lub wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź: Zgonie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 34 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 wzoru umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 35 – dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 9 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 36 – dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 10 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 37 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto zaś cena netto pozostanie bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 38 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 39 - dot. zad. nr 6 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów Y o początkowej średnicy każdej końcówki schodkowej równej 8 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 40 - dot. zad. nr 9 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm i z perforacją co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 41 - dot. zad. nr16 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści butelki bez mieszka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 42 - dot. zad. nr 17 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści dreny z dostępem do rozmiaru CH 22, 24, 28, 32?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 43 - dot. zad. nr 17 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści dren Kerha z ramionami o długości 180 mm x 450 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 44 - dot. zad. nr 27 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dren kapilarny, wielokanalikowy o szerokości 25 mm (9 kanalików) lub 35 mm (12 kanalików) taki jak na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 45**

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ): Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podanej numeracji i nazwie pakietów w załączniku nr 2 do SIWZ?

*Uwagi*

- w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ dwa razy występuje pakiet 3

- w SIWZ pkt. V podany jest opis „dreny do pomy OFP” - pakiet 2,

- w opisie przedmiotu zamówienia podany jest opis „dreny jednodniowy” pakiet 3

**Odpowiedź: Omyłka – zad. 2 – dren jednodniowy, zad.3 - układ oddechowy do respiratora**

**\* Pytanie nr 46 – dot. wzoru umowy paragraf 3 ustęp 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 47**

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 48 – dot. zad. nr 50**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Prowadników Hydrofilnych o poniższych parametrach: nitynolowy rdzeń, polimerowa pokrycie shaftu – zapewnia bardzo dobrą wizualizację w

RTG, długość: 150cm, 180cm, 260cm, dostępne średnice (cale): 0,018; 0,035; 0,038; typy przewodników: standard, stiff, końcówki taperowane: Regular, LT; sztywne, standardowe, „J” zakrzywione i proste?

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 49 – dot. zad. nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 14 załącznika nr 2 do SIWZ protez naczyniowych dzianych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolyzy, dwustronnie welurowaną z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym, o grubości ściany 0,55mm, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protez z antybiotykiem.

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 50 – dot. zad. nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 zadania 14 protez naczyniowych o długości 60cm zamiast 70cm.

**Odpowiedź: TAK**

**\* Pytanie nr 51 – dot. zad. nr 47**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 47 załącznika nr 2 do SWIZ cewników do trombolizy zawierający cewnik, przewód zamykający zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego, Y-connector i strzykawkę, o średnicy 5F, długość 65,100,130cm oraz długość systemu infuzyjnego 14 lub 30cm z otworami wykonanymi spiralnie wokół osi cewnika; kompatybilny w przewodnikiem 0,035”. Dystalne i proksymalne znaczniki wskazują położenie elementu infuzyjnego, podwójna zastawka ułatwia nabranie płynu infuzyjnego z większej strzykawki do mniejszej co pozwala na wykonanie kolejnych iniekcji bez potrzeby odłączania strzykawki od cewnika.

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 52 – dot. zad. nr 47**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 47 załącznik nr 2 do SIWZ stentu lekowego do SFA z substancją nośną paclitaxel, kompatybilnego z przewodnikiem 0,035” i koszulką 6F, długość systemu wprowadzającego 125cm, średnica stentu 5-8mm, długość 40-120mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 53 – dot. zad. nr 53**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 53 załącznik nr 2 do SIWZ stentu samorozprężalnego nitinolowego wykonanego z jednego elementu, dostępne średnice 5-10mm, długość 20-140cm, shaft 125cm, kanał wewnętrzny 0,035” średnica zestawu wprowadzającego nie większą niż 6F, 8 złotych znaczników na stencie, system uwalniania”pin&pull” zapewniający precyzyjną implantację stentu, poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu Z zapewniają brak skracalności stentu po uwolnieniu.

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 54**

Czy w przypadku jeśli przedmiotem oferty składanej w w/w postępowaniu przetargowym będą materiały eksploatacyjne do objętego gwarancją urządzenia STELLANT CT D (S/N 101175) a więc wkłady do kontrastu, o których jest wyraźnie mowa w załączonej tutaj Karcie Gwarancyjnej wstrzykiwacza z dnia 25.05.2015r. jak również w treści formularza cenowego przedmiotu zamówienia dla zadania nr 37 w kolumnie „Nazwa” – Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą pisemnej rekomendacji producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego serwisu, jaki to wymóg jest obecnie postawiony w treści formularza cenowego przedmiotu zamówienia dla zadania nr 37 w kolumnie „Nazwa”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 55**

Czy w zadaniu nr 37 Zamawiający dopuści do oferowania generyczne materiały eksploatacyjne do wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT D (S/N 101175) o jakich wyraźnie jest mowa w załączonej

Karcie Gwarancyjnej tego urządzenia, wystawionej w dniu jego uruchomienia i objęcia gwarancją, tj. zestawów wkładowych, na które składają się dwa oddzielnie pakowane komplety w tym:

A:

\*1 x wkład o pojemności 200 ml. 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z jedną antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio, dla odgałęzienia po stronie kontrastu – 10cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl – 25cm,

\*złącze szybkiego napełnienia typu „J”

B:

\*1x wkład o pojemności 200ml, \*1 ostrze typu „Spike”

\*1x złącze szybkiego napełnienia typu „J”

Zestawy wolne od ftalanów (do potwierdzenia przez wytwórcę, nie przez dostawcę)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 56**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 57**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 58**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów najkrótszym terminem ważności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**\* Pytanie nr 59 - dot. zad. nr 3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia większej liczby konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela**

**\* Pytanie nr 60 - dot. zad. nr 3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego, rury karbowane również wewnątrz, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wewnątrz gładkie zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 61 - dot. zad. nr 3 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego w składzie 2 rury o długości 150 cm o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 62 - dot. zad. nr 4 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby wchodzący w skład układu worek był wykonany z materiału wolnego od lateksu, który jest czynnikiem uczulającym

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

**\* Pytanie nr 63 - dot. zad. nr 4 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego w składzie 2 rury o długości 150 cm o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**



**\* Pytanie nr 64 - dot. zad. nr 5 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie rury karbowanej o długości 50 m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem 2x50m**

**\* Pytanie nr 65 - dot. zad. nr 5 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie rurki-przedłużacza o długości 15 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 66 - dot. zad.6 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenów posiadających schodkową budowę, która zapewnia trwałe i szczelne połączenie drenów oraz skutecznie zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem, w rozmiarach 10/10 mm oraz 7/7 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 67 - dot. zad.6 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenów i ssaków typu Y posiadających schodkową budowę, która zapewnia trwałe i szczelne połączenie drenów oraz skutecznie zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem, w rozmiarze 9/9/9 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 68 - dot. zad.10 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z portem do odsysania wydzieliny z okolicy podgłośniowej krtani z mankietem niskociśnieniowym oraz okienkiem Murphy'ego w rozmiarach 6-9? Rurka idealna dla zapewnienia najlepszej opieki każdemu pacjentowi, do 30 dni. Dzięki elastycznej konstrukcji, rurka ISIS może być stosowana u wszystkich pacjentów, jeśli zajdzie taka konieczność

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 69 - dot. zad.11 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków Dormia CH 4 o długości 65 cm, długość koszyka 40 mm, liczba drutów 4, wolnych od lateksu, takich jak obecnie stosowane przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 70 - dot. zad.11 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków dormia CH4 o długości 65 cm, długość koszyka 40 mm, liczba drutów 5, wolnych od lateksu, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 71 - dot. zad.12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby nebulizator wyposażony był w samo domykającą się zastawkę pozwalającą na prowadzenie nebulizacji bez rozłączania obwodu oddechowego i przerywania wentylacji, takich jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

**\* Pytanie nr 72 - dot. zad.12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząstek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

**\* Pytanie nr 73 - dot. zad.16 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu brzuszego w rozmiarach 18 CH-32 CH

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 74 - dot. zad.21 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaferowania taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu o długości 60 cm, gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, grubości nici 0,15 mm i szerokości 1,1 -1,5 cm zważane na końcach

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 75 - dot. zad.31 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga, aby kaniula wyposażona była w zawór odcinający, tak jak obecnie stosowana przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga typowej kaniuli dotętnicznej. Zawór odcinający jest bardzo pożądanym – ocena wartości użytkowej.**

**\* Pytanie nr 76 - dot. zad.31 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniula mają być pakowane w opakowanie nie zawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**\* Pytanie nr 77 - dot. zad.33 poz.1-6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek tracheotomijnych, bez mankieta uszczelniającego, zwężające się ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystycznie kaniulami wewnętrznymi, z łącznikiem 15 mm, zastawką fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, sterylne, wykonane z terno wrażliwego PCV, bez lateksu, w rozmiarach:

7 (śr 10,85 mm, dł 62,8 mm)

8 (śr 11,90 mm, dł 70,6 mm)

9 (śr 12,90 mm, dł 70,6 mm)

10 (śr 13,95 mm, dł 70,6 mm)

11 (śr 14,95 mm, dł 78,5 mm)

12 (śr 15,95 mm, dł 78,5 mm)

7 (śr 17,45 mm, dł 83,2 mm)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 78 - dot. zad.35 poz.1-4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli maskę krtaniową wielorazowego użytku do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w zakresach wagowym: 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg; >100 kg

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowej maski krtaniowej, pozostałe cechy dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 79 - dot. zad. nr 50**

Czy Zamawiający zgodzi się na prowadnik o następujących parametrach:

Prowadnik pokryty hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38cm

Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2cm 90% wagi w części proksymalnej 55% wagi)

Średnica 0,014 (0,37mm)

Długość 182 i 300cm

Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta

Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm,

Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Z poważaniem

### **UWAGA!!!**

**Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**