

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/07/2016 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

Zadanie 1 – Przyrządy do drenażu i opatrunki

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej śr. 1,15mm typ II		szt	50						
2	Opatrunek foliowy z KS do operacji plastycznych przegrody nosa, wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,6-0,7mm		szt	30						
3	Przyrząd do drenażu ucha środkowego typ III z szerokim mankietem		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 3 – Dren jednodniowy

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Dren jednodniowy do pompy OFP2 firmy Olympus (nr kat. wg Olympus K10001147) – opak. 50 szt		opak	6						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 3 – Układy oddechowe do respiratora

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Układ oddechowy j.u., czysty mikrobiologicznie sterylny, z PCV do respiratora, rury karbowane – wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y dla DOROŚLYCH, śr. 22mm		szt	400						
2	Układ oddechowy j.u. z PCV do respiratora, dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 4 – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Układ oddechowy j.u. sterylny anestetyczny z PCV, rury karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-1,8m plus trzecia dodatkowa, dł. 0,6-0,9m z workiem 1,5-2l) ze złączem Y oraz kolankiem dla dorosłych, śr. 22mm		szt	400						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 5 – Osprzęt do rurek intubacyjnych

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Rury karbowane j/u średnica 22mm do respiratorów rolka 25 mb		szt.	4						
2	Przedłużacz z obrotowym złączem kolankowym rurki intubacyjnej i portem do odsysania dł. 10-15cm z elastyczna (gumową) zatyczką		szt.	300						
3	Złączka kolankowa do rurek intubacyjnych z portem do odsysania z elastyczna (gumową) zatyczką		szt.	400						
4	Rurka - przedłużacz 8-10cm		szt.	300						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 6 – Łączniki

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Łączniki do drenów i ssaków rozmiary:									
	10/10mm		szt.	100						
	8/8mm		szt.	100						
2.	Łącznik do drenów z zatyczką		szt.	300						
3.	Łącznik do drenów Y 10/10/10mm		szt.	50						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 7 – Strzykawka do pobierania krwi sterylna

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Strzykawka do pobierania próbki krwi z wkłucia tętniczego do badania gazometrycznego (wysycona heparyną) z nasadką zabezpieczającą próbkę		szt	3 000						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 8 – Dreny, cewniki (jałowe)

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Dren łącznikowy z PCV, sterylny, opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia – papier, końcówki żeńskie doklejane, średnica 7mm CH 28, dł. 3,5 metra		szt	5 000						
2	Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren o dł. 270cm i 24CH, końcówka do odsysania z systemem filtrowania, w zestawie 2 filtry i 3 końcówki 1-prosta i 2- zagięte, sterylne.		szt	100						
3	Kończówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu Poole, długość 22cm, Ch20 – podwójne opakowanie folia-papier w zestawie z drenem o dł 210cm.		szt	100						
4	Kończówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, zagięta, długość końcówki minimum 25cm, Ch15-Ch28 z kontrolą odsysania, sterylna, opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier		szt	3 000						
5	Kończówka jałowa do precyzyjnego odsysania pola operacyjnego, zagięta, długość końcówki minimum 25cm, Ch12, sterylna, opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier		szt	1 500						

6	Sterylny jednorazowy miękki dren łączący mikrokońcówkę do odsysania z standardowym drenem, wyposażony w klips umożliwiający przypięcie do obłożenia, zapobiegający zsuwaniu się końcówki, dł 62cm		szt	50						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 9 – Podkłady medyczne

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Podkład medyczny nieprzemakalny w rolce wykonane z jednej warstwy czystej celulozy i jednej warstwy folii. Szerokość podkładu min. 70cm (perforacja 0,5-1,0mb), dł. ok. 50mb		szt	60						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 10 – Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym oraz okienkiem Murphego – do przedłużonej intubacji – rozmiar 3-9		szt	200						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 11 – Koszyki Dornia

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, liczba drutów 4) z uchwytem		szt	2						
2	Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, liczba drutów 5) z uchwytem		szt	2						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 12 – Nebulizatory

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Nebulizator indywidualny lekowy z dyszą VENTURIEGO oraz łącznikiem T 22F-15F (do układu oddechowego respiratora).		szt	100						
									R-m:	

22F T 15F

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 13 – Worki stomijne

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Worek kolostomijny zamknięty jednoczęściowy do wymiany		szt	210						
2	Worek ileostomijny otwarty jednoczęściowy do wymiany		szt	120						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 14 –Protezy naczyniowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowane solami srebra o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności $\leq 5 \text{ml/min/cm}^2$										
1	Proteza prosta									
a)	Ø 6mm dł. 70cm		szt	1						
b)	Ø 8mm dł. 70cm		szt	1						
2	Proteza prosta									
a)	Ø 6mm dł. 40cm		szt	1						
b)	Ø 8mm dł. 40cm		szt	1						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

ZADANIE 15 – Ustniki do spirometru

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Ustniki do spirometru LUNGTEST 1000 (plastikowe śr. wew. 30mm)		szt	100						
2	Głowica do spirometru LUNGTEST 1000 plastikowa		szt	20						

R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

ZADANIE 16 – Dreny, cewniki butelki (jałowe)

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Dreny Redona Ch 06-18 – dł. 50-70cm		szt	100						
2	Butelki Redona jałowe 200-250ml z mieszkciem		szt	150						
3	Dren do jamy otrzewnej (brzuszny) – rozmiar 10F - 18F		szt	200						

R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
raz z pieczętką imienną)

ZADANIE 17 – Dreny, cewniki (jałowe)

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Dreny THORAX do drenażu opłucnej Ch22-Ch30		szt	50						
2	Dreny Kehra Ch10-24, dł. od 50cm		szt	100						
3	Cewnik do drenażu jamy otrzewnej z trokarem, rozmiar Ch10-Ch18		szt	150						
4	Cewnik do drenażu klatki piersiowej z wewnętrznym trokarem – rozmiar Ch20-32		szt	100						
5	Cewnik Pezzer – rozmiar Ch20-38		szt	50						

R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
raz z pieczętką imienną)

ZADANIE 18 – Jednorazowe worki na wymioty

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Jednorazowe worki na wymioty z mankietem usztywnionym		szt	4 000						

R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 19 – Tasiemki naczyniowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Tasiemki do podwieszania naczyń – poliestrowe, dł. 90-100cm		szt	100						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 20 – Siatki przepuklinowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	j.m.	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Siatka przepuklinowa z polipropylenu, pół-wchłaniająca, samomocująca o kształcie elipsy 12/8cm prawa i lewa		szt	60						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli)

ZADANIE 21 – Taśma urologiczna

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 80g/m ² , materiał jednorodny całkowicie niewchłaniający, dł.45 cm, szerokość 1 cm		szt	30						

R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

UWAGA: Przy pierwszej dostawie należy dołączyć narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, spiralne do metody przezzasłonowej, techniką od zewnątrz do środka „out-in” lub „in-out”, prawe + lewe

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

ZADANIE 22 – Łaty naczyniowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Łaty naczyniowe									
a)	Łaty naczyniowe 08/75		szt	10						
b)	Łaty naczyniowe 10/75		szt	10						

R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 23 – System niskociśnieniowy do drenażu ran

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	System niskociśnieniowy drenażu ran – zamknięty – rozmiary - Ch10-Ch16		szt	50						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczęcią imienną)

ZADANIE 24 – Zestaw do przetaczania płynów

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw kroplowy do przetaczania płynów do pompy perylstatycznej typ AP-31P firmy ASCOR		szt	200						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczęcią imienną)

ZADANIE 25 – Protezy naczyniowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Protezy naczyniowe zbrojone - śr. 6mm, dł. 50cm		szt	4						
2	Protezy naczyniowe zbrojone - śr. 8mm, dł. 50cm		szt	4						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

ZADANIE 26 – Przyrządy i zgłębniki

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do pojemników z fresubinem		szt	60						
2	Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do paków z fresubinem		szt	60						
3	Poliuretanowy zgłębnik BENGMARK do żywienia dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/145		szt	10						
4	Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/110		szt	20						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 27 – Taśma falista – sączi do drenażu ran

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Taśma falista – sączi do drenażu zainfekowanych ran z agrafką, długość drenu 400mm, szerokość 30mm		szt	200						
									R-m:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 28 – Prowadnice do trudnej intubacji

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Prowadnice j. u. do trudnej intubacji j.u		szt	20						
									R-m	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 29 – Zestaw laparoskopowy j.u.

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw składa się z: 1. Bezpiecznego trokara jednorazowego użytku 5-11 mm, posiadającego karbowaną kaniulę oraz trójstopniowy kranik, oraz wskaźnik położenia ostrza -1 szt. 2. Jednorazowej kaniuli 11 mm, karbowanej z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji 1. - 1 szt. 3. Bezpieczny trokar jednorazowego użytku 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór. 4. Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z		kpl	50						

trokarem z pozycji 3 -1 szt.
5. Jednorazowa igła Veressa 120mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej - 1 szt.

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 30 – Rurki krtaniowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, jednoświetłowa, sterylna (skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)									
	Rozm. 2 (dzieci 12-25kg)		szt	4						
	Rozm. 2,5 (dzieci 125-150 cm)		szt	4						
2	Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, dwukanałowa z dodatkowym kanałem do odsys. treści przewodu pokarmowego przez cewnik Ch16, sterylna (skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)									
	Rozm. 3 (dorośli <155cm)		szt	5						
	Rozm. 4 (dorośli <155-180 cm)		szt	20						
	Rozm. 5 (dorośli > 180cm)		szt	10						

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 31 – Podkłady higieniczne

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Podkłady higieniczne celulozowe 2 – warstwowe gr. min. 22g/m ² szer. 60cm x 80mb (dzielona na listki 0,5mb)		op.	500						

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 32 – Kaniula dotętnicza

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Kaniula dotętnicza typu wenflon 20G/1,10mmx45mm		szt	300						

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 33 – Rurki tracheostomijne z polietylenu

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Rurka tracheostomijna nr 7 IV (śr. 11mm) S (70mm) A (bez otworu)		szt	4						

2	Rurka tracheostomijna nr 7 II (śr.10,5mm) L (90mm) A (bez otworu)		szt	4						
3	Rurka tracheostomijna nr 8 II (śr.12,0mm) S (75mm) A (bez otworu)		szt	4						
4	Rurka tracheostomijna nr 8 II (śr. 11,80mm) L (90mm) A (bez otworu)		szt	4						
5	Rurka tracheostomijna nr 9 II (śr. 12mm) S (90mm) A (bez otworu)		szt	4						
6	Rurka tracheostomijna nr 9 II (śr.12mm) L (90mm) A (bez otworu)		szt	4						

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 34 – Zestaw do podawania płynów MEDIMA

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw dom podawania płynów inf. przy użyciu pompy objętościowej MEDIMA P		szt	200						

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 35 – Maski krtaniowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 20-30kg		szt	10						
2	Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 30-50kg		szt	20						
3	Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 50-70kg		szt	30						
4	Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta powyżej 70kg		szt	50						

R-m	
-----	--

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 36 – Zestaw noworodkowy – sterylny

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
l	Zestaw noworodkowy sterylny, skład:		szt	200						
a	podkład chłonny z pulpy celulozowej (60x60), chłonność 1050g - 1szt									
b	serweta z włókniny kompresowej 40g m2(80x60) chłonność 900% - 2szt									
c	czapeczka dla noworodka 12x10 wykonana z dzianiny, 100% bawełna									
d	kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160x75 - 1szt									

R-m	
-----	--

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 37 – Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	<p>Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D – komplet, na który składają się dwa oddzielnie pakowane zestawy w tym:</p> <p>A:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 x wkład o pojemności 200ml * 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z jedną antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio; dla odgałęzienia po stronie kontrastu – 10cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl - 25cm * złącze szybkiego napełniania typu „J” <p>B:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 x wkład o pojemności 200ml * 1 x ostrze typu „Spike” * 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J” <p>Zestawy wolne od ftalanów (do potwierdzenia przez wytwórcę, nie przez dostawcę)</p> <p>Oferowane produkty muszą obligatoryjnie posiadać pisemną rekomendację producenta wstrzykiwacza STELLANT CT D lub jego autoryzowanego serwisu (aparat objęty stosownie uwarunkowaną gwarancją producencką)</p>		kpl	2 000						
									R-m	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

ZADANIE 38 – Nebulizator + maska dziecięca

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Nebulizator + maska dziecięca komplet dren mini.150-180		szt	500						
									R-m	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 39 – Obwód oddechowy do respiratora

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Obwód oddechowy do respiratora Philips Trilogy 202		szt	60						
									R-m	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

ZADANIE 40 – Pieluchomajtki

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Pieluchomajtki dla dorosłych – duże (70-90kg) z bocznymi falbankami zabezpieczającymi i zapięciem umożliwiającym wielokrotne mocowanie		Szt	40 000						
2	Podkłady chłonne higieniczne z wkładką chłonną 60 x60cm (+/- 5cm)		Szt.	2 000						
									R-m	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 41 – Mechaniczny cewnik do trombectomii

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Mechaniczny cewnik do trombectomii „3w1” – zasysanie, fragmentacja, transport. Do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). Trzy średnice stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5mm, 8F – 5-8mm; 10F- 8-12mm). Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F-45ml/min przy max. 60.000 obrotach na min; 8F – 75ml przy max. 40.000 obr. na min; 10F- 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na min.) Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciąglemu		szt	15						

	zasysaniu mechanicznemu. Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczyń dzięki technologii OTW. Dla układu tętniczego i żylnego. System z prądem krwi lub crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 110cm). KOMIS 4 szt.								
2	Mechaniczny cewnik do trombectomii „4w1” – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport. Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). Dwie średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczyń 3-5mm; 8F- 5-8mm). Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F-45ml/min przy max 60.000 obrotach na min.; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na min). Całość materiału jest usunięta z naczyń krwionośnego. Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczyń dzięki technologii OTW. Dla układu tętniczego. System z prądem krwi lub crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm. Komis 4 szt.	szt	15						
								Razem:	

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczęcią imienną)

Zadanie 42 – Y-adapter

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Łącznik z zastawką hemostatyczną. System podwójnej zastawki zapewniający szczelność przy średnicy cewnika do 9,5F. Możliwość pracy przewodnikami i cewnikami przy zamkniętej zastawce. Z obecnością drenu bocznego, z kranikiem do płukania układu.		szt	100						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 43 – obłożenia do angioplastyki

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw obłożeń jednorazowych do angioplastyki z folią boczną. Serweta do angioplastyki wykonana z włókniny trójwarstwowej SMS o wymiarach 390 x 220 cm z folią osłaniającą pulpit sterowniczy o szerokości min. 60 cm po prawej stronie i w dolnej krawędzi, serweta z dwoma otworami udowymi, przylepnymi o średnicy 12,5cm, warstwa absorbująca wokół otworów wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu wysokochłonno o wymiarach 80x120cm, 2 fartuchy XL. Serweta na stół zabiegowy co najmniej 200x150cm (zawinięcie		szt	700						

zestawu). Powłoki ochronne z gumką na ekran. lampę i wzmacniacz 110x110cm, 1 miska plastikowa 2500ml na przewodnik z wypustkami zabezpieczającymi przewodnik przed wysunięciem, miska plastikowa na kontrast 100ml, miska plastikowa na sól fizjologiczną 100ml, spike z rurką oszczędzającą kontrast, 1x kleszczyki do mycia pola operacyjnego, skalpel plastikowy z rączką nr 11, kompresy gazowe 10x10 100szt. Rurka do zatrzymania kontrastu 1300mm. Kompres absorbcyjny.										
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 44 – Osłona foliowa głowic USG

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Osłona głowic USG przeznaczona do zabiegów naczyniowych. W zestawie: osłona, sterylne żel, kolorowa gumka.		szt	500						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 45 – Torquer na prowadnik 0,035

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Torquer na prowadnik 0,035".		szt	500						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną

Zadanie 46 – Torquer na prowadnik 0,014; 0,018

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Torquer na prowadnik 0,014; 0,018		szt	400						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną

Zadanie 47 – Cewnik do trombolizy

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Cewnik do trombolizy zawierający: cewnik, prowadnik zamykający, Y-connector. Średnice: 4F i 5F, długość systemów: 45,90,135cm. Długość systemu infuzyjnego: dla dł. 45cm: 10 i 20cm, dla dł. 90cm i 135cm: 5-50cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego		szt	40						

przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki, otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika, podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, laserowa technologia wykonania otworów, zmniejszająca ryzyko ich zatkania się w trakcie infuzji. Komis 6										
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętą imienną)

Zadanie 48 – Odczepialne spirale do embolizacji

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Spirala odczepialna stosowana do embolizacji tętniczej i żylnych naczyń obwodowych. Odporna na rozciąganie, cechująca się łatwym repozycjonowaniem przed odczepieniem. Średnice: 2-20mm. Długość: 4-50cm. Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,0165 i 0,021 Komis - 10		szt	30						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętą imienną)

Zadanie 49 – Stent lekowy do SFA

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Substancja nośna: paclitaxel. Stent kompatybilny z przewodnikiem 0,035 i koszulką 7F. Długość systemu wprowadzającego 120cm. Średnica stentu: 5-8mm. Długość stentu: 40-120mm Komis 8 szt.		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 50 – Przewodnik z końcówką hydrofilną 0,014

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Prowadnik z końcówką prostą i „J”. Dostępne długości: 182 i 300cm. Część dystalna przewodnika pokryta powłoką hydrofilną ICE. Proksymalna część przewodnika pokryta PTFE		szt	50						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Zadanie 51 – Stent kardiologiczny

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Stent wieńcowy kobalto – chromowy. Montowany fabrycznie na balonie. System RX. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014’’. Profil przejścia 0,017’’. Długość systemu wprowadzającego 140cm. Długość stentu: 2-5mm. Ciśnienie nominalne: 9atm. RBP: 14-16atm w zależności od średnicy stentu. Komis 8szt.		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

..... DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną

Zadanie 52 – Korek naczyniowy do embolizacji

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Korek naczyniowy do embolizacji, wielowarstwowy z siatki nitinolowej, samorozprężalny. Średnica: 3-22mm. Średnica cewnika wprowadzającego: 4-9F. Maksymalna długość cewnika wprowadzającego 100cm. Urządzenie może być składane i rozkładane wiele razy w celu zapewnienia precyzyjnego umiejscowienia w naczyniu Komis 5szt.		szt	10						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną

Zadanie 53 – Stent samorozprężalny nitinolowy

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Stent samorozprężalny nitinolowy. Wykonany z jednego elementu. Średnica: 5-10mm, długość: 20-150mm, shaft 135cm, kanał wewnętrzny 0,035". Średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F, dobrze widoczne markery stentu, nie mniej niż 2 markery na każdym końcu stentu. Podniesione brzegi stentu zapobiegają efektowi „fish mouth”, migracji stentu w naczyniu oraz pozwalają na precyzyjne umiejscowienie stentu w naczyniu. Komis 8 szt.		szt	20						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną