



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/47/2016

Sanok, dnia 21.03.2016r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

**\* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 3 dopuści zaoferowanie zestawu o średnicy 11,5F?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 13**

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania nr 13 dopuści zaoferowanie sztaplera o rozmiarze 26.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 13**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 13 dopuści zaoferowanie sztaplera o rozmiarze 32.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 13**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 13 dopuści zaoferowanie sztaplera o rozmiarze 34.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1 poz.1,2**

Czy Zamawiający wymaga, aby maska posiadała 7 zwęzek Venturiego (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**\* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu głowy, co umożliwi dopasowanie maski do każdego kształtu głowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**\* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 1 poz.1-3**

Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 podłużnych wtopionych pasków wzmacniających, które powodują, że nie ma możliwości zamknięcia „światła” przepływu tlenu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 1 poz.1-3**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności, nie musi być jednego producenta.**

**\* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 10**

Prosimy o wyjaśnienie czy w zadaniu 10 Zamawiający miał na myśli 120szt., czyli 30 zestawów po 4szt., czy 120 zestawów. Elektrody TENS są pakowane po 4 szt. w zestawie.

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 120 zestawów po 4 sztuki.**

**\* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści przewodnik typu „J” 0,88 mm 60cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 5**

Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści spodenki do kolonoskopii niebieskie rozmiar XL/XXL (szer.135cm)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 5**

Czy Zamawiający w poz. 1 będzie wymagał spodenek do kolonoskopii z delikatnej tkaniny SMS 28g/m<sup>2</sup> przyjaznej dla ciała.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**\* Pytanie nr 13 - dot. zad. nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 1,2 dopuści wysokiej jakości produkt firmy Intersurgical LTD. Z drenem o dł. 1,8m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 3 dopuści przedłużacz o dł. 2,1m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości i od wielu lat z powodzeniem stosowanych na rynku przetwornik firmy ICU Medical (dawny Abbott) bez zakrzywionej igły, ale z systemem odpowietrzania linii zabezpieczającym przed kontaminacją, ze zdejmowanym koreczkiem do kalibracji i zerowania, z okrągłym bezpinowym wodoszczelnym połączeniem, kompatybilnym z wypożyczonym na czas trwania umowy kablem połączeniowym do monitora.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kabli do posiadanych monitorów w ilości: jak w załączniku.**

**\* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o podanie, jakie monitory, do których mają być podłączone przetworniki, i w jakiej ilości ma na wyposażeniu. Producent/model/iłość.

**Odpowiedź: Mindray PM 6000 – moduł 6 pinowy – 6szt., Mindray iPM8/ Bene View T8 – 12 pinowy – 3szt., BLT AnyView A5- 4 pinowy – 1 szt., GE DASH 4000 – 1szt. Uchwyty na przetworniki minimum podwójne – 8szt.**

**\* Pytanie nr 17 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust.2 wzoru umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 18 - dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 3 ust.9 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 19 – dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust.10a: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.” Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 20 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto zaś cena netto pozostanie bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 21 – dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54, ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. nr 112, poz.654). W przypadku nieziszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w dniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 22- dot. wzoru umowy**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

**Odpowiedź: TAK**

**\* Pytanie nr 23 - dot. wzoru umowy §3 pkt.2**

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 24 – dot. wzoru umowy §3 pkt.4**

Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności zapłaty za dostarczony sprzęt.

Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku

ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust §8 ust.1”

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 25 – dot. wzoru umowy §3 pkt7**

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

**Odpowiedź: NIE**

**\* Pytanie nr 26 – dot. wzoru umowy §3 pkt.8**

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 12 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu o okresie podtrzymywania tkanki 50-60% po 5 dniach? Czy Zamawiający dopuści igły typu Surgalloy – stop stali odporny na złamania i odkształcenia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 28 – dot. zad. nr 12 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający wykonany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu?

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną typu Surgalloy – stop stali odporny na złamania i odkształcenia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 12 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 80 % po dwóch tygodniach, 30 % po trzech tygodniach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 12 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści stapler skórny zawierający 35 zszywek ze stali nierdzewnej, - zszywka: grzbiet 6,5 mm nóżka 4,1 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

### **UWAGA!!!**

**Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**