



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/94/2017

Sanok, dnia 3 marca 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/201 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakiet nr 56

Czy zamawiający dopuszcza zestaw pościelowy, włóknina typu polipropylen o gramaturze min. 25 g/m²,

skład: poszewka na poduszkę - 70cm x 80 cm (+10 cm zakładka), poszewka na kołdrę – 160cm x 210 cm (+10 cm zakładka), prześcieradło - 150cm x 210 cm, w kolorze zielonym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet nr 39

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 potwierdzoną deklaracją zgodności bądź raportem testowym, bez konieczności przedstawiania certyfikatu wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną? Jednocześnie informujemy iż Jednostka Notyfikowana nie bierze udziału w procesie oceny zgodności dla rękawic diagnostycznych a jedynie producent deklaruje w/w zgodność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 zestawów do kaniulacji dużych naczyń w rozmiarach: poz. 4) 4F/15cm 1 kanałowy; poz. 5) 5F/13cm 2 kanałowy i poz. 7) 3F/10cm 1 kanałowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakiet nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 5 igieł do wkłuc pp w rozmiarach 20, 22G/50mm Standard.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następującej charakterystyce:

12. taśma uniwersalna do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezczasłonowego jak i nadłonowego;
13. taśma jednorazowa, sterylna, całkowicie niewchłaniaalna, w osłonce polietylenowej, wykonana z polipropylenu monofilamentowego;
14. długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,55 mm, gramatura 80 g/m²;
15. końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do przewodnicy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakiet nr 45 - Dostępy długoterminowe, ilość pozycji 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **24cm** (tip to cuff 19cm), **28cm** (tip to cuff 23cm), **32cm** (tip to cuff 27cm), **36cm** (tip to cuff 31cm), **40cm** (tip to cuff 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu 45 i stworzy osobny pakiet

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakiet nr 31, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, grubość nici 0,15 mm, gramatura 70 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakiet nr 31, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, grubość nici 0,10 mm, gramatura 55 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakiet nr 31

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.*

Pytanie nr 10 – dotyczy pakiet nr45 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach do mufy: 19 cm, 23 cm, 27 cm, 50 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 11– dotyczy pakiet nr 39 poz. 1

Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 op. z rozmiaru M i op. z rozmiaru S.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 12 – dotyczy pakiet nr 39 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie deklaracji zgodności producenta z normą EN 455, zamiast certyfikatu jednostki notyfikowanej, ponieważ rękawice diagnostyczne są wyrobem medycznym klasy I (niesterylnym) i zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych jednostka notyfikująca nie bierze udziału w ocenie zgodności.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 13 – dotyczy pakiet nr 40 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12 m.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 14 – dotyczy pakiet nr 40 poz. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje standardowego żelu do badań USG czy żelu USG typu Aquasonic 100?

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje takie rodzaje jak wymieniono w specyfikacji.*

Pytanie nr 15 – dotyczy pakiet nr 40 poz. 11

Prosimy wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaferować papier gładki czy w kratkę?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza kratkę.*

Pytanie nr 16 – dotyczy pakiet nr 40 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dotyczy projektu umowy – par. 2 ust. 3

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do §2 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może podać minimum.

Pytanie nr 18 – dotyczy pakiet nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 35 pozycji 1 oczekuje zestawów do przezskórnej tracheostomii pakowanych na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

Pytanie nr 19 – dotyczy pakiet nr 25, pozycja 1-2

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z portem do pobierania próbek konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto w pozycji 2 jest

Wkłady workowe j/u do ssaków o poj. 1000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą o owalny kształcie, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodowego, z portem na pokrywie do pobierania próbek wykonane z elastycznego tworzywa. Kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi typu Serres będącymi na wyposażeniu szpitala.

MA BYĆ

Wkłady workowe j/u do ssaków o poj. 1000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą o owalny kształcie, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodowego, z portem na pokrywie do pobierania próbek wykonane z elastycznego tworzywa. Kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi typu Serres będącymi na wyposażeniu szpitala.

W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki i mocowanie podczas trwania umowy oferent uzupełni brakujące ilości nieodpłatnie.

Pytanie nr 20 – dotyczy pakiet nr 9, poz. 3 i 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu pozycji 3 oraz 4 i dopuszczenie przewodników teflonowych o długości 180cm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.*

Pytanie nr 21 – dotyczy pakiet nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 46 pozycja 1 dopuści taśmy silikonowe, średnica 1,5mm w kolorze niebieskim i żółtym, pakowane po 2 x 45cm w saszetce w przeliczeniu na wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 22 – dotyczy pakiet nr 46 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 46 pozycja 2 dopuści taśmy silikonowe, średnica 2,5mm w kolorze niebieskim i żółtym, pakowane po 2 x 45cm w saszetce w przeliczeniu na wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 23 – dotyczy podpisania oferty

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza jak wyżej, zgodnie z SIWZ.*

Pytanie nr 24 – dotyczy pakiet nr SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: *Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015r., poz. 2164 z póź.zm) i rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126)*

Pytanie nr 25 – dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę jak wyżej.*

Pytanie nr 26 – dotyczy §3 pkt.2 wzoru umowy

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem

tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współzycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelných zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy §3 pkt.4 wzoru umowy

Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.”

Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności zapłaty za dostarczony sprzęt.

Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy. Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust §8 ust.1”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy pakiet nr Dot. §3 pkt.8 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech **kolejnych** nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej **kolejnej** odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym **po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy.**”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy pakiet nr 4.

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta.

Pytanie nr 30 – dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych, ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga rurek ze znakowanym rozmiarem balonikiem kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczeń rozmiaru widocznego po złożeniu rurki.

Pytanie nr 32 – dotyczy pakiet nr 21

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dotyczy pakiet nr 21, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga rurek ze znakowanym rozmiarem balonikiem kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczenia rozmiarem widocznym po złożeniu rurki.

Pytanie nr 34 – dotyczy pakiet nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych ze stałym, czy z ruchomym szyldem?

Odpowiedź: *Zamawiający ruchomego szyldu wymaga w Pak.21, poz. 3.*

Pytanie nr 35 – dotyczy pakiet nr 2 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się małą przestrzenią martwą, maksymalnie do 10 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i wilgoci o niskiej wadze w zakresie 5,5 - 6,5 g, co mniej obciąża pacjenta oraz daje możliwość zastosowania u różnego rodzaju pacjentów?]

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się skutecznością nawilżania minimum 29,2 mg H₂O przy Vt 500 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 35 a – dotyczy pakiet nr 3

Czy Zamawiający oczekuje aby filtry były pakowane w folie-papier?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga jednostkowego pakowania.*

Pytanie nr 36 – dotyczy pakiet nr 24

Czy Zamawiający oczekuje aby rurka posiadała czarny min. 2 cm znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki?

Odpowiedź: *Pakiet 24 to są pompy ssąco płuczące nie rurki do intubacji.*

Pytanie nr 37 – dotyczy pakiet nr pakiet 16, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego, silikonowego, z balonem 50ml i ściętym końcem Couvelaire.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego Couvelaire (końcówka ścięta „fletowo”) wykonanego z termoplastycznego PCV z balonem 30ml.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 38 – dotyczy pakiet nr Dot. pakiet 16, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do cystostomii z balonem zawiniętym w pętle (typ Pig-Tail) z końcówką zaobloną i trokarem rozrywanym, rozmiar CH 10-14, balon 5-15 ml.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 39 – dotyczy pakiet nr Pakiet 34 pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni przyrządu do pobierania płynów infuzyjnych z samo domykającym się samouszczelniającym zaworem bezigłowym, który zabezpiecza przed wyciekaniem w pozycji odwróconej i stanowią nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę. Przyrząd wyposażony w filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 40 – dotyczy pakiet nr 36, pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych w op a'80 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 41 – dotyczy pakiet nr 39

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego braku.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 42 – dotyczy pakiet nr 42 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier co ułatwia aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia iż cewniki mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier*

Prosimy o dopuszczenie cewnika Foley z balonem 30-50 ml

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 43 – dotyczy pakiet nr 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu 3 drożnego z przedłużaczem o długości 15 cm

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 44 – dotyczy pakiet nr 47

Czy Zamawiający oczekują aby kraniki były wykonane z poliwęglanu?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza. Wymaga zgodnie z siwz.*

Pytanie nr 45 – dotyczy pakiet nr 54, pozycja 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów o długości 2,10 m

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisem siwz, minimum 2m.*

Pytanie nr 46 – dotyczy pakiet nr 58

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowego o długości 1,83m.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 47 – dotyczy pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 48 – dotyczy pakiet nr 7, pozycja 5,8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 – dotyczy pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nożyki alergologiczne w opakowaniu a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dotyczy pakiet nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do koloskopii występujące w rozmiarze uniwersalnym o wym. 60cm x 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jeżeli spełniają wymogi specyfikacji.

Pytanie nr 51 – dotyczy pakiet nr 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści majtki z włókniny występujące w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – dotyczy pakiet nr 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł motylek w opakowaniu a'100 sztuk z przeliczeniem do 3 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – dotyczy pakiet nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z opisem siwz.

Pytanie nr 54 – dotyczy pakiet nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzone badaniami Producenta lub jednostki niezależnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dotyczy pakiet nr 40, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 112x100x100, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dotyczy pakiet nr 40, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 112x100x200 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57 – dotyczy pakiet nr 40, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 50x100x300mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 – dotyczy pakiet nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 30-50 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59 – dotyczy pakiet nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego o pojemności zbiornika 20 ml i zintegrowanymi z nakrętkę pojemnika 2 drenami (jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 60 – dotyczy pakiet nr 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych 7 cm z kranikiem 3-drożnym o średnicy zewnętrznej: 4mm i średnicy wewnętrznej: 3mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 61 – dotyczy pakiet nr 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 100 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 62 – dotyczy pakiet nr 54, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 63 – dotyczy pakiet nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawu do znieczuleń zewnątrz - oponowych ciągłych (w zestawie min. igła +filtr + cewnik z miękkim atraumatycznym końcem +strzykawka niskooporowa) 18G.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.*

Pytanie nr 64 – dotyczy pakiet nr 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. cewnik 14G/15-16 cm 1 kanałowy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 65 – dotyczy pakiet nr 5 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. CEWNIK 22G/8-10 cm 1 kanałowy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 66 – dotyczy pakiet nr 5 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. 5F/8cm – 2 kanałowy, CEWNIK 18/20G

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 67 – dotyczy pakiet nr 5 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. 22G/10cm – 1 kanałowy

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 68 – dotyczy pakiet nr 5 poz.1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do kaniulacji dużych naczyń z prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynułu.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.*

Pytanie nr 69 – dotyczy pakiet nr 5 poz. 1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do kaniulacji dużych naczyń z prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynułu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 70 – dotyczy pakiet nr 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do dializy z przewodniczą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 71 – dotyczy pakiet nr 27

1. Czy ze względu na charakter badań i komfort pacjenta zamawiający wymaga w poz. 1 majtki z SMS, czy wymaga co najmniej gramatury 28?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

2. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplotcie, ciemnogrnatowe, nieprześwitujące, zachowujące intymność pacjenta, polipropylen minimum 40 g/m², rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokość majtek na linii biodra—min.10 cm. Wzmocnione w kroku (podwójna warstwa włókniny). Obwód w pachwinie udowej: 39 cm+/-1 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 72 – dotyczy pakiet nr 34

Czy Zamawiający w poz.1 oczekuje przyrząd do butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um oraz dołączoną zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza. Wymaga zgodnie z opisem w siwz.*

Pytanie nr 73 – dotyczy pakiet nr 36

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga w wymienionej pozycji strzykawek jednorazowego użytku dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, tłok w kolorze kontrastującym, pakowane x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.

Bardzo proszę Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 36 w poz.1 a, b ,c, d strzykawki :

- 2 ml rozszerzona skala do 3 ml
- 5 ml rozszerzona skala do 6 ml
- 10 ml rozszerzona skala do 12 ml
- 20 ml rozszerzona skala do 24 ml

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.*

Pytanie nr 74 – dotyczy pakiet nr 37

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 golarzkę medyczną z pojedynczym ostrzem wykonany ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem, oraz grzebień tak zaprojektowany, aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu włosami.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 75 – dotyczy pakiet nr 8 – Rurki ustno – gardłowe

1. Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Geudela w rozmiarze 50-100mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

2. Czy Zamawiający nie wstawił omyłkowo w Pakiecie 8 poz. 2 - **Rurka intubacyjna?**

Jeżeli tak, prosimy o Zamawiającego przeniesienia tej pozycji do odpowiedniego Pakietu nr 4 Rurki intubacyjne.

Odpowiedź: *Zamawiający wykreśla w pakiecie 8 poz. 2*

Pozostaje tylko poz. 1 - rurki ustno gardłowe rozm., 40-100mm 600szt.

Należy wycenić tylko poz. 1

Pytanie nr 76 – dotyczy pakiet nr Pakiet 38 – Nebulizatory dla dorosłych

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu antyprzelewowej konstrukcji i pracy w zakresie od 0 do 90° i podstawy dyfuzora 0-360°?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na odstępnie.*

2. Czy Zamawiający dopuści nebulizator wyskalowany co 2 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 77 – dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzeżę sobie realizację zamawianego asortymentu na podstawie osobno składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1, w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Odstępstwo nie będzie jednak większe niż 20% od wielkości orientacyjnych podanych w załączniku.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 78 – dotyczy pakiet nr 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1, 4, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 79 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie wyżej określonego 5 - ciodniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 80 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 81 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 82 – dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 83 – dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 84 – dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 85 – dotyczy pakietu nr 52, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm, dodatkowo oferowane pętle posiadają funkcję płynnej rotacji ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 86 – dotyczy pakiet nr 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawu do znieczuleń zewnątrz - oponowych ciągłych (w zestawie min. igła +filtr + cewnik z miękkim atraumatycznym końcem +strzykawka niskooporowa) 18G.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

Pytanie nr 87 – dotyczy pakiet nr 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. cewnik 14G/15-16 cm 1 kanałowy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 88 – dotyczy pakiet nr 5 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń. Rozm. CEWNIK 22G/8-10 cm 1 kanałowy.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 89 – dotyczy pakiet nr 5 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. 5F/8cm – 2 kanałowy, CEWNIK 18/20G

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 90 – dotyczy pakiet nr 5 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. 22G/10cm – 1 kanałowy

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 91 – dotyczy pakiet nr 5 poz.1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do kaniulacji dużych naczyń z przewodnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

Pytanie nr 92 – dotyczy pakiet nr Pakiet 5 poz. 1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do kaniulacji dużych naczyń z przewodnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

Pytanie nr 93 – dotyczy pakiet nr Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do dializy z przewodnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

Pytanie nr 94 – dotyczy pakiet nr Pakiet 36 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga w wymienionej pozycji strzykawkę jednorazowego użytku dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, tłok w kolorze kontrastującym, pakowane x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawkę. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w siwz.*

Pytanie nr 95 – dotyczy pakiet nr 57:

Siatkę przepuklinową częściowo wchłanialną, składającą się w 25% z niewchłanialnego polipropylenowego (PP) włókna monofilamentowego oraz w 75% z wchłanialnego włókna monofilamentowego z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji części wchłanialnej od 18 do 24 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80g/m², gramatura po wchłonięciu 20g/m², grubość siatki 0,6mm, grubość nitki 120µm, porowatość średnia 1059µm, porowatość max. 2030µm, bez samoistnego mocowania, o kształcie:

- anatomicznym w rozmiarze 5 x 11 cm
lub
- prostokątnym w rozmiarze 6 x 11cm (specyfikacja wymaga elipsy w rozmiarze 12 x 8cm) ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 96 – dotyczy pakiet nr 18,29,49

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej o której mowa w §3 ust. 2 z 2% na 1%?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na 1 i 2.*

Pytanie nr 97 – dotyczy pakiet nr 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na asortyment w zadaniu 29. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu dobrze znany, Wykonawca oferuje oryginalne produkty K. STORZ jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu przedstawienia próbek.

Pytanie nr 98 – dotyczy pakiet nr 27, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii j.u. z włókniny w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 99 – dotyczy pakiet nr 27, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii j.u. z włókniny w rozmiarze M?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100 – dotyczy pakiet nr 27, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii j.u. z włókniny w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 – dotyczy pakiet nr Dot. Pakietu nr 46, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści barwne oznaczniki chirurgiczne CODOLOOPS® wytwarzane są z multiflamentowych włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz o wymiarze 2mm x 900mm? Barwne oznaczniki Codoloops są produkowane w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym, niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102 – dotyczy pakiet nr Dot. Pakietu nr 46, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści barwne oznaczniki chirurgiczne CODOLOOPS® wytwarzane są z multiflamentowych włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz o wymiarze 3 mm x 900mm? Barwne oznaczniki Codoloops są produkowane w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym, niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103 – dotyczy pakiet nr 39, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe spełniające normę EN 455, ale nie posiadające potwierdzenia certyfikatem jednostki notyfikującej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do projektu umowy (pyt. 104-106)

Pytanie nr 104 – dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy

Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent Ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105 – dotyczy § 3 ust. 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 106 – dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 107 – dotyczy pakiet nr 34

Czy Zamawiający w pakiecie 34 wymaga przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.*

Pytanie nr 108 – dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do kaniulacji dużych naczyń w:

16. Poz. 1/ 16 Ga/16 cm

17. Poz. 5/ 5 Fr/13 cm, cewnik z powłoka antybakteryjną

18. Poz. 7/ 22 Ga/10 cm

W pozostałych pozycjach parametry bez zmian ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 109 – dotyczy SIWZ i wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 wzoru umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 110 – dotyczy pakiet nr 3, kryterium oceny ofert

Prosimy o dokładne opisanie, w jaki sposób zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach kryterium oceny jakości w w/w pakiecie, gdyż na chwilę obecną Zamawiający wskazał jedynie nawę kryterium, a nie sposób jego oceny. Zgodnie z zapisami PZP (art. 36 ust. 1 pkt. 13 Pzp), kryterium oceny ofert powinno być oceniane w sposób obiektywny w wykonawca

biorący udział w postępowaniu ma prawo wiedzieć, jaką wagę zamawiający przypisuje danemu kryterium. Prosimy o podanie na jakiej podstawie i w jaki sposób będą oceniane takie kryteria jak opisane przez Zamawiającego np. objętość przestrzeni martwej, jakość materiału czy rodzaj zastosowanego materiału na filtr i obudowę?

Odpowiedź: *Oceniana jest wartość użytkowa poprzez zastosowanie u pacjenta.*

Pytanie nr 111 – dotyczy pakiet nr 38

Czy Zamawiający dopuści nebulizator skalowany co 2ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 112 – dotyczy pakiet nr 35

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego pakiecie 35 w pozycji 2 zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia „Blue Rihno” w skład którego wchodzi:

- Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca
- Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).
- Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 3 szt.
- Igła introduktora 7 cm, rozmiar 15 G
- Igła koszulki FEP 7 cm, o rozmiarze 15 G
- Rozszerzacz o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm
- Skalpel jednorazowego użytku nr 15
- Strzykawka jednorazowa
- Czerwony pojemnik na zużyte igły
- Żel poślizgowy
- Rurka tracheostomijna wykonana z miękkiego PCV z mankietem. Rurka posiada stożkowe zakończenie oraz wymienne kaniule wewnętrzne.

Rozmiary rurki w zależności od zamówienia przez Zamawiającego:

- 7 (średnica zewnętrzna rurki 10mm, długość 78cm)
- 8 (średnica zewnętrzna rurki 11mm, długość 86cm)
- 9 (średnica zewnętrzna rurki 12mm, długość 97cm)

Jednocześnie prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.*

Pytanie nr 113 – dotyczy pakiet nr 31 poz.1

Czy zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści siatkę przepuklinową polipropylenową jednowłóknową, gramatura 96g/m², grubość nici 0,44mm o rozmiarze 35x22cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 114 – dotyczy pakiet nr 31 poz. 2

Czy zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści siatkę przepuklinową polipropylenową jednowłóknową o gramaturze 46g/m², rozmiar porów 2,0x2,4mm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 115 – dotyczy pakiet nr 14 poz. 1 i 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestawu laparoskopowe złożone z trokara optycznego o wymaganej średnicy z wbudowaną redukcją 5-12, żebrowaną kaniulą, trójstopniowym korkiem do insuflacji i obturatorem z bezpieczną końcówką w kształcie nosa delfina pozwalającą na kontrolowane rozdzielanie tkanek i łatwe wprowadzenie trokara?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 116 – dotyczy pakiet nr 14, poz.2

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestawu laparoskopowe złożone z trokara optycznego o wymaganej średnicy z wbudowaną redukcją 5-11, żebrowaną kaniulą, trójstopniowym korkiem do insuflacji i obturatorem z bezpieczną końcówką w kształcie nosa delfina pozwalającą na kontrolowane rozdzielanie tkanek i łatwe wprowadzenie trokara?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie nr 117 – dotyczy pakiet nr 14, poz. 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestawu laparoskopowe złożone z trokara optycznego o wymaganej średnicy z żebrowaną kaniulą i obturatorem z bezpieczną końcówką w kształcie nosa delfina pozwalającą na kontrolowane rozdzielanie tkanek i łatwe wprowadzenie trokara?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Z poważaniem