

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/09/2017 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA :W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

Pakiet 1 – Narzędzia laparoskopowe - wielorazowe

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	<i>Wielorazowa rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość 34cm, kompatybilna ze wszystkimi końcówkami firmy Microline, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienne wielorazowe pierścienie w uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.</i>		szt	8						
2	<i>Wielorazowa rękojeść bez blokady, średnica 5mm, długość 34cm, kompatybilna ze wszystkimi końcówkami firmy Microline, zaopatrzona w pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania, pokrętło umożliwiające obrót o 360 stopni, ramię wykonane z materiału PEEK, współosiowe gwintowanie składające się z dwóch blokujących się gwintów, wymienne wielorazowe pierścienie w uchwycie. Wskaźnik prawidłowego zamocowania końcówki.</i>		szt	8						
3	<i>Wielorazowe nożyczki z ostrzem typu Endocut (lekko zakrzywione). Długość robocza ostrza 16,51mm. Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią, kompatybilna z rękojeściami z pozycji 1 i 2.</i>		szt	4						
4	<i>Wielorazowe graspery, dissektory, babcoki. Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią, kompatybilny z rękojeściami z pozycji 1 i 2</i>		szt	26						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet 2 – Kapturki do termometru

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Kapturki ochronne do termometru Thermoscan Braun		szt	1 600						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet 3 – Rurki krtaniowe LTD. LTS

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, jednoświetłowa, sterylna (skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)									
a)	Rozm 2 (dzieci 12-25kg)		szt	4						
b)	Rozm. 2,5 (dzieci 125-150 cm)		szt	4						
2	Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, dwukanałowa z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik Ch16, sterylna (skład:rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)									
a)	Rozm. 3 (dorośli <155cm)		szt	5						
b)	Rozm. 4 (dorośli <155-180cm)		szt	20						
c)	Rozm. 5 (dorośli >180cm)		szt	10						
Razem:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazw towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet 4 – Siatka poliestrowa

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Makroporowa siatka poliestrowa do zaopatrywania przepukliny pępkowej. Pokryta warstwą kolagenu, zapobiegającemu powstawaniu zrostów. Posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i niebieskie lejce). Rozmiar średnicy 8,6cm.		szt	5						
2	Makroporowa siatka poliestrowa do zaopatrywania przepukliny pępkowej. Pokryta warstwą kolagenu, zapobiegającemu powstawaniu zrostów. Posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i niebieskie lejce). Rozmiar średnicy 6,6cm.		szt	5						
3	Makroporowa siatka poliestrowa do zaopatrywania przepukliny pępkowej. Pokryta warstwą kolagenu, zapobiegającemu powstawaniu zrostów. Posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i niebieskie lejce). Rozmiar średnicy 4,6cm.		szt	5						
								R-m:		

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaofierowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

.....
*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet 5 – Cewnik do trombectomii

1	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	<p><i>Mechaniczny cewnik do trombectomii „3w1”</i> <i>Mechaniczny cewnik do trombectomii „3w1” – zasysanie, fragmentacja, transport. Do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). Trzy średnice stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5mm, 8F – 5-8mm; 10F- 8-12mm). Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F-45ml/min przy max. 60.000 obrotach na min; 8F – 75ml przy max. 40.000 obr. na min; 10F- 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na min.). Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW. Dla układu tętniczego i żylnego. System z prądem krwi lub crossover (6F- 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 110cm).</i> <i>KOMIS 5 szt</i></p>		szt	15						

2	<p>Mechaniczny cewnik do trombektomii „4w1” <i>Mechaniczny cewnik do trombektomii „4w1” – oddzielenie, zasysanie, framentacja, transport. Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). Dwie średnice (6F – średnica naczynia 3-5mm; 8F- 5-8mm). Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F-45ml/min przy max 60.000 obrotach na min.; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na min). Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW. Dla układu tętniczego. System z prądem krwi lub crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 85cm). - KOMIS 5 szt</i></p>		szt	30						
---	---	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

R-m:

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)