



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/182/2017

Sanok, dnia 21 kwietnia 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku*

ZMIANA/SPROSTOWANIE

do Załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy przedmiotu zamówienia pakiet nr 2 – Warunki graniczne dotyczące dzierżawionych analizatorów immunologicznych

BYŁO

Lp.	Opis przedmiotu – warunki wymagane
1.	Analizator biochemiczny główny i zastępczy całkowicie kompatybilne .
2.	Analizatory biochemiczne główny i zastępczy o przepustowości min 600ozn/h testów fotometrycznych oraz min 170 ozn/h modułu ISE (Na, K, Cl, Ca)
3.	Analizatory na gwarancji przez cały czas umowy (24 miesiące)
4.	Analizatory pracujące w oparciu o jednorazowe kuwety, bez stacji uzdatniania wody
5.	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy
6.	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników
7.	Możliwość oznaczania próbek pilnych
8.	Chłodzenie odczynników, kalibratorów, kontroli i próbek do temp. 4-8 ^o C sterowane przez komputer
9.	Wstawianie i usuwanie odczynników, kontroli, kalibratorów, kuwet i próbek bez jakiegokolwiek przerywania ciągłości pracy analizatora
10	Możliwości rozcieńczania stężonych standardów
11	Oferent ma zapewnić dostęp do certyfikatów serwisu aparatu poświadczony odpowiednim oświadczeniem producenta wraz z imiennym wykazem
12	Wymagania dla oferowanych odczynników: <ul style="list-style-type: none">- do oferty należy dołączyć karty charakterystyk potwierdzające skład reagentów- oferowane odczynniki muszą posiadać stosowne certyfikaty- oferowane odczynniki muszą posiadać autoryzowane aplikacje- materiał kontrolny wieloparametrowy

MA BYĆ

Lp.	Opis przedmiotu – warunki wymagane
1.	Analizatory immunologiczne główny i zastępczy całkowicie kompatybilne .
2.	Aparaty całkowicie bezigłowe eliminujące kontaminację
3.	Kompletne zestawy zawierające odczynniki, kontrole i kalibratory
4.	Otwarcie odczynnika roboczego nie powoduje skrócenia terminu jego ważności
5.	Trwałość odczynnika roboczego po otwarciu minimum 6-miesiący
6.	Liniowość D-Dimerów 10000 ng/ml bez rozcieńczenia
7.	Czułość troponiny 0,01µg/l
8.	Brak codziennych czynności czyszczących, myjących, konserwacyjnych
9.	Możliwość wykonania w jednym czasie min 10 badań

Z poważaniem