

WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONYCH ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH

Lp.	Opis przedmiotu – warunki wymagane	Odpowiedź oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać zakresy opisać)
1.	Analizatory immunologiczne główny i zastępczy całkowicie kompatybilne .		
2.	Aparaty całkowicie bezigłowe eliminujące kontaminację		
3.	Kompletne zestawy zawierające odczynniki, kontrole i kalibratory		
4.	Otwarcie odczynnika roboczego nie powoduje skrócenia terminu jego ważności		
5.	Trwałość odczynnika roboczego po otwarciu minimum 6-miesiący		
6.	Liniowość D-Dimerów 10000 ng/ml bez rozcieńczenia		
7.	Czułość troponiny 0,01 µg/l		
8.	Brak codziennych czynności czyszczących, myjących, konserwacyjnych		
9.	Możliwość wykonania w jednym czasie min 10 badań		