



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/380/2017

Sanok, dnia 24 lipca 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/27/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - powtórka dla SPZOZ w Sanoku.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

*** Pytanie nr 1 – dot. pakiet nr 2 poz.1,2,3,4**

Pozycja 1– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników o pojemności 300 lub 800 ml ?

Pozycja 2– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych o wymiarach 10 x 7,5 x 3,3cm?

Pozycja 3– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych o wymiarach 18 x 12,5 x 3,3cm?

Pozycja 4– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych o wymiarach 25 x 15 x 3,3cm?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 2 – dot. pakiet nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y 8/8/8mm?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 3 – dot. pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzieliny o pojemności 100ml?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 4 – dot. pakiet nr 5**

Bardzo proszę Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym do przedłużonej intubacji w rozmiarach 5-9

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 – dot. pakiet nr 3 poz.3**

Czy Zamawiający dopuszcza rurkę – przedłużacz o długości 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 6 – dot. pakiet nr 7 poz.1**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Uniwersalny zestaw w wersji grawitacyjnej bez złączy przejściowych Transition?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 7 – dot. pakiet nr 7 poz.2**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare® Infinity TM bez złączy przejściowych Transition?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 8 – dot. pakiet nr 7 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie: Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy FloccareR 800 bez złączy przejściowych Transition?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 9 – dot. pakiet nr 18**

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu: jednorazowego użytku, metalowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga łyżek jednorazowego użytku standardowych (konwencjonalnych) czy światłowodowych?

Odpowiedź: Światłowodowe

*** Pytanie nr 10 – dot. pakiet nr 10**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:

Cewnik transparentny, silikonowy, operacyjny Foleya z prostym zakończeniem , trójdrożny , dł.41 cm , CH20,22,24 z balonem 60-80ml?



Nr katalogowy	Średnica CH	Balon ml
2070.16	16	40
2070.18	18	50
2070.20	20	60
2070.22	22	70
2070.24	24	80

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 – dot. pakiet nr 14**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:

Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (trokar + cewnik)

12-14Fr o poniższych parametrach- Zestaw:

- Rozszczepialna kaniula ze specjalnym szlifem (dł. 12 cm)

- Zatyczka

- Cewnik Foley'a z silikonu ze zintegrowanym balonem - PROSIL:

- Optymalnie dopasowane światło kaniuli do średnicy cewnika
- Krótkie, atraumatyczne zakończenie cewnika widoczne w promieniach RTG
- Transparentny cewnik z linią kontrastującą w promieniach RTG
- Miękki balon 5cm
- 2 oczka
- 43 cm długości ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 12 – dot. pakiet nr 18**

Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o łyżki światłowodowe kompatybilne z systemem zielonym

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 13- dot. pakiet nr 1 poz. 1a**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze sterylną wodą do inhalacji o pojemności 500ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 14 – dot. pakiet nr 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 30-50ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 15 – dot. pakiet nr 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu w rozmiarach 11FR i 14FR (cewnik) oraz 12FR, 15FR trokar, renomowanej firmy Coloplast.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego ma zawierać w zestawie 2l worek na mocz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

***Pytanie nr 16 – dot. pakiet nr 18**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga łyżki do laryngoskopu, jednorazowego użytku typu Macintosh, plastikowej, wykonanej z PCV niezawierającego ftalanów, kompatybilnej z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki), sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie, światłowód akrylowy, nieosłonięty, oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści, zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione?

Odpowiedź: Kompatybilne z systemem zielonym

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby łyżki w rozmiarach Macintosh: 2 / 3 / 4 / posiadały następujące wymiary: odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/10,5mm), dla roz 3 (133mm/117mm/10,5mm), dla roz 4 (163mm/147mm/10,5mm) oraz termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji?

Odpowiedź: Łyżki typu Macintosh w rozmiarach 2,3,4 okres przydatności do zużycia min. 2 lata od dostawy.

Z poważaniem

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.