



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/486/2017

Sanok, dnia 29 września 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: nr postępowania **SPZOZ/PN/35/2017** na roboty budowlane w przedmiocie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – Etap I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

*** Pytanie nr 1**

Prosimy uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący załącznik: nr 5 do SIWZ, znajdujący się na stronie 25 SIWZ w „wykazie załączników do SIWZ”.

Odpowiedź: Załącznik został uzupełniony

*** Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z informacją na stronie 31 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), do oferty nie jest wymagane dołączenie kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź: Tak potwierdzamy.

*** Pytanie nr 3**

Z uwagi ryczałtową formę wynagrodzenia oraz krótki czas na przygotowanie oferty prosimy o udostępnienie brakujących przedmiarów, które posłużą pomocniczo w przygotowaniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia przedmiarów.

*** Pytanie nr 4**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie składania oferty, to nie musi ich podawać w składanej ofercie.

Odpowiedź: Tak, chyba że Wykonawca wykazuje swoje doświadczenie w oparciu o podmiot o którym mowa w art. 22a Ustawy – Pzp będący jednocześnie podwykonawcą.

*** Pytanie nr 5**

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej dotyczącej punktów przyznawanych w ocenie oferty dotyczących kryterium gwarancji na str. 18 SIWZ. Błąd znajduje się we wzorze dotyczącym obliczania punktów za okres gwarancji.

Odpowiedź: Dokonano stosownej korekty.

*** Pytanie nr 6**

W folderze projektu wykonawczego technologii znajdują się pliki o nazwie „1T” i „2T”. Niestety przy próbie ich otworzenia pojawia się komunikat o tym, że plik jest uszkodzony. Prosimy o ponowne przesłanie tych plików w działającej wersji.

Odpowiedź: Dokonano uzupełnienia plików.

*** Pytanie nr 7** Prosimy o przesłanie pliku SIWZ, wraz z załącznikami w formie edytowalnej, w celu usprawnienia przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej wyłącznie na prośbę i wskazanie adresu poczty elektronicznej na który ma być przesłana. W przypadku rozbieżności z treścią SIWZ umieszczoną wraz z załącznikami na stronie Zamawiającego, obowiązuje treść zamieszczona na stronie.

*** Pytanie nr 8**

W projekcie wykonawczym technologii znajduje się plik: WYPOSAZENIE BO I OAIIT.xls. Prosimy o odpowiedz, które z urządzeń oraz wyposażenia należy wycenić w ofercie, tak aby nie pominąć żadnego z wymaganego wyposażenia? Czy należy wycenić wszystkie pozycje z pliku „WYPOSAZENIE BO I OAIIT.xls”, czy tylko pozycję występujące w załączniku 3a i 3b do SIWZ ?

Odpowiedź: Należy wycenić załącznik nr 3a i 3b.

*** Pytanie nr 9**

Prosimy również o wyjaśnienie, jakie roboty należy zsumować w pozycji tabeli: „A. RAZEM wartość netto (bez podatku VAT) [zł] (1-11)” znajdującej się w formularzu cenowym na str. 30-31 SIWZ. W tabeli tej nie ma numeracji pozycji oraz jest więcej niż 11 pozycji do zsumowania.

Odpowiedź: Należy zsumować wszystkie występujące pozycje od 1 do 22i nadać im odpowiednią numerację tj.

NR	Element robót	Sposób rozliczenia	Wartość *) bez pod. VAT [zł]
I	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia		
	SEGMENT B SEGMENT C Część korytarza i pomieszczeń segmentu A	Ryczałt	

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

	(korytarz w segmencie A – w zakresie przejścia do segmentu B)		
1	Roboty budowlane	Ryczałt	
2	Roboty elektryczne silno prądowe	Ryczałt	
3	Roboty elektryczne nisko prądowe	Ryczałt	
4	Roboty sanitarne instalacja wod-kan	Ryczałt	
5	Roboty sanitarne instalacja c.o.	Ryczałt	
6	Roboty sanitarne instalacja wentylacji i klimatyzacji	Ryczałt	
7	Roboty sanitarne instalacja ciepła technologicznego	Ryczałt	
8	Roboty sanitarne instalacja wody lodowej	Ryczałt	
9	Roboty sanitarne wymiennikownia CT i CWU	Ryczałt	
10	Roboty sanitarne instalacja pary i stacja redukcyjna	Ryczałt	
11	Roboty sanitarne instalacja wody uzdatnionej	Ryczałt	
12	Roboty sanitarne instalacja gazu ziemnego do laboratoriów. (instalację należy wykonać i zakończyć na poziomie 3-ej kondygnacji segmentu C).	Ryczałt	
13	Roboty sanitarne instalacja gazów medycznych wraz ze sprężarkownią i rozprężalnią podtlenu azotu	Ryczałt	
14	Roboty sanitarne instalacja gazu ziemnego do laboratoriów bakteriologicznego wraz z przyłączem	Ryczałt	
15	Wyposażenie – zgodnie z załącznikiem nr 3 Formularz cenowy – wyposażenia i zestawienie wymaganych parametrów technicznych	Ryczałt	
	PRZYŁĄCZA	Ryczałt	
16	Wody	Ryczałt	
17	Kanalizacji sanitarnej	Ryczałt	
18	Kanalizacji deszczowej	Ryczałt	
19	Pary	Ryczałt	
20	Centralnego ogrzewania	Ryczałt	
21	Gazu ziemnego (do laboratoriów)	Ryczałt	
22	Elektryczne	Ryczałt	
A. RAZEM wartość netto (bez podatku VAT) [zł] (1-22)			
B. Podatek VAT, liczony od wartości netto (A) [zł]			
C. CENA brutto [zł] (A + B)			

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

SPROSTOWANIE do pisma 484 z dnia 26-09-2017r. (brak odpowiedzi)

JEST

*** Pytanie nr 75**

Dotyczy dystrybutora płynów dezynfekcyjnych oraz mydła z poz. 19,115 i 123 z załącznika nr 3 do SIWZ. Opis wymaga parametrów technicznych w tych pozycjach jest zupełnie inny niż w poz. 4.

Który z wariantów dystrybutora jest wiążący?

Odpowiedź:

MA BYĆ

*** Pytanie nr 75**

Dotyczy dystrybutora płynów dezynfekcyjnych oraz mydła z poz. 19,115 i 123 z załącznika nr 3 do SIWZ. Opis wymaga parametrów technicznych w tych pozycjach jest zupełnie inny niż w poz. 4.

Który z wariantów dystrybutora jest wiążący?

Odpowiedź: Pozycja nr 4 ma mieć takie same parametry techniczne jak 19, 115 i 123

Z poważaniem

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020