



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/491/2017

Sanok, dnia 17 października 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/38/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek i materacy przeciwodleżynowych dla SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1 – dot. pakietu nr 1- materace

Czy Zamawiający wymieniając w opisie „z 2 filtrami”, miał na myśli zewnętrzne, kapsułkowe, antybakteryjne filtry powietrza, w tym 1 zapasowy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2 – dot. pakietu nr 1 - materace

Czy Zamawiający wymieniając w opisie pokrowca „z możliwością mycia i dezynfekcji” żąda możliwości prania w temperaturze co najmniej 95°C i suszenia temperaturze do 115°C ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający miał na myśli pranie w temp. 95 stopni C.

Pytanie 3 – dot. pakietu nr 1 - materace

Czy Zamawiający żąda pokrowca z materiału wielokierunkowo rozciągliwego?

Odpowiedź: Zamawiający żąda pokrowca z materiału elastycznego.

Pytanie 4 – dot. pakietu nr 1 - materace

Czy Zamawiający żąda materaca wykonanego z poliuretanu, co gwarantuje wieloletnią użyteczność materaca?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5 – dot. pakietu nr 1 - materace

Czy Zamawiający żąda materaca o wysokości co najmniej 13 cm, co umożliwia terapię odleżyn do III^o włącznie ?

Odpowiedź: Zamawiający żąda materacy do profilaktyki i leczenia odleżyn III i IV stopnia.

Pytanie 6 – dot. pakietu nr 1 - materace

Czy Zamawiający żąda, aby maksymalne ciśnienie pompy nie przekraczało 60 mm Hg, co umożliwia terapię odleżyn do III^o włącznie ?

Odpowiedź: Zamawiający żąda materacy do profilaktyki i leczenia odleżyn III i IV stopnia.

Pytanie 7 – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem uniesienia oparcia pleców 65° za pomocą mechanizmu śrubowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 8 – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, pojedyncze, po każdej stronie, metalowe, lakierowane proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 9 – dot. pakietu nr 2 łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierki, stojakiem kroplówki i korbami z możliwością wyboru w dwóch kolorach: białym i szarym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 10 – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 3 kolory?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 11 – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac nieposiadający atestu higienicznego PZH na HK/B/0056/01/2016?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 12 – dot. pakietu nr 2 – szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – dot. pakietu nr 2 - szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści szafkę ze szkieletem, bokami korpusu oraz podstawą wykonaną z tworzyw ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – dot. pakietu nr 1 – materace

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwdleżynowy o komorach wykonanych z trwałego nylonu pokrytego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 – dot. pakietu nr 1 – materace

Czy Zamawiający wymaga, aby materac przeciwdleżynowy wyposażony był w innowacyjną funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Z poważaniem