



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/36/2018

Sanok, 12 luty 2018r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/03/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 4 nie dopuścił się omyłki pisarskiej odnośnie gwoździ „MAROTA” ?

Prosimy o wyjaśnienie bądź ewentualnie zdjęcie poglądowe .

Możliwe, że Zamawiający ma na myśli gwoździe, które na rynku medycznym figurują pod inną nazwą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuścił się omyłki pisarskiej. Zamieszczamy zdjęcie.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 poz. 1** Gwoździe Steinmanna od średnicy 3.5 mm ?

Ponieważ mniejsze średnice to nie są gwoździe Steinmanna tylko Gwoździe Kirschnera.

Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Takiej odpowiedzi udzielono dnia 06-02-2018r.w pytaniu nr 10.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy **indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym** przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem