

**DRUK Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2018
FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY**

UWAGA :

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

Pakiet nr 1 – testy Immunobloting

Lp	Nazwa towaru	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Jedn. miary	Ilość	Producent	Cena Jednostk. Netto	Cena Jednostk. Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Borrelia IgG western blot opakowanie= 200szt.		op.	5						
2	Borrelia IgM Western blot opakowanie= 200szt.		op.	6						
3	Dzierżawa aparatu do wykonywania testów blot		miesiąc	20						
									Razem	

Oferent zapewni program do odczytu i interpretacji w/w testów, interfejs do połączenia z LIS.

Oferent zapewni bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej w/w testów jeden raz w roku.

Komentarz do testów poz. 1 i 2:

- 1. Testy przeznaczone do diagnostyki indywidualnego pacjenta*
- 2. Na każdym pasku linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie testu*
- 3. Brak konieczności zużywania pasków testowych na wyznaczenie cutt-off i kalibrację. Kontrola Cut-off umieszczona na każdym pasku.*
- 4. Paski testowe zawierają rekombinowane antygeny OspC z B.afzeli, B.garini, B.burgdorferii, B.spielmanii)*
- 5. Data ważności odczynnika co najmniej 10 miesięcy od daty zamówienia*
- 6. Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy życiu tego samego zestawu, dla obu klas przeciwciał (IgG oraz IgM)*
- 7. Możliwość elektronicznej oceny pasków za pomocą programu dostarczonego przez producenta pasków oraz skanaera komputerowego.
Archiwizacja wyników wraz z obrazem pasków*

Komentarz do poz.3

1. *Analizator automatyczny pracujący w systemie otwartym*
2. *W skład systemu wchodzi następujące urządzenia : aparat automatycznie wykonujący badania od momentu naniesienia paska i próbki badanej, skaner – dający możliwość automatyzacji odczytu, komputer lub laptop z oprogramowaniem dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych*
3. *Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej*
4. *Skanowanie w technologii 3D*
5. *Skaner współpracuje z komputerem klasy PC i odpowiednim oprogramowaniem do automatycznej interpretacji oraz archiwizacji wyników.*
6. *Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem musi zapewniać analizę pasków bez konieczności nastawiania kontroli (kontrola naniesiona na każdy pasek)*
7. *Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 44 badań*
8. *Liczba kanałów odczynnikowych-7*
9. *Butla na odpady wyposażona w czujnik poziomu (czujnik przepiętnienia)*
10. *Wbudowana kołyska – 3 poziomy prędkości*
11. *Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania*

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 2– Lateksy Salmonella, EPEC

Lp	Nazwa towaru	Nazwa handlowa produktu oferowanego	j.m.	Ilość opak	Cena Jednostk. Netto	Cena Jednostk. Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Latex wieloważny Salmonella B-E, G		szt	4						
2	Latex Salmonella jednoważny B;D		szt	1						
3	Antygen kontrolny Salmonella		szt	1						
4	Latex Shigella sonnei		szt	1						
5	Antygen kontrolny Shigella		szt	1						
6	Latex wieloważny E.coli A,B,C		szt	21						
7	Latex jednoważny E. coli dla grup A, B, C		szt	14						
8	Antygen kontrolny E.coli dla grup A,B,C		szt	3						
9	Zestaw E coli O157		op.	1						
R-m:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)