



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

Sanok, 5 czerwca 2018r.

SPZOZ/SAN/ZP/164/2018

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla** SPZOZ Sanok, nr postępowania SPZOZ/PN/18/2018

#### DOTYCZY przedmiotu zamówienia

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej, które prowadzi mechaniczne uciśnięcia klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z wielorazową nakładką, mającą żywotność do 1000 resuscytacji w 3 trybach pracy: 15:2, 30:2 oraz w trybie ciągłym? Takie rozwiązanie gwarantuje skuteczną kompresję bez ponoszenia dodatkowych kosztów eksploatacji wśród szerokiej wiekowo grupy osób mogących zostać poddanych terapii.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji*

##### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość precyzyjnego ustawienia tłoka w prawidłowym miejscu uciskania mostka, bez konieczności przesuwania pacjenta lub jego dokładnego ułożenia na desce.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji*

##### **Pytanie nr 3**

Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie bez przerywania pracy, umożliwiała dostęp do obu stron klatki piersiowej pacjenta, np. w celu wykonania drenażu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji*

##### **Pytanie nr 4**

Czy przez głębokość kompresji: w zakresie 4 - 6 cm, Zamawiający rozumie możliwość regulacji głębokości uciśnień wykonywanych przez urządzenie?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji*

***Pytanie nr 5***

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej, które w ramach wyposażenia posiada: 2 wielorazowe nakładki na tłok/elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu o żywotności do 1000 resuscytacji każda oraz system pasów stabilizujących pacjenta, które z racji konstrukcji nie wymagają zastosowania dodatkowej podkładki stabilizującej pod głowę, a ręce przymocowane są wzdłuż osi ciała osoby poszkodowanej?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji*

***Pytanie nr 6***

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą w wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 09.07.2018 od daty udzielenia zamówienia – zawarcia umowy

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji*

*Z poważaniem*