



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/254/2018

Sanok, dnia 30 lipiec 2018r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/28/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na zakup sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku- powtórka dla SPZOZ w Sanoku**

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wadze całkowitej z wózkiem wynoszącej 13kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 10 ( poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści nieznaczne różnice w wymiarach i nazwach narzędzi poz.2) Kleszcze o dł. 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 10 (poz. 4)**

Czy Zamawiający dopuści nieznaczne różnice w wymiarach i nazwach narzędzi poz.4) Raspator o dł. 185mm, rękojeść z tworzywa Novotex, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 28 dni od daty zawarcia umowy, prośbę swą motywujemy tym iż narzędzia sprowadzane są z Niemiec, a standardowy czas oczekiwania na zamówione narzędzia wielokrotnego użytku wynosi około 4tygodni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w zamian gąbki ściereczkę nasączoną 2% roztworem chlorheksydyny w rozmiarze 23x33 pakowaną po 4 sztuki w opakowaniu foliowym z możliwością podgrzania w mikrofalówce?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów dla pacjenta w jednym rozmiarze M/L lub uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie?

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
-----------------------	---------	---

serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu	50x60cm;Ø8cm	1
tupfer kula 17N	20x20cm	3
Kompresy włókninowe 30 g/m2	7,5x7,5cm	5
pęseta plastikowa	13 cm	1
pęseta metalowa chirurgiczna	12 cm	1
imadło metalowe	13 cm	1
nożyczki metalowe ostro-ostre	11 cm	1

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 8 dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy**

Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

***Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 9 dotyczy § 3 ust. 8 wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie 10 dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 30-50ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza***

**Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na aparat RTG z ramieniem C jałową - 3 częściową:

- górna osłona w rozmiarze 100cm x 160cm,
- dolna osłona w rozmiarze 80cm x 150cm,
- 2 taśmy samoprzylepne w rozmiarze 3cm x 100cm

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-przenośny o wadze 3,5 kg?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy?

***Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych oraz hemodynamicznych, bez funkcji obliczeń wentylacyjnych oraz nerkowych?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 16 dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż **10** dni.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 17 dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy**

Czy w celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 18 dotyczy § 8 ust. 4 wzoru umowy**

Czy Zamawiający w celu miarkowania terminu zapłaty, wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w § 8 ust. 4?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści sterylne jednoczęściowe osłony na ramię C w rozmiarze 104cm x 230 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***