



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/350/2018

Sanok, 5 listopad 2018r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/41/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

** Pytanie nr 1 - dot. pakietu 31*

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich narzędzi wchodzących w skład pakietu nr. 30 wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych Aesculap oraz ilości w sztukach. Określona przez Zamawiającego ilość „60 kompletów” jest zbyt ogólna i nie ma możliwości wykonania kalkulacji cenowej oferty. (Np. Jeden komplet może zawierać 4 szt. narzędzi albo 100 szt. narzędzi) przy czym cena regeneracji narzędzi jest inna w odniesieniu do nożyczek chirurgicznych, inna w odniesieniu do igłotrzymaczy, inna dla kleszczyków itd.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

** Pytanie nr 2 - dot. pakietu SIWZ.*

Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakiego rodzaju usługa ma być wykonana tj. czy chodzi o ocenę stanu technicznego narzędzi czy też o ich naprawę/regenerację.

Odpowiedź: Naprawę / regenerację.

** Pytanie nr 3 - dot. projektu umowy - par.1. ust.1.*

Prosimy o dodanie do par.1. ust.1 określenia:

„ Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej oraz regeneracji narzędzi chirurgicznych stanowiących wyposażenie Zamawiającego”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do par.1. ust.1 zapis: „ Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej oraz regeneracji narzędzi chirurgicznych stanowiących wyposażenie Zamawiającego”

*** Pytanie nr 4 - dot. projektu umowy - par.1. ust.2**

Prosimy o dodanie do par.1. ust.2 określenia:

„Szczegółowy wykaz sprzętu, aparatury medycznej **oraz narzędzi chirurgicznych** objętych przedmiotowym zamówieniem zawiera załącznik nr.1 do umowy”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do par.1. ust.2 zapis: „Szczegółowy wykaz sprzętu, aparatury medycznej oraz narzędzi chirurgicznych objętych przedmiotowym zamówieniem zawiera załącznik nr.1 do umowy”

*** Pytanie nr 5 - dot. projektu umowy – par. 3. ust.5**

Prosimy o dodanie do par. 3. ust. 5 określenia:

„Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest dołączenie do faktury przez Wykonawcę karty pracy (raportu serwisowego) zawierającej.....a w przypadku regeneracji narzędzi chirurgicznych kosztorysu cenowego zawierającego szczegółowy wykaz wykonanych usług.....”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do par.3. ust.5 zapis: „Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest dołączenie do faktury przez Wykonawcę karty pracy (raportu serwisowego) zawierającej.....a w przypadku regeneracji narzędzi chirurgicznych kosztorysu cenowego zawierającego szczegółowy wykaz wykonanych usług.....”

*** Pytanie nr 6 - dot. projektu umowy – par. 6 dodanie ust. 16 o brzmieniu:**

Prosimy o dodanie do par. 6. ust. 16 o brzmieniu:

„Regeneracja narzędzi chirurgicznych będzie się odbywała w punkcie serwisowym Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do par. 6. ust. 16 zapis: „Regeneracja narzędzi chirurgicznych będzie się odbywała w punkcie serwisowym Wykonawcy”.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 18 poz. 13**

Jako autoryzowany serwis sprzętu opisanego w pozycji nr 13 pakietu nr 18 zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi nam złożenie oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 8**

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 8. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

Odpowiedź: Do końca listopada 2018r.

*** Pytanie nr 9 - dot. SIWZ 1-2, 1-3**

Proszę o doprecyzowanie wymogu wykonania usługi.

Czy Zamawiający wymaga podczas przeglądu wymiany części eksploatacyjnych i akumulatorów w kardiomonitorach, pompach infuzyjnych, diatermiach.

Producenci nie wymagają wymiany elementów eksploatacyjnych podczas przeglądu, a kumulatory zalecane są do wymiany co 2-3 lata nie podczas corocznego przeglądu, W celu doprecyzowania a zatem stworzenia równych warunków złożenia oferty prosimy o podanie dat wymiany akumulatorów oraz ilości poszczególnych elementów takich jak / przewody ekg czujniki SpO2, mankietów NIMB, elektrod neutralnych, przewodów elektrod czynnych wyłączników nożnych do diatermii do poszczególnych pakietów . Bez takiej informacji nie ma możliwości do zaoferowania cen na równych warunkach , chyba że zamawiający oczekuje uwzględnienia cen materiałów eksploatacyjnych do każdego aparatu . Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie jakich elementów Zamawiający oczekuje samych czujników

czy przedłużaczy do nich podzespołów oryginalnych czy zamienników .

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga podczas przeglądu wymiany części eksploatacyjnych i akumulatorów w kardiomonitorach, pompach infuzyjnych, diatermiach.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu 9.**

Czy zamawiający dopuści protokoły potwierdzające wykonanie przeglądów serwisowych aparatów zgodnych z przedmiotem zamówienia bez podania wartości wykonanej usługi i nie stanowiących referencji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 11**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 8; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji części przedmiotu umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) za niewykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 w wysokości **0,5 %**

wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem