



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/06/2019

Sanok, dnia 11 grudnia 2019r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/01/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „na wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku - powtórka”

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2 - Inkubator C2000 z pakietu nr 5 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o podanie przebiegu respiratorów z pakietu nr 25 – Trilogy 100 dwie sztuki, umożliwi nam to dokonanie dokładnej wyceny konserwacji i serwisu sprzętu.

Odpowiedź: Nr inwentarzowy 1578 : godziny pracy -310 godzin, godziny pracy turbiny – 7 405 godzin.

Nr inwentarzowy 1212: godziny pracy- 1543 godzin, godziny pracy turbiny – 10 167 godzin.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby w trakcie przeglądu technicznego użyto do sprawdzenia urządzenia z pakietu nr 6 wykonywanie przeglądu kardiomonitora Niccomo, m. in. wzorcowanej aparatury testowej producenta (specjalny/dedykowany generator sygnału, umożliwiający symulację sygnału ICG, inaczej impedancji kardiograficznej), niezbędnej do weryfikacji prawidłowego działania modułów, co zostało określone w wydanej przez producenta (firmę MEDIS Medizinische Messtechnik) instrukcji obsługi – Rozdział 4.1 [Safety tests (Utrzymanie)]?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1 pkt. 1,3:

Zamawiający wymaga:

- 1) „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 8: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy”
- 3) „za nie wykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Prosimy o zmianę zapisów na:

1) „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 8: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy”

3) „za nie wykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 w

wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Podkreślamy, że kary mają jedynie charakter dyscyplinujący.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1, 3:

Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem „zwłoka”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów SIWZ pakiet nr 16:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla Zadanie nr 16, Zamawiający nie będzie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych ani części zużywalnych, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta – wymiana materiałów eksploatacyjnych/części zużywalnych nie wchodzi w zakres czynności przeglądu/konserwacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o podanie przebiegu respiratorów z pakietu nr 25 - Trilogy 202 dwie sztuki, umożliwi nam to dokonanie dokładnej wyceny konserwacji i serwisu sprzętu.

Odpowiedź: 1)Trilogy 202 TV01409115D : czas pracy urządzenia – 2618,2 godziny,

czas pracy turbiny – 2618,2 godziny

2)Trilogy 202 TV015070703: czas pracy urządzenia – 971,2 godziny,

czas pracy turbiny – 971,2 godziny

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia

Z poważaniem