



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/250/2019

Sanok, dnia 06.08.2019r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/21/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SP ZOZ w Sanoku**

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

#### **Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę czyszczącą do endoskopów o parametrach: „Szczoteczki dwustronne j/u dł.230 cm x 1,7 mm średnica włosa na obydwu końcach 6mm”?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 10. Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 podkład chłonny z zakładkami o wymiarach 70 x 180 cm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 25 poz.1**

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: pętli elektrochirurgicznej, owalnej, wykonanej z drutu plecionego, z pamięcią kształtu, z zintegrowaną rękojeść wyposażoną w okrągłe zamknięte uchwyty na 3 palce zapobiegające wyslizgnięciu się uchwytu z dłoni. Konstrukcja obrotowa zapewniająca odpowiednie ułożenie pętli. Średnica narzędzia 2,4 mm długość 230 cm, odległość między bocznymi krawędziami pętli 30mm, osłona teflonowa. Możliwość współpracy z posiadanym aparatem elektrochirurgicznym firmy EMED

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

#### **Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

#### **Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 7 Poz.1**

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odpowiedź:** TAK.

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Odpowiedź:** Patrz pytanie nr 6.

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 7 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości.

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 7 poz.1**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 10 poz.3**

Czy zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 70 cm x 180 cm (+/-10)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 10 poz.3**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 30 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 10, poz.1-2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 2,3**

Czy Zamawiający dopuści dren 210 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 25**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z plecionego drutu, średnica narzędzia 2,4mm, długość 240 cm, odległość między bocznymi krawędziami pętli 32mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 10 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 10 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 100 x 225cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 16 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię chirurgiczną o rozmiarze okna przylepnego w polu 42 x 36cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu 2,3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator + maska z drenem o długości 210 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 13, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30ml, posiadający dwa otwory boczne?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe typu Kocher o długości 13,9cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR o długości 15cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe IRIS proste o długości 11,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści, aby strzykawka i igły nie posiadały opakowań indywidualnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50cm x 75cm z przylepnym otworem 6cm x 8cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową nieprzylepną w rozmiarze 50cm x 60cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym 195x130x35 mm na płyny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczotek jednorazowych do czyszczenia kanałów endoskopowych, długość szczotki 260 cm, część czyszcząca 5mm, przewód 1.7-1.8 mm, max. Długość kanału endoskopu 240 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 33 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania § 2 ust. 4a po słowach „dni” słowa „roboczych”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 2 ust. 4a po słowach „dni” słowa „roboczych” i otrzymuje on następujące brzmienie:

4a. Realizacja zakupów odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Dział Zaopatrzenia SPZOZ Sanok w terminie nie dłuższym niż ..... dni roboczych (max 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

**Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego wymogi SIWZ, jednakże z jedną różową i jedną zieloną igłą (zamiast dwóch zielonych)? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35 dotyczy wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej w § 3 pkt.2 i 4 do wysokości 1%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 17 szczoteczki dwustronnej do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów w zakresie 2.0-4.2mm, kateter o dł. 240mm i śr. 1.65mm, średnica włosa 5mm, dł. szczoteczki 13mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 pętli do polipektomii jednorazowego użytku z możliwością cięcia na ciepło i na zimno, które są wykonane z usztywnionego plecionego drutu, długość narzędzia 240 cm, średnica osłonki 2.4mm, średnica otwartej pętli 33 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada

się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

***Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 9***

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim posiada takie rozwiązania technologiczne.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

***Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 9***

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja: 1a): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga pieluchomajtek dla osób z problemami nietrzymania moczu/kału w stopniu średnim i ciężkim.*

***Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 9***

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja: 1b): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga pieluchomajtek dla osób z problemami nietrzymania moczu/kału w stopniu średnim i ciężkim.*

***Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 9***

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 9, pozycja: 1c): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750g?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga pieluchomajtek dla osób z problemami nietrzymania moczu/kału w stopniu średnim i ciężkim.*

***Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 10***

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja: 1): podkładu chłonnego 60x60cm o chłonności co najmniej 1200g?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga – dopuszcza.*

***Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 10***

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja: 2): podkładu chłonnego 60x60cm z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm, o chłonności co najmniej 1750g?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 10, pozycja 3 podkładu chłonnego 70x180cm z wkładem chłonnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 2,3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2 i 3 nebulizatorów z maską i drenem o długości 200-210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 13 cewników Foleya z balonem 5-10ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści następujące parametry:

Łata, rozmiar 5,1 x 10,2 [cm], Grubość 0,61 [mm], Przepuszczalność max 1800 [ml/cm<sup>2</sup>/mn]

10.2 x	0,61	maks.	5
10.2			1800

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50 - dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 5 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §3 ust. 2 do wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 51 dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**Pytanie nr 52 dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na fiolkowe wskaźniki biologiczne o parametrach zgodnych z SIWZ kompatybilnych z przyrządem PCD długości 20 cm wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym? Zestaw PCD Control symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średn. 1 mm będąc tym samym najbardziej krytycznym zestawem symulacyjnym. Przyrząd testowy przeznaczony jest do kontroli 1000 cykli.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 17 szczoteczki dwustronne j/u dł.230 cm x 1,8-2 mm, o średnicy włosa na obu końcach 5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 17, aby szczotki były zakończone plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych oraz pakowane pojedynczo w foliowe opakowanie, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji oraz terminem przydatności?

**Odpowiedź:** TAK.

**Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 17**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 wymaga, aby na zewnętrznym opakowaniu szczotki posiadały odklejane etykiety zawierające informacje o nr serii (etykieta stanowić będzie dokument w karcie pacjenta)?

**Odpowiedź:** TAK.

**Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 25**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie monofilamentowej owalnej wykonanej z pojedynczego drutu pętli do polipektomii do cięcia na zimno o odległościach między bocznymi krawędziami: 25 mm lub 35 mm do wyboru przez Zamawiającego, konstrukcja rękojeści obrotowa wyposażona w jedno (na kciuk) zamknięte oczko i zaczep na pozostałe dwa palce (wykonany z wysokiej jakości antypoślizgowego materiału) umożliwiający „zaciągnięcie” w/w pętli w celu wykonania polipektomii ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 58 dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., w terminie (max 5 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w § 2 ust. 4 na następujący zapis:

Realizacja zakupów odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Dział Zaopatrzenia SPZOZ Sanok w terminie nie dłuższym niż ..... dni roboczych (max 5 dni) od daty złożenia zamówienia - (patrz- pytanie nr 33).

**Pytanie nr 59 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 60 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu oraz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 61 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 62 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Proponowana zmiana umożliwi ustosunkowanie się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Pierwotny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”

**Pytanie nr 63 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 64 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 65 dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 66 dotyczy warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

**Pytanie nr 67 dotyczy warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto nr..... w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę wraz z dostawą zamawianego towaru”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie nr 68 dotyczy warunków umowy § 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzycelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 69 dotyczy warunków umowy**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

**Pytanie nr 70 - dotyczy SIWZ.**

Dotyczy Pakietu 6 poz. 1 a)-b) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 szt. ze względu na dużą wartość próbek w stosunku do zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza złożenie po 1szt z każdej pozycji.

**Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 9**

Pakiet 9 poz. 1a): czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 75 – 110 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 9**

Pakiet 9 poz. 1b): czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 100- 150 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 9**

Pakiet 9 poz. 1c): czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130- 170 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna z folii PE w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pieluchomajtek dla osób z problemami nietrzymania moczu/kału w stopniu średnim i ciężkim.

**Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 10**

Pakiet 10 poz. 1-3: czy Zamawiający wymaga aby warstwę spodnią stanowi biała folia antypoślizgowa, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga – dopuszcza.

**Pytanie nr 76 dotyczy pakietu nr 10**

Pakiet 10 poz. 1 czy Zamawiająca wymaga podkłady chłonne 60x60cm z wkładem chłonnym 520 x 540mm o chłonności 600ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 10**

Pakiet 10 poz. 2 czy Zamawiająca wymaga podkłady chłonne 90x60cm z wkładem chłonnym 820 x 540mm o chłonności 950ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


**Pytanie nr 78 dotyczy pakietu nr 10**

Pakiet 10 poz. 3 czy Zamawiająca wymaga podkłady chłonne 90x170cm z wkładem chłonnym 820 x 510mm o chłonności 950ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 79 - dotyczy pakietu nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:




- KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W **10 szt.**
- TUPFER A 17N 20X20CM **1 szt.**
- KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTY **1 szt.**
- KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKIE **1 szt.**
- IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) **1 szt.**
- IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) **1 szt.**
- PĘSETA MET. ANATOMICZNA ADSON 12,5CM **1 szt.**
- SERWETA FB 60X50CM **1 szt.**
- SERWETA TF 60X50CM z otworem 8X6 przylepna **1 szt.**
- NOŻYCZKI MET. 14,5CM BABY-METZENBAUM ZAGIĘTE TĘPO-TĘPE **1 szt.**
- STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X **1 szt.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 80 dotyczy pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:



- TUPFER A 17N 20X20CM **6 szt.**
- KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKIE **1 szt.**
- IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) **1 szt.**
- SERWETA FB 60X50CM **1 szt.**
- IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) **1 szt.**
- NOŻYCZKI MET. CHIRURGICZNE 11CM IRIS PROSTE OSTRO-OSTRE **1 szt.**
- PĘSETA MET. ANATOMICZNA ADSON 12,5CM **1 szt.**
- SERWETA TF 75X45CM z otworem o średnicy 8 cm **1 szt.**
- KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE **1 szt.**
- STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TZIEL X **1 szt.**

Zestaw zapakowany w twardy bliszer z trzema komorami, który może służyć jako pojemnik?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 81 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 82 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

***Pytanie nr 83 dotyczy wzoru umowy***

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy*”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

***Odpowiedź:*** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

***Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 2***

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 200cm?

***Odpowiedź:*** Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 3***

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 200cm?

***Odpowiedź:*** Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 86 dotyczy pakietu nr 17***

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki dwustronne j/u dł.230 cm x 1,7 mm, średnica włosia na obydwu końcach 5mm?

***Odpowiedź:*** Zamawiający dopuszcza.

***Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia***

***Z poważaniem***