



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/278/2019

Sanok, dnia 03.09.2019r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/29/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (część 4) dla SP ZOZ w Sanoku*

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści lodówkę z gradientem 4,3°C, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania ubrań operacyjnych z poz.1 i 2 z pakietu nr 7 do 70°C? Pranie wysokotemperaturowe znacznie osłabia tkaniny.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza. Dopuszczamy temperaturę 90°C.*

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 12

Prosimy Zamawiającego o rezygnację wymogu montażu, instalacji, uruchomienia (rozruchu) wózka ze względu na to, że Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne takie czynności nie są więc konieczne. Ponadto prosimy Zamawiającego o rezygnację wymogu przeprowadzenia przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i eksploatacji wózka ze względu na to, że oferowany wózek jest bardzo prosty w obsłudze, a personel nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi w j. polskim dostarczanej wraz z dostawą, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego.

Odpowiedź: *Zgodnie z SIWZ.*

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 12

1. Czy Zamawiający dopuści wózek anestetyczny o poniższych parametrach?

- Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
 - szerokość 720 mm

- głębokość 610 mm
- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm
- wysokość wraz z nadstawką ok. 1650 mm
- Wymiary szafki:
 - szerokość 650 mm
 - głębokość 550 mm
 - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 75 mm
 - 2 szuflady o wysokości frontu 150 mm
 - 1 szuflada o wysokości frontu 225 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:
 - przy wysokości frontów 2x75 mm: 450 x 450 x 75 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
 - przy wysokości frontów 2x150 mm: 450 x 450 x 150 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontów 1x225 mm: 450 x 450 x 225 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
- Fronty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego
- Uchwyty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego
- 2 szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 12 pól
- Szuflady z możliwością oznaczenia zawartości
- Blat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem, obudowany z 3 stron bandami zabezpieczającymi przed zsunięciem się przedmiotów, wysokość band 75 mm?
- Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojnikami nad kołami, wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą
- Wyposażenie dodatkowe wózka:
 - 1 x szyna instrumentalna do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonana ze stali chromowanej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka
 - Nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (5+5), stelaż nadstawki stalowy, lakierowany proszkowo oraz z elementami chromowanymi
 - 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica na 2 haczyki
 - 1 x pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną kolaniem
 - 1 x pojemnik na cewniki, stalowy, lakierowany proszkowo
 - 1 x uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania pojemników Użytkownika
 - 3 x tworzywowa, uchylna kuweta na akcesoria mocowana z boku wózka
 - 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek, stalowy lakierowany proszkowo, mocowany do nadstawki nad blatem roboczym wózka
 - blat górny / roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przecaczania?
- Akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem roboczym wózka do specjalnego stelaża na akcesoria

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cy-

klem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o rezygnację wymogu montażu, instalacji, uruchomienia (rozruchu) wózka ze względu na to, że Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne takie czynności nie są więc konieczne. Ponadto prosimy Zamawiającego o rezygnację wymogu przeprowadzenia przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i eksploatacji wózka ze względu na to, że oferowany wózek jest bardzo prosty w obsłudze, a personel nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi w j. polskim dostarczanej wraz z dostawą, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 13

1. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny o poniższych parametrach?

- Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
 - szerokość 720 mm
 - głębokość 610 mm
 - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm
 - wysokość wraz z nadstawką ok. 1650 mm
- Wymiary szafki:
 - szerokość 650 mm
 - głębokość 550 mm
 - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 75 mm
 - 2 szuflady o wysokości frontu 150 mm
 - 1 szuflada o wysokości frontu 225 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:
 - przy wysokości frontów 2x75 mm: 450 x 450 x 75 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
 - przy wysokości frontów 2x150 mm: 450 x 450 x 150 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontów 1x225 mm: 450 x 450 x 225 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
- Fronty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego
- Uchwyty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego
- 2 szuflady wyposażone w sztywne podziałki wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 12 pól
- Szuflady z możliwością oznaczenia zawartości
- Blat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem, obudowany z 3 stron bandami zabezpieczającymi przed zsunieniem się przedmiotów, wysokość band 75 mm?
- Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojnikami nad kołami, wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą
- Wyposażenie dodatkowe wózka:
 - 1 x szyna instrumentalna do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonana ze stali chromowanej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka

- Nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (5+5), stelaż nadstawki stalowy, lakierowany proszkowo oraz z elementami chromowanymi
- 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica na 2 haczyki
- 1 x pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną kolaniem
- 1 x pojemnik na cewniki, stalowy, lakierowany proszkowo
- 1 x uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania pojemników Użytkownika
- 3 x tworzywowa, uchylna kuweta na akcesoria mocowana z boku wózka
- 2 x uchwyt na pudełko rękawiczek, stalowy lakierowany proszkowo, mocowany do nadstawki nad blatem roboczym wózka
- blat górny / roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przecaczania?
- Akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem roboczym wózka do specjalnego stelaża na akcesoria

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia

Z poważaniem