



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26  
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zam.pub@zozsanok.pl](mailto:zam.pub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów  
NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345  
Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/332/2019

Sanok, 23-10-2019r.

## do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

#### *\* Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 8*

Prosimy o podanie, czy chodzi o urządzenie „MISTRAL-AIR” ?

Odpowiedź: TAK

Czy Zamawiający dopuszcza koce kompatybilne z mocowaniem na troki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

#### *\* Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 10*

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego treści specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pozycji 1 kompletu: kompletu autoczytnik plus 500 szt. testów a w pozycji 2 zestawu testowego ( pakowanego w opakowanie handlowe po 25 szt. plus 25 kontrolerów) z określeniem ilości, czy też oczekuje zaoferowania w pozycji 1 autoczytnika, w pozycji drugiej testów do kontroli biologicznej z określeniem ilości a w pozycji trzeciej zestawu testowego do kontroli biologicznej z określeniem ilości?

Parametry poszczególnych urządzeń i testów zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w opisie załącznika

### Jest

*Pakiet nr 10 – Testy biologiczne wraz z auto – czytnikiem do inkubacji wskaźników*

Lp.	Nazwa produktu	Nazwa handlowa produktu oferowanego	j.m.	Ilość
1	Auto - czytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenu etylenu	Zest	1	
2	Testy biologiczne <i>op = 50szt</i>	<i>op</i>	<i>10</i>	

# **MA BYĆ**

*Pakiet nr 10 – Testy biologiczne wraz z auto – czytnikiem do inkubacji wskaźników*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa produktu oferowanego</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
<i>1</i>	Auto - czytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenu etylenu	<i>zest</i>	<i>1</i>	
<i>2</i>	Testy biologiczne PCD <i>op = 25szt</i>	<i>op</i>	<i>20</i>	

**\* Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 3**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter przedmiotu Zamówienia oraz fakt iż zamówienie realizujemy z magazynu za granicą Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy przedmiotu zamówienia do 14 dni roboczych dla pakietu nr 3?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy 14FR (z zestawem do implantacji) o długości od mufy 19cm i 23cm.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 4a - dot. pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści Zestaw do nefrostomii z przewodnikiem typu LUNDERQUISTA „J” 035” x 80cm, rozmiary: 10F, 12F, 14F

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 5 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę.*

**\* Pytanie nr 6 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**\* Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 9**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli wskaźnik biologiczny opisany w tabeli, czy wskaźnik opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, ponieważ te dwa opisy wskazują na dwa różne wskaźniki biologiczne? Proszę o doprecyzowanie, który opis jest właściwy.

**Odpowiedź:** *Zamawiający ma na myśli wskaźnik opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.*

**\* Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 9**

Jeżeli zamawiający ma na myśli wskaźnik biologiczny oraz przyrząd PCD opisane w tabeli Pakietu nr 9, czy odstąpi od konieczności wypełnienia Opisu Przedmiotu Zamówienia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie odstąpi od konieczności wypełnienia Opisu Przedmiotu Zamówienia.*

**\* Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 13**

Czy w Pakiecie Nr 13 Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii o średnicy 5.5 Fr zamiast 5 Fr, z kompatybilnymi przewodnikami: 0.018", 0.025", 0.035", 0.038" (pozostałe średnice oraz parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 1**

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści cewniki dializacyjne o długościach 19 i 23 cm do mufki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 1**

W związku z tym, iż postępowanie dotyczy cewników permanentnych, a cewnik 13 F jest cewnikiem czasowym (doraźnym) i nie spełnia takiego wymogu, zwracamy się z prośbą o poprawienie zakresu na zakres typowy dla cewników permanentnych 14-15.5, o długościach 20-21 i 24-25 cm, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej innym oferentom.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**\* Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawów do dializy z cewnikiem o średnicy 15,5F (z zestawem do implantacji) – poz. 1 o długości 19cm lub 23cm; poz. 2 o długości 23cm lub 27cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 1 lp1-2**

Czy zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości Cewniki do dializy permanentny F 13-15 (zestaw do implantacji) rozmiary do wyboru :

Długość do mufki/ długość całkowita:

\*19cm/24cm

\*23cm/28cm

\*27cm/32cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości cewnik permanentny firmy ARROW o całkowitej długości 24 i 28 cm przy spełnieniu reszty parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w pak 2 poz 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewniki w rozmiarze 3, 4, 4.8 z pętlą 1,4cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokładniejsze wyjaśnienie w pak 2 poz 4 jaki typ łącznika ma Zamawiający na myśli.

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli łącznik LUER-LOCK z lejkiem.

**\* Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w pak 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do nefrostomii znanego amerykańskiego producenta o średnicach 6 Ch – rozszerzało 10 Ch, 8 Ch – rozszerzało 12 Ch, 14 Ch – rozszerzało 10 Ch z elementami zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Przewodnica sztywne, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzało, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym

rozcięciem i łącznik Luer-lock

- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w pak 6 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do wewnętrznego szynowania moczowódów do utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy znanego amerykańskiego producenta. Cewnik poliuretanowy o wygładzonej powierzchni, perforowany na całej długości, widoczny w promieniach RTG i wyskalowany co 5cm. Bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty. Zestaw fabrycznie złożony i gotowy do aplikacji w składzie:

- cewnik poliuretanowy podwójnie zagięty, popychacz,
- przewodnik pokryty teflonem, klamra zaciskowa.

Zestaw zawierający popychacz i cewnik typu DD umożliwiający sterowalność zestawu do momentu wyjęcia przewodnika.

Wymagane rozmiary od 4,8CH – 9Ch

4,8Ch, dł. 26-28cm/popychacz dł. 90cm/prowadnik 0,028” dł. 150cm

6Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,028” dł. 100cm

7Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm

8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm

9Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 19 - dot. wzoru umowy - par. 3 ust. 2 wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ**

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**\* Pytanie nr 20 - dot. par. 3 ust. 4 wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ**

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

*Nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.”

**\* Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 1**

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min.

Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji.

**Końcówka cewnika rozdwojona.**

Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach.

Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm.

Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.

Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr.

Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi.

Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 12**

Stent nitalolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema wartwami (wtopiony). Dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm. Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z przewodnikiem 0,035", na zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki rdocieniujące). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem. Zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 2, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu Kateter moczowodowy pojedynczy cystektomijny. Zestaw zawiera cewnik wykonany z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, przewodnicę PTFE. Rozmiary 6F/7F/8F . dł. 90cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 23.1 - dot. pakietu nr 2, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu – co zapewnia powrót do pełnych przepływów każdorazowo po każdym załamaniu cewnika – w związku z czym utrzymana jest drożność cewnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**\* Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr 3, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1 cm i posiadały linię pozycjonującą – co ułatwia implantację ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**\* Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii 2-stopniowych zawierających : cewnik poliuretanowy typu J z balonem lub bez balonu do wyboru przez Zamawiającego – pokryty hydrożelem - który ułatwia po aktywacji ułatwia zakładanie cewnika, przewodnicę Lunderquista 70cm z miękkim końcem J na dł. 4,5cm dalej półsztywnym na dł. 5,5cm następnie sztywnym, igłę Chiba bardzo dobrze widoczną w USG 18G dł.20cm. Rozmiary: 8F/9F/10F.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 26- dot. pakietu nr 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był wykonany z poliuretanu typu J z balonem lub bez balonu do wyboru przez Zamawiającego i był pokryty hydrożelem w części do-nerkowej – warstwa hydrożelu po aktywacji ułatwia zakładanie cewnika oraz zmniejsza traumatyczność zabiegu, przewodnicę Lunderquista 70cm z miękkim końcem J na dł. 4,5cm dalej półsztywnym na dł. 5,5cm następnie sztywnym – tak precyzyjna budowa zapewnia utrzymanie przewodnicy najwyższej jakości zapobiegającej ewentualnym problemom w czasie zakładania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

**\* Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających : cewnik DJ wykony z poliuretanu z możliwością utrzymania do 12 miesięcy, skalowane co 1 cm z linią pozycjonującą , popychacz sterowalny ( dla rozmiaru 4,8F do URS dł. 83 cm pozostałe rozmiary 43cm) przewodnik z ruchomym rdzeniem. Zestaw zmontowany fabrycznie gotowy do użycia sterowalny nawet po wyciągnięciu przewodnicy. Rozmiary 4,8F / 6F/ 7F/ 8F dł. 24-30cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 6**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zestawy posiadały cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą- co ułatwia pozycjonowanie cewnika w UKM, oraz były fabrycznie zmontowane gotowe do użycia – co skraca czas zabiegu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

*Z poważaniem*