



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345
Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/438/2019

Sanok, 06-12-2019r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/36/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 1, pozycja nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych szybkiego odczytu zgodny z opisem poniżej: „Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 2, pozycja nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych szybkiego odczytu zgodny z opisem poniżej: „Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 2, pozycja nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 20min. inkubacji bez wewnętrznego systemu kruszenia, w przypadku gdy oferowany autoczytnik posiada wbudowaną kruszarkę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 2, pozycja nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści testy z nakrętką w kolorze błękitnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowania autoczytnika i 500 szt. testów biologicznych jako zestaw? W takim przypadku oferta będzie wyceniona jako jedna pozycja. Parametry techniczne zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do wymiany testów biologicznych w przypadku upływu ich terminu ważności na testy z aktualnym terminem ważności min. 3 miesiące.

Z poważaniem