



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/09/2020

Sanok, 17 styczeń 2020r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/40/2019 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego *na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku*
dla SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy.

*** Pytanie nr 1 - dot. warunków umowy § 2 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie realizację zamawianego asortymentu na podstawie osobno składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że niewykorzystany limit nie przekroczy 20%”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 2 - dot. warunków umowy § 2 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w terminie (max 5 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 3 - dot. warunków umowy § 3 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 4 - dot. warunków umowy § 3 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu oraz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 5 - dot. warunków umowy § 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 6 - dot. warunków umowy § 3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 7 - dot. warunków umowy § 3 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 8 - dot. warunków umowy § 3 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 9 - dot. warunków umowy § 3 ust. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 10 - dot. warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 11 - dot. warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto nr..... w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę wraz z dostawą zamawianego towaru”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby faktura została dostarczona przez Wykonawcę z partią dostarczonego towaru.

*** Pytanie nr 12 - dot. warunków umowy § 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 24 poz. 1,2,3,4**

Czy można zaoferować folie, których grubość wynosi 0,05 µm a paroprzepuszczalność 50g/m²/24h? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



*** Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, 2 strzykawki do pomp infuzyjnych 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli jest kompatybilna z pompą Ascor.

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 a - strzykawkę o pojemności 3 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 c - strzykawkę o pojemności 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 10, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego ostrza jednorazowego, szerokość cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 10, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby ostrza były kompatybilne ze strzygarką, której całkowity czas ładowania wynosi maksymalnie 1 godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ostrza były kompatybilne ze strzygarką i podtrzymuje pozostałe zapisy siwz.

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 15, poz. 1-2**

1/ Prosimy Zamawiającego o informacje jakie pompy infuzyjne (typ, producent) ma na stanie i użytkuje?

Odpowiedź: Zamawiający ma na stanie pompy Ascor.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, przewodnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP.

Dostępna w rozmiarach:

- 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm
- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm
- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm
- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 17**

Poz. 1a - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 3 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1a-1d - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe strzykawki ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

✓

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rury karbowane - wewnątrz gładkie. (ocena użytkowa).

*** Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 24, poz. 2-3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, paroprzepuszczalność na poziomie min. 800g/m²/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 24, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, paroprzepuszczalność na poziomie min. 800g/m²/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 15 x 28.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr 24, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, paroprzepuszczalność na poziomie min. 800g/m²/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Powierzchnia lepna 56 x 80 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 25 - poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odpowiedź: W zestawie powinien być środek do użycia wraz z niezbędnym sprzętem jak w siwz.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw zarejestrowany ma być jako wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 25 - poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje systemu składającego się z uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta oraz Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 26 - poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na uchwyt lampy o długości 155 mm +/- 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 29, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 30 - poz. 1-2**

1) Prosimy Zamawiającego o informacje jakie pompy infuzyjne firmy BRAUN ma na stanie i użytkuje?

Odpowiedź: Zamawiający ma na stanie pompy: Braun, Compact, Perfusor.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?

Odpowiedź: Przy podłączeniu niewłaściwych strzykawek pompa sygnalizuje brak płynności (duży opór - o wyborze zdecyduje ocena użytkowa).

*** Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr 35**

Czy Zamawiający oczekuje aby układ oddechowy posiadał wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 31 - dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści Prowadnice do rurek intubacyjnych o następujących wymiarach:

- śr. 2.0 mm, dł. 275 mm

- śr. 3,3 mm, dł. 340 mm

- śr. 4,7 mm, dł. 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr 25 poz. 2**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu nr 25 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający w zad 6 poz 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: Klipsy polimerowe niewchłaniające j.u. do laparoskopii, rozmiar HEM-O-LOK XL (do klipsownicy wielokrotnego użytku PILLING WECK) 6 klipsów w magazynku 84 sztuk klipsów w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 34 - dot. pakietu nr 6 poz. 3**

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby te powinny posiadać klasę IIB. Natomiast wyroby medyczne przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, muszą posiadać klasę III. Czy zgodnie z tym rozporządzeniem Zamawiający w zad 6 poz 3 wymaga by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia - klatką piersiową, posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 35 - dot. pakietu nr 6**

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że



nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 6 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazyńku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem wklejenie do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 36 - dot. pakietu nr 19**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości Układ oddechowy j.u. anestetyczny z o długości 150 cm przy zachowaniu reszty parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. (o wyborze zdecyduje ocena użytkowa).

*** Pytanie nr 37 - dot. pakietu nr 20**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw dotętniczy o średnicy 20 G co jest dpowiednikiem 1.1 mm opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Pytanie nie ma związku z pakietem nr 20.

*** Pytanie nr 38 - dot. par. 3 ust. 2 wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ**

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 39 - dot. par. 3 ust. 4 wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ**

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

Nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 40 - dot. pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 41 - dot. pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce włókninowe na buty z warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 42 - dot. pakietu nr 16, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych śr. 2,0 długość 310mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr 16, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych śr. 3,3 długość 390mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 44 - dot. pakietu nr 16, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych śr. 4,7 długość 390mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 19, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe anestetyczne, rury karbowane na zewnątrz i wewnątrz plus dodatkowa rura dł. 1m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rury wewnątrz gładkie i nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 46 - dot. pakietu nr 24, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,03mm, paroprzepuszczalność 850g(m2x24h)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



*** Pytanie nr 47 - dot. pakietu nr 24, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 56 x 84cm (rozmiar części lepnej 56x78cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 48 - dot. pakietu nr 28, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gładką folią na spodzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 49 - dot. pakietu nr 29 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ręcznik do rąk o wymiarach 40 cm x 40cm pakowany a'1szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 50 - dot. pakietu nr 29 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ręcznik do rąk o wymiarach 40 cm x 70cm pakowany a'50szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 51 - dot. pakietu nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę z osłoną na oczy – warstwą stanowiącą ochronę przed zaparowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 52 - dot. pakietu nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę z osłoną na oczy wyposażoną w pasek zapobiegający parowaniu dla osób np. noszących okulary?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 53 - dot. pakietu nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu maski chirurgicznej posiadającej piankę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 54 - dot. pakietu nr 29 poz. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.

*** Pytanie nr 55 - dot. pakietu nr 29 poz.5,6**

Czy zamawiający dopuści wycenę czepek pakowanego a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 56 - dot. pakietu nr 29 poz.6**

Czy zamawiający dopuści czepek z elastyczną gumką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 57 - dot. pakietu nr 29 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 58 - dot. pakietu nr 29 poz.7**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny perforowanej typu Spunlace Mesh 35g/m2, bez dodatkowego wzmocnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



*** Pytanie nr 59 - dot. pakietu nr 29 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furazerki, posiadający 2 warstwy włókniny w części bocznej, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej 25g/m², bez wiązania na troki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 60 - dot. pakietu nr 29 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L – odpowiadający rozmiarowi uniwersalnemu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 61 - dot. pakietu nr 29 poz. 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu antypoślizgowej osłony na buty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 - dot. pakietu nr 29 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyne w rozmiarze 70 x 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 63 - dot. pakietu nr 29 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30 x 80cm + taśmę 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 64 - dot. pakietu nr 29 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 35 x 120cm + taśmę 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 65 - dot. pakietu nr 29 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za czepek pakowany a'100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 66 - dot. pakietu nr 29 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 67 - dot. pakietu nr 29 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z 3 warstwowej, miękkiej włókniny SMS, spodnie bez kieszeni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 68 - dot. pakietu nr 29 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej, bluza i spodnie pakowane indywidualnie(osobno)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 69 - dot. pakietu nr 29 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 70 - pominięto**

*** Pytanie nr 71 - dot. pakietu nr 29, poz.16, 17**

Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia rąk pakowane po 40 szt. w karton służący za dozownik?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



*** Pytanie nr 72 - dot. pakietu nr 29, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści torbę na narzędzia 2-komorową w rozmiarze 30 x 40cm: kieszeń lewa 15cm x 30cm, prawa 25 x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 73 - dot. pakietu nr 21, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona dla dorosłych i dzieci o wymiarach 164x117mm, o powierzchni czynnej 103cm², o powierzchni ogólnej 168cm², pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 74 - dot. pakietu nr 21, poz. 3**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli PINCETY BIPOLARNE koagulacyjne? Prosimy o dopuszczenie pincet bipolarnych prostych o dł.16cm, końcówka tępa 2mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 75 - dot. pakietu nr 21, poz. 5,6**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli elektrody monopolarne artroskopowe ?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 76 - dot. pakietu nr 21, poz. 8**

Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 77 - dot. pakietu nr 21, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne bagnetowe o dł.22cm, końcówka 1mm lub 2mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 78 - dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki do naprawy przepuklin o poniższych parametrach:

- a. wykonanej z poliestru monofilamentowego o strukturze trójwymiarowej,
- b. wewnątrztorzewnowej – z hydrofilową, antyadhezyjnąpowłoką kolagenową,
- c. makroporowej - rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm.
- d. grubość siatki 0,7 cm,
- e. gramatura siatki: 0,66 g/m².

Możliwość docinania siatki. Siatka w rozmiarze 30 cm x 20 cm. Siatka przeznaczona do zabiegów laparoskopowych i laparotomii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 79 - dot. pakietu nr 15, poz. 1,2**


Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 1, 2 wymaga zaoferowania strzykawk 50/60ml do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, posiadających podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylnych, opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 80 - dot. pakietu nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający pakiecie 16 pozycji 1 dopuści do zaoferowania przewodnice do rurek intubacyjnych śr. 1,9 i 2,0 oraz długości 230mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



*** Pytanie nr 81 - dot. pakietu nr 18, poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycję 1 wymaga zaoferowania strzykawek j.u. 100ml – cewnikowe ze skalą pomiarową po obu stronach tłoka oraz dwoma łącznikami redukcyjnymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 82**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 83**

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 84**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 85**

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 86**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 87**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 88**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi?

Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do



udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 89**

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 90**

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu

„izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 91 - dot. pakietu nr 3**

Siatkę dootrzewnową, separującą, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość średnia 830 µm, gramatura średnia 108 g/m², z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 92 - dot. pakietu nr**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednowarstwową, transparentną, niepowlekaną, nieadhezyjną siatkę chirurgiczną do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną do implantacji wewnątrzożrzewnowej, wykonaną ze skondensowanego politetrafluoroetyleny (cPTFE). Siatka jednowarstwową makroporowatą w kolorze białym, niewchłaniającą o grubości 0,15mm, masie 115g/m², wielkości porów 2,4mm (kształt gwieżdzisty)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 93 - dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę jednorazowego użytku w rozm. 2 o długości 275mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 94 - dot. pakietu nr 19**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny 15mm, o dł. 1,6m z gałęzią 1m i łącznikiem Y z możliwością odłączenia gałęzi, pozostałe parametry zachowane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



*** Pytanie nr 95 - dot. pakietu nr 35**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dwuświatłowy do respiratora o dł. 1,6m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz zdecyduje ocena użytkowa. Układ oddechowy o dł. 1,6m może być za krótki i stanowić ograniczenia przy transporcie pacjenta.

*** Pytanie nr 96 - dot. pakietu nr 35**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dwuświatłowy do respiratora o dł. 2,4m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (zdecyduje ocena użytkowa – może być zbyt duża „martwa przestrzeń”).

*** Pytanie nr 97 - dot. wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 wzoru umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 98 - dot. pakietu nr 19**

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PE bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 150 cm, wew. lekko karbowane, zakończone od strony pacjenta kątowym trójnikiem Y, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (ocena użytkowa).

*** Pytanie nr 99 - dot. pakietu nr 15 poz.1,2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek do pomp inf. z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli będzie kompatybilna z pompą Ascor.

*** Pytanie nr 100 - dot. pakietu nr 15 poz.1,2**

Czy Zamawiający wymaga aby tłok w/w strzykawki do pomp inf. posiadał podwójne uszczelnienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 101 - dot. pakietu nr 15 poz.1,2**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka do pomp inf. posiadała podwójną (dwustronną) skalę pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 102 - dot. pakietu nr 15 poz.1,2**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była zabezpieczona przed przypadkowym wypadaniem tłoka?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 103 - dot. pakietu nr 17 poz.1-4**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 104 - dot. pakietu nr 17 poz.1-4**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały rozszerzoną skalę: 2-2,5ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-22ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.



*** Pytanie nr 105 - dot. pakietu nr 17 poz.1-3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 106 - dot. pakietu nr 17 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek 20ml pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 107 - dot. pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka cewnikowa 100ml była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory Luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 108 - dot. pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka cewnikowa 100ml posiadała niezmywalną, dwustronną skalę pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 109 - dot. pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 110 - dot. pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka miała umieszczoną nazwę handlową i nazwę producenta na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 111 - dot. pakietu nr 18 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była sterylna?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 112 - dot. pakietu nr 18 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 113 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 114 - dot. SIWZ**


Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

*** Pytanie nr 115 - dot. pakietu nr 11 – Test Bowie-Dicka**

Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w języku polskim?

Odpowiedź: Tak



*** Pytanie nr 116 - dot. pakietu nr 11 – Test Bowie-Dicka**

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 117 - dot. pakietu nr 11 – Test Bowie-Dicka**

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 118 - dot. pakietu nr 9**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 9 Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego: 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez, Strzykawkę, Skalpel, Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik (rurkę) do wentylacji-radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm, Cewnik o śr. wewn. 6mm dł. 7,5cm, Taśmę tracheostomijną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 119 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku i po 4 sztuki w magazynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 120 - dot. zapisów SIWZ pkt. XII, ppkt. 2.1a):**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Tak

*** Pytanie nr 121 - dot. pakietu nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawy włókninowo-foliowe o rozmiarze 21 cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 122 - dot. pakietu nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający w ilości ma na myśli 700 rolek po 40 odcinków?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 700 rolek. Rolka dzielona na 40 odcinków. Rozmiar 33 x 48 +/-2cm.

*** Pytanie nr 123 - dot. pakietu nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne foliowe o rozmiarze 56x80cm i 100 odcinkach na 1 rolce z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 124 - dot. pakietu nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne bibułowo-foliowe o rozmiarze 51x65cm i 30 odcinkach na 1 rolce z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 125 - pominięto**

*** Pytanie nr 126 - dot. projektu umowy:**

Działając w imieniu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór umowy dla wszystkich części, bez części 40) poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące wzoru umowy:

* Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 127 - dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 128 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. 5) o następującej (lub podobnej) treści: „nadzwyczajnej zmiany stosunków, wskutek której utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 129 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowania klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku i po 4 sztuki w magazynku.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 130 - dot. pakietu nr 36**

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie do treści SIWZ: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 36 Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej, shunt szyjny stożkowy. Rozmiar 12F-9F; długość 15,5 cm. Znaczniki odległości umieszczone co 1 cm, miękka elastyczna konstrukcja. Sterylne. (1op=5 szt.)

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 131 - dot. pakietu nr 21**

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bipolarne elektrody koagulacyjne, proste, dł. 16,0cm, końcówka 2mm tępa ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 132 - dot. pakietu nr 21**

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel łączący do elektrod bipolarnych dł. 4m?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

SPROSTOWANIE

DO PAKIETU NR 36 – SHUNTY SZYJNE

JEST

Pakiet nr 36 – Shunty szyjne

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa produktu oferowanego</i>	<i>j.m.</i>	<i>ilość</i>
<i>1</i>	<i>Shunty szyjne proste z pętlą, długość 14,5 cm, średnica 8F, 10F, 12F (do wyboru podczas zamawiania) miękkie, elastyczne, atraumatyczne końcówki, wykonane z poliuretanu, skala długości na obu końcówkach podana w centymetrach</i>		<i>szt</i>	<i>300</i>

MA BYĆ

Pakiet nr 36 – Shunty szyjne

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa produktu oferowanego</i>	<i>j.m.</i>	<i>ilość</i>
<i>1</i>	<i>Shunty szyjne proste z pętlą, długość 14,5 cm, średnica 8F, 10F, 12F, 14F (do wyboru podczas zamawiania) miękkie, elastyczne, atraumatyczne końcówki, wykonane z poliuretanu, skala długości na obu końcówkach podana w centymetrach</i>		<i>szt</i>	<i>300</i>

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, **należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

DIREKTOR
SPZOZ w Sanoku
Ingr Henryk Przybycień