



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345
Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/13/2020

Sanok, 27 styczeń 2020r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/40/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku** dla SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia na odp. z dn.22.01.2020r.

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu 1, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, wiązany z boku i na szyi, wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² + polietylen PE, w kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu 1, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe na obuwiu, bez warstwy antypoślizgowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu 15, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne,?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu 29, poz. 3,5-6,8**

Czy zamawiający wydzieli poz.3,5-6,8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu 29, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści maski bez dodatkowych oznaczeń graficznych zewnętrznej strony, strona zewnętrzna w kolorze zielonym, wewnętrzna w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu 29, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret z gumką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu 29, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką z włókniny PP przechodzącą z tyłu w troki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 8 - dot. pakietu 29, poz. 7**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 - dot. pytania 1 – formularz asortymentowo – cenowy (pakiet 11, poz. 1)**

Czy Zamawiający wymaga jednorazowego pakietu Bowie&Dick zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 11140-4 dla wskaźników typ 2? Potwierdzenie zgodności z normą w postaci certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej, na którym test jest podany z nazwy i kodu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowego pakietu Bowie&Dick zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakiet 11, poz. 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 22.01.2020r. – do postępowania znak SPZOZ/PN/40/2019, wnosimy o zmianę odpowiedzi na Pytanie nr 116 – do pakietu nr 11 - na „Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga”.

Powyższy wniosek motywujemy faktem, iż nowe wymaganie by testy Bowie Dick posiadały arkusz testowy umieszczony pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki, zostało postawione z naruszeniem przepisów PZP. Zamawiający nie stawiał bowiem takiego wymogu w SIWZ, a jedynie został do niego nakłoniony przez jednego z Wykonawców w pytaniu nr 116 z dnia 22.01.2020r. Zgodnie z dyspozycją art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o **wyjaśnienie treści SIWZ**. Ze wskazanego powyżej pytania wynikało jednak w sposób jednoznaczny, iż Wykonawca nie ma wątpliwości w zakresie zrozumienia treści specyfikacji tylko podejmuje nieuprawnioną próbę negocjacji w zakresie zmiany jej treści na jego warunkach. Zamawiający może swoimi odpowiedziami zwiększyć konkurencyjność postępowania, jednakże we wskazanej powyżej sytuacji intencją pytającego było ograniczenie konkurencyjności poprzez zawężenie SIWZ co jest niedozwolone w myśl ustawy PZP.

Ponadto należy wskazać, iż wszystkie testy pakietowe Bowie Dick posiadają arkusze testowe umieszczone pomiędzy arkuszami specjalnego papieru. Taka forma pakietów, została uznana przez producentów za najbardziej optymalną, tak więc użycie dodatkowej pianki niczego nie wnosi. Jest to zwyczajny zabieg jednego z producentów mający na celu dodanie do opisu zbędnego elementu którego nie posiadają inni producenci. Zamawiający jako placówka publiczna winien postępować zgodnie z przepisami ustawy PZP, a tym samym opis powinien zawierać wyłącznie elementy uzasadnione funkcjonalnie czy jakościowo.

Żywimy nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia skłonią Zamawiającego do ponownej analizy udzielonych odpowiedzi i uchronią przed zakupem asortymentu po zawyżonych cenach.

Odpowiedź: Zamawiający **zmienia** odpowiedź na pytanie nr 116 – do pakietu nr 11

JEST

Tak

MA BYĆ

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



SPROSTOWANIE

dot. SIWZ - cz. XV. Wymagania dotyczące wadium (str. 11 z 28)

1. Obowiązek wniesienia wadium. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany **wnieść wadium odpowiednio dla oferowanego asortymentu w wysokości:**

JEST

Pakiet 16 – 2463,00 zł brutto

MA BYĆ

Pakiet– 16 – 25,00 zł brutto

Termin i sposób wniesienia wadium - zmienia się na :

płatne do dnia 04-02-2020r. o godzinie 10.00

Nowy termin składania ofert upływa 04.02.2020r. o godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert 04.02.2020r o godz. 11⁰⁰

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, **należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNYCH
SP ZOZ Sanok
mgr Grzegorz Panek