



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/123/2020

Sanok, dnia 26 czerwca 2020r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2019 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego **Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i
wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku**

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 1, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkowa zawierającą min. 50% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 1, pozycja 3-4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 1, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 1, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'3szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski szybkowiązące o czasie wiązania 3 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład pakowany a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład pakowany a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 9, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50 x75cm z otworem o średnicy 7cm bądź 6cmx 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 9, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 9, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 9, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym w rozmiarze 90x110mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 15, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści tufery wykonane z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści tufery fasolki 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 15, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści tufery fasolki 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 15, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści tufery fasolki 9,5x9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 18, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 18, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety poddane były procesowi prania wstępnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 18, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety w kolorze białym wykonane z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr 18, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety poddane były procesowi prania wstępnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 18, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 18, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 21, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z wkładem chłonnym (80% włókna naturalne, 20% poliestr)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 21, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek na kleju akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 21, pozycja 1, 3, 5**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr 21, pozycja 2, 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 31 - dot. pakietu nr 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy na rolce pakowany a'12sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie na szpulce pakowany a'6sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 26**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety poddane były procesowi prania wstępnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 34 - dot. pakietu nr 26**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić op=1szt czy op=5szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. W przypadku opakowań = 1 sztuka należy wycenić podaną w SIWZ ilość przez 5.

*** Pytanie nr 35 - dot. pakietu nr 26**

Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu folia-papier bez wycięcia na kciuk, z marginesem ułatwiającym otwarcie opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 36 - dot. pakietu nr 28, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 37 - dot. pakietu nr 28, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z foli poliuretanowej z wycięciem, posiadający wzmocnione od wewnątrz skrzydełka włókniną, w rozmiarze 5,8x8cm pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 38 - dot. pakietu nr 28, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 1,6x5,7cm pakowany a'500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 39 - dot. pakietu nr 28, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 0,9x3,8cm pakowany a'500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 40 - dot. pakietu nr 29, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 41 - dot. pakietu nr 29, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w kartonik a'10szt x 10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 42 - dot. pakietu nr 29, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający ma na myśli kompresy 40g?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił w/w parametru w SIWZ. W związku z tym dopuszcza.

*** Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr 31, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny włókninowo-celulozowy w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 44 - dot. pakietu nr 31, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny włókninowo-celulozowy w rozmiarze 20x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku uciskowego w rozmiarze 38x72mm pakowany pojedynczo w opakowanie zbiorcze typu kartonik pakowany po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 46 - dot. pakietu nr 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym opatrunków pakowanych po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 47 - dot. pakietu nr 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający może określić o jaka chodzi wielkość opakowań w kolumnie jednostka miary?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli- sztukę.

*** Pytanie nr 48 - dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika do dezynfekcji nasączonego 70% alkoholem izopropylowym w rozmiarze 16x10cm pakowany po 50sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 49 - dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga gazika sterylnego?

Odpowiedź: Tak.

*** Pytanie nr 50 - dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym gazików pakowanych po 50sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 51 - dot. pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do wkleć centralnych poliuretanowego z 3 paskami włókninowymi do stabilniejszego mocowania pakowany po 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 52 - dot. pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym opatrunków pakowanych po 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 53 - dot. pakietu nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do wkleć centralnych poliuretanowego z 3 paskami włókninowymi do stabilniejszego mocowania z ramka ułatwiająca aplikacje pakowany po 100sztuk w rozmiarze 9x11cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 54 - dot. pakietu nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do wkleś centralnych poliuretanowy z ramka z dodatkowymi paskami do mocowania kaniuli w rozmiarze 9x11

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 55 - dot. pakietu nr 19 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu gazików do dezynfekcji pakowanych po 100sztuk w rozmiarze : rozłożony 16x10cm, złożony 4x5cm?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodziło o zestaw 2 gazików – mokrego i suchego.

*** Pytanie nr 56 - dot. pakietu nr 28 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do zabezpieczenia miejsca wkłucia poprzez stabilne mocowanie kaniul oraz cewników żylnych . Samoprzylepny jałowy opatrunek z folii poliuretanowej z wycięciem, dodatkowo wzmocniony włóknina w rozmiarze 7x8,8cm pakowany po 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 57 - dot. pakietu nr 28 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie hipoalergicznego przylepca z opatrunkiem do opatrywania skóry po wykonanych nakłuciach w rozmiarze 3,8cmx7,2cm pakowany po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 58 - dot. pakietu nr 28 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym plasterków pakowanych po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 59 - dot. pakietu nr 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4-8 minut

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 60 - dot. pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych niejałowych 8 warstwowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 61 - dot. pakietu nr 9 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej w wymiarach 50 x 60cm z otworem o średnicy 6 x 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 - dot. pakietu nr 9 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej w wymiarach 75 x 80 cm z otworem o średnicy 6 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 63 - dot. pakietu nr 9 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej w wymiarach 75 x 90 cm z otworem o średnicy 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 64 - dot. pakietu nr 29 poz. 1-2**

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli kompresy włókninowe niejałowe pakowane a' 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompresów włókninowych jałowych w opakowaniach jednostkowych po 1 lub 2 sztuki.

*** Pytanie nr 65 - dot. pakietu nr 31 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego chłonnego opatrunku w rozmiarze 15 x 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

*** Pytanie nr 66 - dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku na twarz w rozmiarze 30cm x 40cm w miejsce wymaganego 20cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 67 - dot. pakietu nr 25 , pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,

*** Pytanie nr 68 - dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. nr 1 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, przeciw oparzeniowego na twarz w rozmiarze 30x40 cm, który pokrywa miejsca szczególnie wrażliwe i narażone na oparzenia czyli uszy oraz szyję?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 69 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie gazików pakowanych a'50 zestawów z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 70 - dot. pakietu nr 23**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 saszetki a'10 sztuk z wybranego rozmiaru. Kompresy nie różnią się między sobą niczym innym jak wyłącznie rozmiarem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 71 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100mb, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 72 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7.

*** Pytanie nr 73 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 74 - dot. pakietu nr 4 oraz 5**

Czy Zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7.

*** Pytanie nr 75 - dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe lub 12 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 76 - dot. pakietu nr 1**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu 26 maja 2021r dla klasy I, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji gazy niejałowej na klasę I reguła 4? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności, w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 77 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga wyceny za metr bieżący w stanie swobodnym czy rozciągniętym?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga wyceny w stanie rozciągniętym.*

*** Pytanie nr 78 - dot. pakietu 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego rękawu opatrunkowego nr 3 (dłoń, ręka dorosłego, głowa dziecka) w opakowaniu kartonowym-ułożonego intuicyjnie – bez rolki?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

*** Pytanie nr 79 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego rękawu opatrunkowego nr 4 (noga, stopa dorosłego, tułów dziecka) w opakowaniu kartonowym-ułożonego intuicyjnie – bez rolki?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

*** Pytanie nr 80 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego rękawu opatrunkowego nr 6 (tułów) w opakowaniu kartonowym-ułożonego intuicyjnie – bez rolki?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

*** Pytanie nr 81 - dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w opakowaniu a'2 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

*** Pytanie nr 82 - dot. pakietu nr 4**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu 26 maja 2021r dla klasy I, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów niejałowych na klasę I reguła 4 ? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności, w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza,*

*** Pytanie nr 83 - dot. pakietu nr 5**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu 26 maja 2021r dla klasy I, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji gazy niejałowej na klasę I reguła 4 ? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności, w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza,*

*** Pytanie nr 84 - dot. pakietu nr 9**

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej przylepnej w rozmiarze 90 x 100 cm

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza*

Lub

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej przylepnej w rozmiarze 90 x 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 85 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej z otworem o średnicy 7cm samoprzylepnym, o rozmiarze 75x90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 86 - dot. pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 12 warstwowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 87 - dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca z opatrunkiem w rozmiarze 8 x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 88 - dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z chipem RTG zamiast nitki RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 89 - dot. pakietu nr 29**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w opakowaniu handlowym 25 x a'2 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 20 000 op. Handlowym 25x a'2 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

*** Pytanie nr 90 - dot. pakietu nr 29**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w opakowaniu handlowym 25 x a'2 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 1 000 op. Handlowym 25x a'2 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,

*** Pytanie nr 91 - dot. wzoru umowy**

- Zwracamy się z do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej w § 3 pkt. 2 i 4 do wysokości 1%.

- Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę określenia opóźnienia na zwłokę

- Wnosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa)
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy i środki przewidziane, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły

wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 92 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z laminatu dwuwarstwowego PE/PP nieprzemakalnego min 57,5g/m² o wymiarach 75cm długość x 90 szerokość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 93 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z laminatu dwuwarstwowego PE/PP nieprzemakalnego min. 57,5g/m² z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 cm długość x 180 cm szerokość?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 94 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z laminatu dwuwarstwowego PE/PP nieprzemakalnego min. 57,5g/m² z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75 cm długość x 90 cm szerokość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 95 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z laminatu dwuwarstwowego PE/PP nieprzemakalnego min. 57,5g/m² z taśmą samoprzylepną o wymiarach 50 cm długość x 60 cm szerokość?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 96 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z laminatu dwuwarstwowego PE/PP min. 57,5g/m² o wymiarach 50 x 60 cm z otworem 6x9 cm, z taśmą lepną wokół otworu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 97 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z laminatu dwuwarstwowego PE/PP min. 57,5g/m² o wymiarach 75 x 90 cm z otworem 6x9 cm, z taśmą lepną wokół otworu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 98 - dot. pakietu nr 4 poz. 1 i 2 i 29**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego klasyfikacji kompresów włókninowych klasa IIa reguła 7 ze względu na fakt, iż taka klasyfikacja dotyczy wyrobów chirurgicznie inwazyjnych przeznaczonych do krótkotrwałego użytku (czas ciągły użycia nie dłużej niż 30 dni). Opis przedmiotu zamówienia sugeruje, iż wyrób ten będzie stosowany jako wyrób nieinwazyjny (zaklasyfikowany do klasy I reguła 4 w przypadku pakietu nr 4 i do klasy I sterylnej reguła 4 w przypadku pakietu nr 29, czyli jako nieinwazyjny wyrób, który wchodzi w kontakt ze zranioną skórą przeznaczony do użycia jako bariera mechaniczna do ucisku lub do absorpcji wysięków)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 99 - dot. pakietu nr 9 poz. 2**

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 90 x 110cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 100 - dot. pakietu nr 9 poz. 6**

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 75 x 50cm lub 75 x 90cm z regulowaną średnicą otworu? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 75x90 cm.

*** Pytanie nr 101 - dot. pakietu nr 18 poz. 1 i 2**

Czy można zaoferować serwety z kontrastem RTG w formie chipa wszytego w róg serwetki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

*** Pytanie nr 102 - dot. pakietu nr 18 poz. 1**

Czy można zaoferować serwetę, której rozmiar przed praniem wstępnym wynosi 55cm x 65cm, natomiast po praniu wstępnym 50cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 103 - dot. pakietu nr 18 poz. 2**

Czy można zaoferować serwetę, której rozmiar przed praniem wstępnym wynosi 55cm x 65cm, natomiast po praniu wstępnym 50cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 104 - dot. pakietu nr Zapisy s.i.w.z. – wzór umowy:**

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 3 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 105 - dot. Wzoru umowy**

1. Wnosimy o obniżenie przewidzianych projektem umowy kar umownych do wysokości odpowiednio:

- a) 3% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w § 3 ust 1
- b) 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego w § 3 ust. 2
- c) 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił w § 3 ust. 4
- d) 3% wartości niezrealizowanej części umowy w § 3 ust. 12

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji

dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 106 - dot. Wzoru umowy**

Wnosimy o dookreślenie pojęcia „zmian korzystnych dla Zamawiającego” wyrażonych w § 5 ust. 1 pkt 1 projektu umowy oraz pojęcia „rażąco wysokich wzrostów cen” zgodnie z § 7 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POiŚ. (E. Grabowska-Szweicer,

I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 107 - dot. Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 108 - dot. Wzoru umowy**

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 109 - dot. Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 pkt 2) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy], stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 110 - dot. Wzoru umowy**

Wnosimy o dodanie do § 7 projektu umowy ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana

zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić,

że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 111 - dot. Wzoru umowy**

Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 4 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 112 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 113 - dot. pakietu nr 1**

czy Zamawiający dopuści watę pakowaną 500g z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 114 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty opatrunkowej o składzie: 50% wiskozy i 50% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 115 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do

kontaktu np z:

-błoną śluzową jamy ustnej,

-błoną śluzową oka,

-błoną śluzową jamy nosowej

-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie

dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 116 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi dodatkowe potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 117 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien

bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 118 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje elastyczny rękaw w stanie swobodnym czy rozciągniętym

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękaw w stanie rozciągniętym.

*** Pytanie nr 119 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga opaski wiskozowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 120 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 121 - dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a'2 sztuki w opakowaniu chroniącym przed wilgocią z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 122 - dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa

reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 123 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający oczekuje wielkości arkuszy 40x60 cm w opakowaniu typu folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 124 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 125 - dot. pakietu nr 6**

Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga opakowań max do 5kg.*

*** Pytanie nr 126 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x130cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 127 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 128 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 129 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w owalnym otworem w rozmiarze 8x6cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 130 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm i przyklepnym owalnym otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 131 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x60 cm i przyklepnym owalnym otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 132 - dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 8 cm x 10 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 133 - dot. pakietu nr 12**

Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 8 cm x 15 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 134 - dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści tufery z 17- nitkowej gazy w rozmiarze 15x15 cm x 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 135 - dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści tufery z 17- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 9,5x9,5cm x10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 136 - dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści tufery z 17- nitkowej gazy z nitką RTG w rozmiarze 15x15 cm x 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 137 - dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową z gazy bawełnianej w kolorze białym z nitka RTG o rozmiarze 45x45x cm,?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 138 - dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych po praniu technologicznym nie poddawanych procesowi wstępnego prania? Zaoferowane przez nas serwety wykonane są z gazy, która poddana jest praniu chemicznemu (nadtlenek wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 139 - dot. pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy zawierający wkład chłonny: włóknina wiskozowo (90 %) – polipropylenowa (10 %) pokryta mikroperforowaną folią polietylenową (100 %) zapobiegającą przywieraniu do rany?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 140 - dot. pakietu nr 21**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 141 - dot. pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x50mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.*

*** Pytanie nr 142 - dot. pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 143 - dot. pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 15x15mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 144 - dot. pakietu nr 26**

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę o wielkości 75x90 pakowaną A'5 ?

Odpowiedź: *Tak.*

*** Pytanie nr 145 - dot. Wzoru umowy**

Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej

ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 146 - dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy kara umowna wynosiła 1% wartości towaru nie dostarczonego?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 147 - dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby

przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od

umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 148 - dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby

przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 149 - dot. pakietu nr (pakiet nr 25, pozycja nr 1):**

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN ISO 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, że po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowe będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postępowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

- a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
- b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
- c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 150 - dot. pakietu nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonyj pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują **BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ** wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki

narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 151 - dot. pakietu nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne ważne po otwarciu 6 miesięcy? Oferent może dostarczać płyny wedle zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 152 - dot. pakietu nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 153 - dot. pakietu nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 154 - dot. pakietu nr 25, poz. 1**

Czy Zamawiającym wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 155 - dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi
- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 156 - dot. pakietu nr 7 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 1,25 x 5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 157 - dot. pakietu nr 7 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 5 x 7,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 158 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie gazików pakowanych a'50 zestawów z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę z zachowaniem opakowania jednostkowego nie większego niż 2 sztuki.

*** Pytanie nr 159 - dot. pakietu nr 23**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 saszetki a'10 sztuk z wybranego rozmiaru. Kompresy nie różnią się między sobą niczym innym jak wyłącznie rozmiarem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 160 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o dodanie do § projektu umowy ust. o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 161 - dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 2% na 0,5% wartości towaru niedostarczonego. Obecne zapisy są rażąco wygórowane.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 162 - dot. wzoru umowy**

Prosimy o doprecyzowanie, w jakich okolicznościach zamawiający może narzucić na wykonawcę karę w wysokości 5% za odmowę dostarczenia towaru. W przypadku przedłużającej się zwłoki w przypadku braku płatności Zamawiającego za dostarczone towary, Wykonawca nie powinien być obciążony karą umowną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 163 - dot. pakietu nr Wzór umowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:**

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 1) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienie przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych

określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 164 - dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

** Pytanie nr 165 - dot. wzoru umowy*

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem.**
2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od zawiadomienia” na „...od uznania reklamacji”.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

SPROSTOWANIE do pakietu nr 23

Opakowanie jednostkowe pakowane po 1 lub 2 saszetki w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk lub mniejszych klasa II reguła 7

UWAGA

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

p.o. Z-ca DZIEKTO
ds. Zleczeń
SPZOZ Sanok

lek. med. Jolanta Wróblek