



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/113/2020

Sanok, 22 czerwiec 2020r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/15/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakup o charakterze sukcesywnym materiałów szewnych – nici chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne, staplery, opatrunki dla potrzeb SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.

** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet nr 1.1, Pakiet nr 1.2?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]”. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 1.1*

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 1.2**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidiodksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 1.2, poz. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych z igłą o długości 65 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet nr 2.1, Pakiet nr 2.2, Pakiet nr 2.3, Pakiet nr 2.4?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]”. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 2.1**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidiodksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 2.2**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 2.2, poz. 6.7**

Czy Zamawiający dopuści szew bez guzików i kołnierzy, jednokolorowy?

W przypadku odpowiedzi odmownej zwracam się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



*** Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 2.3**

Czy Zamawiający dopuści nieć wchłaniałną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 2.4**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniałną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet nr 3.1, Pakiet nr 3.2, Pakiet nr 3.3, Pakiet nr 3.4?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]”. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 3.4**

Czy Zamawiający dopuści w w/w grupie szwy polipropylenowe bez guzików/klipsów? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w grupy asortymentowej do osobnego pakietu produkcyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne sterylne, poliamidowe, monofilamentowe, niebieskie, niewchłaniałne lub nici chirurgiczne niewchłaniałne plecione, poliestrowe powlekane silikonem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



*** Pytanie nr 14**

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego **o wartości poniżej progów unijnych**.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 7**

W związku z sytuacją epidemiologiczno-sanitarną zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek wraz z ofertą. Prośbę motywujemy tym, że nasze magazyny znajdują się za granicą i ich transport jest utrudniony. Ponadto, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na produkty medyczne w szpitalach w całej Europie, zamówienia wyrobów na próbki przetargowe nie są traktowane priorytetowo. Prosimy o zmianę wymogu na dostarczenie próbek na wezwanie Zamawiającego, po otwarciu ofert.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający w pak 7 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem grzbiet 6,5 mm, nóżka 4,7mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zszywek?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 7, poz. 2**

Czy Zamawiający w pak 7 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej powlekane teflonem grzbiet 5,7 mm, nóżka 3,9mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację zszywek?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 1**

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w szwy wiodącego Producenta, który był dostawcą szwów do Państwa



jednostki bez wymogu wklejki do dokumentacji do każdej saszetki nici zawierającej nr serii (lot), datę ważności (exp), nr katalogowy (ref), nazwę nici, kod matrycowy. Zamawiający przez wiele lat używał szwów i nigdy nie wspomniał o potrzebie takich wklejek, a jakość szwów była zadawalająca i spełniająca wszelkie potrzeby Użytkownika.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 2,3**

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w szwy wiodącego Producenta, który był dostawcą szwów do Państwa jednostki bez wymogu wklejki do dokumentacji do każdej saszetki nici zawierającej nr serii (lot), datę ważności (exp), nr katalogowy (ref), nazwę nici, kod matrycowy. Zamawiający przez wiele lat używał szwów i nigdy nie wspomniał o potrzebie takich wklejek, a jakość szwów była zadawalająca i spełniająca wszelkie potrzeby Użytkownika. Umożliwi to złożenie oferty wielu dostawcom a nie tylko jednemu, jak to będzie miało miejsce w tej sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 2.2 poz. 4**

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w szwy wiodącego Producenta, który był dostawcą szwów do Państwa jednostki szew o długości 35 mm spełniająca pozostałe wymogi SWIZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 2.2 poz. 7**

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w igłę wiodącego Producenta, który był dostawcą szwów i igieł do Państwa jednostki igłę o długości 35 cm spełniająca pozostałe wymogi SWIZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 2.3 poz. 34**

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający zaopatrzy komórki działalności medycznej Szpitala w igłę wiodącego Producenta, który był dostawcą szwów i igieł do Państwa jednostki igłę o długości 16mm o dł. 45 cm spełniająca pozostałe wymogi SWIZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 8, 8.1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr 10**

1. Czy Zamawiający w pozycjach 1-6 i 8-13 dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku (oraz adekwatnych ładunków).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający w pozycjach 7 i 14 dopuści zaoferowanie staplerów liniowych poprzecznie tnących oraz adekwatnych ładunków w rozmiarach 30mm oraz 40mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



3. Czy Zamawiający w pozycjach 14 i 15 dopuści zaoferowanie staplerów endoskopowych oraz ładunków artikulacyjnych w rozmiarach: 1,0; 1,5; 1,75; 2,0mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 11, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 26 - dot. wzoru umowy**

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej w § 3 pkt. 2 i 4 do wysokości 1%.
- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę określenia opóźnienia na zwłokę.
- Wnosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły



wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza nieć monofilamentową? Reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 5.1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza nieć bez silikonowej osłonki i metalowego guzika, ale ze wzmocnieniem i obciążnikiem? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 5.2, poz. 2, 3 i 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza nieć o długości 45 cm? Reszta parametrów bez zmian. Pytanie do pozycji nr 6. Czy Zamawiający dopuszcza nieć o rozmiarze 1 oraz o długości 150 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza nieć bez metalowego guzika? Reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 31 - dot. zapisów SIWZ**

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnosimy o umożliwienie złożenia ofert oraz prowadzenia całości korespondencji również w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843) w związku z art. 78 § 1 oraz art. 781 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. Poz. 1145) oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasza prośba znajduje również odzwierciedlenie w najnowszych wytycznych wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w których stosowanie komunikacji elektronicznej zostało zarekomendowane wszystkim Zamawiającym.

<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

W przypadku braku wyrażenia zgody wnosimy, aby wraz z odpowiedziami Zamawiający tak przesunął termin składania ofert, aby Wykonawcy mieli co najmniej 3 dni robocze na złożenie ofert w postaci papierowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



*** Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr 8.1**

Czy Zamawiający w pak. 8.1 dopuści jednorazowy stapler okrężny w rozmiarze 24, 26, 29, 32, za-
gięty, zszywki tytanowe?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o roz-
miarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o prze-
kroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po za-
mknięciu 1,5 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na
zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt
liter B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producen-
cie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 34 - dot. pakietu nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 2 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o roz-
miarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o prze-
kroju koła, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu
2,0 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej
chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W
zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze
katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 35 - dot. pakietu nr 10, poz. 3**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o roz-
miarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o prze-
kroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po za-
mknięciu 1,5 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na
zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt
liter B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producen-
cie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 36 - dot. pakietu nr 10 poz. 4**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o roz-
miarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o prze-
kroju koła, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu
2,0 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej
chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W
zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze
katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 37 - dot. pakietu nr 10, poz. 5**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 5 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem
100mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytano-
wych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego za-
mknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed



zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 38 - dot. pakietu nr 10, poz. 6**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 6 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 100mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmiennej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 39 - dot. pakietu nr 10, poz. 7**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 7 dopuści jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 40mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,8 mm; po zamknięciu 2,0 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 40 - dot. pakietu nr 10, poz. 8**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 8 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmiennej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 41 - dot. pakietu nr 10, poz. 9**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 9 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmiennej chorobowo tkance, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 42 - dot. pakietu nr 10, poz. 10**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 10 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia



na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr 10, poz. 11**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 11 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 80mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 44 - dot. pakietu nr 10, poz. 12**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 12 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 100mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 10, poz. 13**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 13 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 100mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 46 - dot. pakietu nr 10, poz. 14**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 14 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego poprzecznie tnącego z nożem o długości linii szwu 40mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 47 - dot. pakietu nr 10, poz. 15**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 15 dopuści uniwersalną jednorazową rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm i 260mm przeznaczoną do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie. Ramię staplera obrotowe 360



stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia? Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 15 dopuści uniwersalną jednorazową rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm i 260mm przeznaczoną do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia?
Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 48 - dot. pakietu nr 10, poz. 16**

Czy Zamawiający w pak. 10 poz. 16 dopuści jednorazowy ładunek z artykulacją 45 stopni "non stop" do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm i 2.0mm, nowy nóż w każdym ładunku. Ładunki kompatybilne z trokarem 12mm. Ładunek zamykający na 2.0mm kompatybilny z trokarem 15mm. Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 49 - dot. pakietu nr 1.1**

1. Dotyczy całości pakietu 1.1: Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wchłaniający wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktidu o podtrzymywaniu tkankowym nie mniejszym niż 50-60% wytrzymałości węzła po 5 dniach od wszczepienia i okresie całkowitego wchłonięcia do 56 dni?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

2. Dotyczy pakietu 1.1, pozycji nr 2: Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 27 mm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 1 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

3. Dotyczy pakietu 1.1, pozycji nr 9: Czy zamawiający dopuszcza igłę ½ koła oraz o długości 17 mm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 1 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 50 - dot. pakietu nr 1.2**

1. Dotyczy całości pakietu 1.2: Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wykonany z poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) podtrzymujący tkankę 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia, wchłaniający się do 180 dni?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

2. Dotyczy pakietu 1.2 pozycji nr 2: Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 65 mm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 4 dotyczącego tego pakietu

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 51 - dot. pakietu nr 2.1**

1. Dotyczy całości pakietu 2.1: Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wykonany z poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) podtrzymujący tkankę 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia, wchłaniający się do 180 dni?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*



2. Dotyczy pakietu 2.1, pozycje 1, 2, 6: Czy Zamawiający dopuści igły bez wzmocnienia? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 6 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakietu 2.1, pozycje 3: czy Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia oraz szew o długości 150 cm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 6 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 52 - dot. pakietu nr 2.2**

1. Dotyczy całości pakietu 2.2: Czy zamawiający dopuści nić jednowłóknową, wchłaniającą, wykonaną z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetyleny, z wytrzymałością węzła 75% po 2 tygodniach i około 40% po 3 tygodniach od zastosowania, wchłaniający się po 90-110 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu 2.2, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści nić o długości 45 cm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 9 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakietu 2.2, pozycja nr 3: czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19 mm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami z pytania nr 9 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy pakietu 2.2, pozycja nr 4: czy Zamawiający dopuści nić o długości 45 cm oraz o rozmiarze 4-0? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 9 dotyczącego tego pakietu. Jeśli Zamawiający nie dopuści, to czy można prosić o wyłączenie pozycji z pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie do pakietu 2.2, pozycja nr 5: czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24 mm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 9 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie do pakietu 2.2, pozycja nr 7: czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, ½ koła oraz nić o długości 75 cm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami z pytania nr 9 dotyczącego tego pakietu. Jeśli Zamawiający nie dopuści, to czy można prosić o wyłączenie pozycji z pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 53 - dot. pakietu nr 2.3**

1. Dotyczy całości pakietu 2.3: Czy Zamawiający wymaga, aby nić była pleciona, powlekana, wchłaniająca, syntetyczna, wykonana z kopolimeru Lactomer będącym syntetycznym poliestrem złożonym z glikolidu i laktydu oraz z powleczeniem wykonanym z mieszaniny kopolimeru kaprolaktonu bądź glikolu oraz stearoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% według USP, 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu 2.3, pozycji nr 2, 5, 8, 12: czy Zamawiający dopuści igłę przyostrzoną? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 15 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakietu 2.3, pozycji nr 10, 15, 21: czy Zamawiający dopuści nić o długości 150 cm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 15 dotyczącego tego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



4. Dotyczy pakietu 2.3, pozycji nr 17: czy Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 15 dotyczącego tego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy pakietu 2.3, pozycji nr 23: czy Zamawiający dopuści igłę przyostrzoną oraz długość szwu 90cm? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 15 dotyczącego tego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy pakietu 2.3, pozycji nr 26, 31: czy Zamawiający dopuści zwykłą, okrągłą igłę? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 15 dotyczącego tego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pakietu 2.3, pozycji nr 34: czy Zamawiający dopuści nić o rozmiarze 5-0? Reszta parametrów bez zmian, lecz zgodnie z wymogami pytania nr 15 dotyczącego tego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 54 - dot. pakietu nr 2.4**

Dotyczy całości pakietu 2.4: czy Zamawiający dopuści szew pleciony, powlekany, syntetyczny, wchłaniający, wykonany z glikolidu i laktidu, z powleczeniem wykonanym z mieszaniny kopolimeru glikolidu i laktidu oraz stearynianu wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym nie mniejszym niż 45% po 5 dniach od zastosowania i całkowitym wchłonięciu po upływie od 40 do 50 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 55 - wzoru umowy**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2, 4:

2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem.**

4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **2%** wartości **brutto** towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od zawiadomienia” na „...od uznania reklamacji”.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 10 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek