

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/2020 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

Pakiet nr 1

Stent szyjny, cewnik balonowy 0,018”

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<p>Stent samorozprężalny szyjny. Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, system dostawczy akceptujący przewodnik 0,014" monorail, długość cewnika dostawczego 135cm, średnica systemu dostawczego 5 oraz 9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna - tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego założenia, całkowicie repozycjonowany, średnice 4-10mm, dł. 30,40,50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie bez markerów.</p>		szt	10	4						

2.	Cewnik balonowy do tętnic podudzia 0,018 Długość cewnika balonowego: 10-220mm. Średnice balonu: 2-10mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,018. RBP: 14atm. Dostępna wersja: OTW i RX. Crossing profile: 0,020``. Pokrycie hydrofilne.		szt	30	8						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 2

Stent szyjny samorozprężalny, balon BTK, introduktor

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stent szyjny samorozprężalny nitinolowy Wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycinany laserowo. Średnica: 5-10mm. Dł. 20, 30, 40mm. System RX 135cm. Średnica kanału wewnętrznego 0,014". Kompatybilny z koszulką max 6F. Małe skracanie stentu podczas implantacji (do 8%). Dobra widoczność systemu w obrazie RTG.		szt	5	2						

2.	Balon BTK Średnica wewnętrzna 0,018" i 0,014". Balony dostępne w wersji RX i OTW. Średnica: 1,25-8mm. Długość: 15-220mm. Profil przejścia 0,93mm. Ciś. robocze: 10-16atm. Śr. koszulki nie większa niż 4F. Długość shaftu: 80, 150cm.		szt	40	10						
3.	Introduktor z koszulką interwencyjną Średnice: 4F-11F. Długość: 11,23,45,55,90cm. Koszulka zakończona markerem widocznym w obrazie RTG, zatrząsk pomiędzy dilatatorem i koszulką, zastawka uszczelniająca silikonowa.		szt	35							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczęcią imienną)

Pakiet nr 3**System neuroprotekcji typu filtr**

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>System neuroprotekcji typu filtr. System neuroprotekcji typu filtr możliwy do stosowania w naczyniach o średnicy 2,5-7,0mm, uniwersalny. Rozmiar o średnicy 4-7mm. Długość systemu 190mm, prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji dla koszulki 6F.</i>		szt	15	3						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 4

Stent samorozprężalny 0,018'', balon do T BTK, balon 0,18''

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stent samorozprężalny kompatybilny z przewodnikiem 0,018. <i>Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: nitinol. Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120. Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. –</i> <i>Over The Wire. Grubość strutów: 140 µm. Szerokość strutów: 85 µm. Skracalność poniżej 2%. Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu. Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic. Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo. Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność. 12 „koron” w jednym segmencie. Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie. Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”.</i>		szt	40	15						
2.	Balon do T BTK <i>Cewniki balonowe na przewodnik 0,014", controlled compliant (podatność 4 – 6 %) . Długość: 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220mm. Średnica: 1,5-4,00mm., Dostępne długości shaftu do 90 , 120 i 150cm. Dwa markery na shaft pozycjonujące balon, kompatybilne z introduktorem 4F, ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm. Shaft proksymalny wzmocniony dla lepszej popychalności.</i>		szt	50	15						
3.	Balon na przewodnik 0,018 <i>Cewniki balonowe współpracujące z przewodnikiem</i>		szt	60	15						

0,018", typu semi compliant (4 – 8% podatności), dostępne długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm., dostępne średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Rodzaj cewnika: Over the Wire, dostępne długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. Cewniki balonowe posiadające 2 markery na systemie dostarczania, oznaczające pozycję balonu, kompatybilne z introducerem 4F i 5F (do 6 mm średnicy i 10 cm długości łącznie). Shaft o wysokiej odporności na załamania i zagięcia, hydrofobowy nie większy niż 3.8F. Ciśnienie nominalne: 6 atm., a RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy.											
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 5

Stent szyjny, system do zamykania naczyń

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Stent szyjny</i> <i>Stent samorozprężalny o dużej sile radialnej. Zapobiega uwalnianiu się materiału zatorowego i embolizacji tętnic mózgowych. Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów</i>		szt	5	2						

<p>nitinolowych. System dostarczania typu Rapid Exchange. Dostępne średnice 5,0 , 6,0 , 7,0 , 8,0 , 9,0 , 10,0mm. Dostępne długości 16,18,20,25,30,40mm. Kompatybilny z koszulką 5F dla wszystkich rozmiarów. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014". Długość systemu dostarczania 143cm.</p>										
<p>System do zamykania naczyń Zamykanie tętnic po wkluciach 5 – 8 F. Zamykacze w 2 rozmiarach: 6 F dla wklucia 5-6 F i 8 F dla wklucia 7-8 F. Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i bichemiczny (kolagen). Zmykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica, szew, kolagen. Wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni. W sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, przewodnik.</p>		szt	30	10						
RAZEM:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”
....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 6
Stentgraft aortalny

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stentgraft aortalny 12-16mm <i>Stentgraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo – chromowy powlekany ePTFE. Średnice: 12-16mm. Długość: 19mm, 29mm, 39mm, 49mm, 59mm (dla średnicy 12mm i 14mm) oraz 19mm, 29mm, 38mm, 48mm, 58mm (dla średnicy 16mm). Kompatybilny z koszulką 9F (średnica 12mm) i 11F (średnica 14mm i 16mm). Długość shaftu 75cm i 120cm</i>		szt	5	2						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 7
Rękawice medyczne

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Rękawice medyczne ochronne j/u nitrylowe (niepudrowe,niesterylne, oburęczne) rozm. S,M,L,XL (op.100 sztuk)		op	8000						
RAZEM:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)