



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/91/2020

Sanok, 23.09.2020 r.

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/26/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch analogowych aparatów rentgenowskich wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG SPZOZ w Sanoku w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

Udzielam WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW:

Pytanie nr 1: Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 1 – L.p. 3

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG, w którym stół, stojak płucny oraz kolumna zawieszenia lampy zostały wyprodukowane przez jednego producenta, natomiast generator pochodzi od innego renomowanego producenta i jest w pełni zintegrowany z aparatem na etapie produkcji co zapewnia pełną kompatybilność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 1 – L.p. 9

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem o maksymalnym prądzie ekspozycji wynoszącym 630 mA? Różnica jest minimalna i nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 1 – L.p. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem o minimalnym obciążeniu prądowo-czasowym wynoszącym 0,5 mAs? Różnica jest minimalna i nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 1 – L.p. 56

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stojakiem do zdjęć odległościowych o maksymalnej odległości środka panelu od podłoża wynoszącej 183 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 2 – L.p. 4

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG, w którym stół, stojak płucny oraz kolumna zawieszenia lampy zostały wyprodukowane przez jednego producenta, natomiast generator pochodzi od innego renomowanego producenta i jest w pełni zintegrowany z aparatem na etapie produkcji co zapewnia pełną kompatybilność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 2 – L.p. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem o maksymalnym prądzie ekspozycji wynoszącym 630 mA? Różnica jest minimalna i nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 2 – L.p. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem o minimalnym obciążeniu prądowo-czasowym wynoszącym 0,5 mAs? Różnica jest minimalna i nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – aparat nr 2 – L.p. 57

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stojakiem do zdjęć odległościowych o maksymalnej odległości środka panelu od podłoża wynoszącej 183 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Aparat 1 punkt 57 oraz Aparat 2 pkt 58.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego lub obu urządzeń bez opisanej w wyżej wymienionych punktach funkcjonalności pochylenia pulpitu?

Uzasadnienie:

Prosimy dopuszczenie aparatu bez uchylnego pulpitu Bucky gdyż:

1. W przypadku urządzenia z kolumną podłogową, wykonywanie ekspozycji promieniem pionowym na stojaku do zdjęć płucnych jest niemożliwe.



2. W praktyce klinicznej wykonywanie zdjęć promieniem skośnym na stojaku do zdjęć płuc przy pomocy aparatu z kolumną podłogową wykorzystywane jest sporadycznie i może być swobodnie zastąpione ekspozycją poza pulpitem Bucky.
3. Funkcjonalność jest opcją dodatkową o wysokim koszcie zakupu w każdym systemie RTG, co może niepotrzebnie niekorzystnie wpłynąć na cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Aparat 1 punkt 56 oraz Aparat 2 pkt 57.

W przypadku, gdy zamawiający nie zrezygnuje z funkcjonalności pochylania pulpitu, prosimy o dopuszczenie stojaka do zdjęć odległościowych, którego maksymalna odległość środka panelu od podłoża wynosi 177,8 cm.

Uzasadnienie: Budowa uchylnego panelu stojaka do zdjęć płuc narzuca ograniczenia konstrukcyjne, które powodują brak możliwości uniesienia pulpitu powyżej wysokości 177,8 cm. Wysokość ta nie wpływa na możliwości diagnostyczne urządzenia, a może wpłynąć jedynie na wygodę podczas wykonywania zdjęć zatok pacjentów o wzroście powyżej 185 cm. W takim przypadku zdjęcia czaszki muszą zostać wykonane podczas gdy pacjent siedzi, a nie stoi przed stojakiem, co nie wydaje się stanowić dużej uciążliwości zarówno dla obsługi, jak i dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Aparat 1 oraz Aparat 2.

Czy zamawiający planuje w przyszłości upgrade zakupionych aparatów do pracy w systemie w pełni cyfrowym (DR) z wykorzystaniem detektorów?

Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Możliwość upgrade'u aparatu do systemu w pełni cyfrowego (DR) poprzez wymianę konsoli sterującej generatora na konsolę systemu DR integrującą obsługę generatora z obsługą stacji akwizycyjnej w ramach jednego urządzenia. Nie dopuszcza się zaoferowania upgrade'u typu retrofit, gdzie oddzielna konsola steruje generaorem, a oddzielna stacją akwizycyjną systemu DR.

Opcja dostępna na dzień składania ofert. Należy dołączyć oświadczenie producenta lub jego oficjalnego przedstawicielstwa w Polsce.”

Uzasadnienie: Proponowany zapis zabezpiecza Zamawiającego przed zakupem urządzenia przestarzałego technicznie, które nie jest przystosowane do pracy w systemie w pełni cyfrowym (DR) z jedną konsolą do akwizycji danych i zmiany parametrów ekspozycji.

Upgrade'y typu retrofit mają szereg mankamentów, które utrudniają pracę techników i powodują błędy w diagnostyce lub przypisaniu badania do odpowiedniego pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 12 Dot. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pkt X. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia?

Uzasadnienie: Prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia ze względu na jego złożoność logistyczną. Data 10 grudnia 2020 jest oddalona od daty składania ofert o niewiele ponad 10 tygodni, więc zachodzi uzasadniona obawa, że przypadku przedłużającej się procedury przetargowej, Wykonawca może być zmuszony do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie krótszym niż 8 tygodni od daty podpisania umowy. Należy podkreślić, że Zamawiający wymaga, aby prace budowlane i instalacyjne przebiegały w taki sposób, aby diagnostyka RTG nie została przerwana, co rodzi szereg negatywnych konsekwencji (wykonywanie tych samych prac w dwóch etapach, dwa odbiory WSSE, etc.) wpływających na czas realizacji zadania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 W Załączniku Nr 2 do SIWZ - dotyczącym zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych aparatu 1 w pkt. 53 oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/26/2020 dotyczącym zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych aparatu 2 w pkt. 54 jest wymagany „Dodatkowy pozycjoner dedykowany do wykonywania ekspozycji wg. Merchanta”. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga jednej czy dwóch sztuk pozycjonera ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednej sztuk pozycjonera w aparacie analogowym rentgenowski nr.2 /wraz z wyposażeniem/.

Pytanie nr 14 Załącznik nr 2 do SIWZ zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych aparat 2

Pkt 3 „Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego sprzętu - TAK, załączyć”
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego sprzętu zgodnie z opisem parametru Pkt 61 należy dostarczyć po wykonaniu instalacji sprzętu.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza należy dostarczyć po wykonaniu instalacji sprzętu

**Zamawiający dokonuje zmiany - poprawy załączników nr 2 do SIWZ w tym dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia.
Nowe załączniki zostają umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie m.in w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem


DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek

