

FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 2 SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2020

Odczynniki i materiały kontrolne wraz z dzierżawa analizatorów serwisowanie aparatów wraz z komputerem, drukarką, UPS i oprogramowaniem

Lp	Nazwa towaru	j.m.	Ilość opak na okres 36 miesięcy	Cena Jednost Netto	Cena Jednostk Brutto	Wartość netto		Stawka VAT	Wartość brutto		Producent
						Za 12 miesięcy	Za 36 miesięcy		Za 12 m-cy	Za 36 m-cy	
1	Odczynniki i materiały kontrolne do analizatorów hematologicznych potrzebne do wykonania 150 000 badań <i>(należy rozszerzyć tabelę zgodnie z potrzebą tj. ilością i asortymentem)</i>										
Razem - 36 miesięcy											

Czynsz za dzierżawę 2 szt. analizatorów wraz z 2 zestawami komputerowymi, z drukarkami, UPS i oprogramowaniem
 za 1 miesiąc cena netto.....cena brutto.....(stawka podatku)
 za 12 miesięcy cena netto.....cena brutto.....(stawka podatku)
 za 36 miesięcy cena netto.....cena brutto.....(stawka podatku)

(Cena oferty = cena brutto za odczynniki i kontrole za 36 miesięcy+ czynsz dzierżawny brutto za 36 miesięcy) **CENA OFERTY=**zł brutto

....., DNIA

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

OPIS przedmiotu – Warunki wymagane	Oferujemy:	
	Należy wpisać odpowiednio TAK/ NIE	Należy opisać/ określić szczegółowo przedmiot oferty
1. dwa w pełni automatyczne analizatory hematologiczne z rozdziałem leukocytów na 5 populacji oznaczające min. 24 raportowanie parametry morfologii krwi obwodowej pracujące w oparciu o te same odczynniki i krew kontrolną w tych samych trybach pracy.		Nazwa analizatoratyp/ model rok produkcjirok wprowadzenia do produkcji modelu/..... typu.....producent..... inne.....
2. Minimalna wydajność analizatorów: 60 oznaczeń na godz. w trybie CBC i CBC+5DIFF		Komputer./ drukarka/ UPS/ oprogramowanie.....
3. maksymalna objętość pobieranego materiału: 30ul w trybie CBC=5DIFF		
4. rozdział WBC na 5 populacji w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z laserem półprzewodnikowym		
5. Minimalne liniowości dla wybranych parametrów: WBC do min 400000/ul, RBC do min 8mln/ul, PLT do min. 4mln/ul (dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia)		
6. Analizatory posiadające osobny tryb dla próbek leukopenicznych – z wydłużonym czasem zliczania leukocytów		

OPIS przedmiotu – Warunki wymagane	Oferujemy:	
	Należy wpisać odpowiednio TAK/ NIE	Należy opisać/ określić szczegółowo przedmiot oferty
7. Jeden analizator posiadający osobny tryb dla oznaczania płynów z jam ciała (bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników) z możliwością raportowania wyniku do systemu komputerowego.		
8. Jeden z analizatorów posiadający możliwość oznaczania retikulocytów wraz z podziałem w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg.		
9. Jeden z analizatorów posiadający możliwość oznaczania płytek metodą optyczną z możliwością raportowania wyniku do systemu komputerowego.		
10. Hematokryt oznaczany a nie wyliczany.		
11. Osobny kanał do oznaczania hemoglobiny-minimalizujący interferencje.		
12. Wyniki prezentowane na monitorze będącym wyposażeniem analizatora.		
13. UPS, czytnik kodów kreskowych, drukarka w wyposażeniu każdego analizatora.		
14. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich raportowanych parametrów (w tym RET)		
15. Możliwość wpięcia do kontroli międzynarodowej producenta analizatora prowadzonej on-line przez internet w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.		
16. Minimum raz w roku kontrola płynów z jam ciała.		
17. W cenie bezpłatne wpięcie analizatorów do systemu Asseco zamiennie za obecne stojące analizatory hematologiczne raz w roku kontrola Labquality: morfologia+5DOFF+retikulocyt szkolenie z obsługi i interpretacji wyników, rocznie: dwa bezpłatne tonery do drukarek będących wyposażeniem analizatora.		
18. Kontrola na minimum dwóch poziomach dziennie, policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu		
19. Wymiary analizatora nie większe niż 500x500mm		
20. Odczynniki na 144000 morfologii CBC+5DIFF i 6000 CBC+5DIFF+RET/ 3 lata		
2. Dzierżawiony analizator jest na gwarancji przez cały czas trwania umowy (36 miesięcy)		
3. W razie realizowania opcji odkupu wydzierżawionego przez wykonawcę analizatora Wykonawca zobowiązuje się do pomniejszenia ceny o okres dzierżawy		

....., DNIA

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)