



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych
38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290
e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345
Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/274/2020

Sanok, 22-10-2020r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/34/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – uzupełnienie dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY wzoru i przedmiotu zamówienia

*** Pytanie nr 1 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 2 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 3 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 4 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 5 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 6 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 7 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 8 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedyicznymi.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*

*** Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania fartuchy medyczne z flizeliny nie-sterylne, kolor zielony lub niebieski, z długim rękawem, wiązany z tyłu na troki, gramatura min. 18g/m², mankiet ściągany gumką, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 5, poz. 1,2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, w pozycji nr 1, 2 wymaga zaoferowania pojemników o podstawie w kształcie koła?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga.*

*** Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 5, poz. 1,2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, w pozycji nr 1, 2 wymaga zaoferowania pojemników o dostępnych w kolorze czerwonym i żółtym w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 5, poz. 1,2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, w pozycji nr 1, 2 wymaga zaoferowania pojemników z pokrywą posiadającą w swojej budowie otwór wrzutowy?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników zamkniętych hermetycznie.*

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowo-polipropylenowej (PP+PE) o grubości min. 18 µm, ściągane pojedynczą mocną gumką obszytą ultradźwiękowo, spełniające normę EN 14126 o wymiarach 48 cmx 33 cmx 11 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści ofertę na same kombinezony, bez ochraniaczy na obuwie?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści kombinezony bez klejonych szwów, bez typu 5 i 6 ale za to spełniające wymogi dla typu 4 odzieży ochronnej kat III (wyższa i skuteczniejsza ochrona niż typ 5 i 6)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.*



*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wyłącznie w kolorze niebieskim, w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor niebieski natomiast nie dopuszcza rozmiaru uniwersalnego.

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści komplety wyłącznie w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m² + 38g/m² + 25g/m²), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 1**

Czy jest możliwość złożenia oferty częściowej do zadania?

Mamy tylko 5000 kombinezonów i niestety nie mamy ochraniaczy.

Według mnie w tym zadaniu jest błędna jednostka miary dla ochraniaczy tj sztuka zamiast para. Skoro jest 9000 kombinezonów to i 9000 sztuk ochraniaczy nie wystarczy do skompletowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty częściowej do zadania.

Podano błędną jednostkę miary.

JEST – 9000 sztuk

MA BYĆ – 9000 par

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 + A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 + AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63g/m², wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane. Szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą. Wymiary: wysokość 48 cm, długość 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty ściągane pojedynczą gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 1, pozycja 2**

a) Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 1, 2

b) Czy Zamawiający dopuści półmaski filtrujące z zaworem wydechowym zapobiegającym gromadzeniu się wilgoci oraz ułatwiający oddychanie, mocowane na gumki, bez zapinki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.



*** Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w kolorze zielonym i rozmiarach L, XL?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maska medyczną wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 6, pozycja 1**

W związku z pojawieniem się na rynku masek, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej raportu z badań na zgodność normą PN- EN 14683:2019 + AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań, przeprowadzonych przez jednostkę niezależną posiadającą akredytację na badania na zgodność z tą normą? Żądanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN14683:2019 +AC:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewni dbałość o ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazując typy masek oraz definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co z tym związane obszary stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające wymagania normatywne.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem SIWZ.

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 - dot. zapisów SIWZ**

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



*** Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych kombinezonów?
Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III w rozmiarze XL

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z taśmą klejącą, elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, kolor biały. bez ochraniaczy na obuwiu. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

Poziomy wydajności

EN 14605

Typ 4

Działanie ochronne przed rozpyleniem

EN ISO 13982-1

Typ 5

Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu

EN 13034

Typ 6

Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005

+A1:2009, EN 1149-5:2008 EN 14325:2004. Pakowany pojedynczo. Oznaczenie CE na opakowaniu. Posiada certyfikat badania typu UE. Zgodność z normą 14126 potwierdzona w Deklaracji zgodności

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.

*** Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu wykonanych z mocnej i wytrzymałej folii CPE o grubości 30 mikronów, ściąganych pojedynczą gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 40x15cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 34 - dot. pakietu nr 1 poz. 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w j.m albo ilości sztuk ochraniaczy na obuwiu. Zamawiający wymaga zaoferowania w pierwszej pozycji 9000 szt. kombinezonów, a w pozycji nr 2 tylko 9 000 sztuk ochraniaczy na obuwiu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w pakiecie nr 1, poz. 2 należy zaoferować 9000par.

*** Pytanie nr 35 - dot. pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej wyroblem medycznym (8% VAT), technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE $\geq 98\%$ (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3). Oznaczenie CE potwierdzone w dokumentacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



*** Pytanie nr 36 - dot. pakietu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o właściwościach opisanych poniżej:

Pięciowarstwowa struktura filtrująca

Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny

Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę

Bez zaworu oddechowego


Elastyczna i miękka opaska na głowę

Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.

Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji

Kolor: biały

Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar



Materiały: Włóknina polipropylenowa

Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009

Klasa ochronna: FFP3

Wydajność filtracji: $\geq 99\%$

Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425.

Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 37 - dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów niesterylnych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² kolor niebieski, rękaw długi zakończony nieuciskającą gumką, przy szyi i w pasie wiązany na troki, rozmiar uniwersalny 115 x 137cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 38 - dot. pakietu nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań operacyjnych tylko w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 39 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej wykonanej z trzech warstw niepylących włókien polipropylenowych (25g/m² + 25g/m² + 25g/m²), wymiary 9,5 x 17,5cm, długość gumek 17,5cm, długość sztywnika 11cm, zgodna z normą 14683 typ IIR poziom filtracji bakterii 99,9%, ciśnienie różnicowe $\leq 33,4$ kPa (potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 40 - dot. pakietu nr 3**

a) Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

c) Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiaru L: o długości ok. 127 cm, szerokości ok. 160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

d) Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 41 - dot. pakietu nr 6**

a) Czy zamawiający dopuści maseczki wykonane z trzech warstw: 2 x włókniny polipropylenowej (25 g/m²) oraz 1 x warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



*** Pytanie nr 42 - dot. pakietu nr 3, poz. 1**

Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarze uniwersalnym wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m² w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji kompletów chirurgicznych (bluza + spodnie), wykonanych z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o lepszej gramaturze 45g/m². Rozmiary S, M, L, XL, XXL. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 44 - dot. pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji kompletów chirurgicznych (bluza + spodnie), wykonanych z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o lepszej gramaturze 45g/m². Rozmiary S, M, L, XL, XXL. **Kolor niebieski. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 45 - dot. wzoru umowy:**

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści:
„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 46 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o obniżenie przewidzianych projektem umowy kar umownych do wysokości odpowiednio:

- a) 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego w § 4 ust. 1 pkt 2)
- b) 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił w § 4 ust. 1 pkt 3)
- c) 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto w § 4 ust. 1 pkt 4)

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5



Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 47 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o wykreślenie z treści § 3 ust. 8 uprawnienia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r¹ ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują ustawa o Covid z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

*** Pytanie nr 48 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 49 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 lit. b) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie

z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy], stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



*** Pytanie nr 50 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 projektu umowy akapit *in fine* poprzez nadanie m następującej treści: „Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen przedstawić Zamawiającemu pisemne uzasadnienie nowych cen, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych treścią Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 51 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o dookreślenie pojęcia „rażąco wysokich wzrostów cen” zgodnie z § 7 ust. 4 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIS. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki *Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze* wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 52 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o dodanie do § 7 projektu umowy ust.5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 53 - dot. wzoru umowy**

Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie

i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo.

W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 54 - dot. wzoru umowy**

Pytanie dotyczące zmiany cen:

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 55 - dot. pakietu nr 1- Kombinezon ochronny**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 56 - dot. pakietu nr 1 – KOMBINEZON OCHRONNY**

Czy Zamawiający Ze względu na epidemię wirusa SARS-COV-2 wymaga potwierdzenia:
- Odporności na penetrację przez patogeny przenoszone przez krew – ISO 16604 – Klasa 6

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 57 - dot. pakietu nr 1 – KOMBINEZON OCHRONNY**

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu o gramaturze . Min 63 gr ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.

*** Pytanie nr 58 - dot. pakietu nr 1 – KOMBINEZON OCHRONNY**

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniać wymogi EN 14126 według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 6
- odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 6
- odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 3
- odporność na przenikanie skażonych cząsteczek stałych – klasa 3

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.

*** Pytanie nr 59 - dot. pakietu nr 1 – KOMBINEZON OCHRONNY**

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu odpornego na przekłucie wg EN 863 przynajmniej 11 N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.



*** Pytanie nr 60 - dot. pakietu nr 1 – KOMBINEZON OCHRONNY**

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu posiadającego wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75 N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.

*** Pytanie nr 61 - dot. pakietu nr 3- FARTUCHY MEDYCZNE**

Wnioskujemy o dopuszczenie fartuchów, które są środkiem ochrony indywidualnej kat I. Oczekiwane przez Państwa fartuchy nie mieszczą się w definicji wyrobu medycznego. Rozumiemy, że nie oczekują Państwo fartuchów zgodnych z normą EN 13795-1, czyli fartuchów wykonanych minimum z SMS 35g. Wniosek motywujemy aktualnymi wytycznymi Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych w URPLMiPB. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem URPLMiPB opierającym się na wykładni poradnika zamieszczonego na stronach Komisji Europejskiej MANUAL ON BORDERLINE AND CLASSIFICATION IN THE COMMUNITY REGULATORY FRAMEWORK FOR MEDICAL DEVICES Version 1.22 (05-2019) podaną na str. 15-16 przeznaczenie produktu - do kontroli otoczenia (control of environment) nie mieści się w definicji wyrobu medycznego. Ww. poradnik wyraźnie wskazuje, że ochrona pacjenta przed potencjalnie zakaźnymi czynnikami może być rozważana jako przewidziane zastosowanie jedynie dla takiego wyrobu medycznego, dla którego określono szczegółowe warunki i miejsce jego stosowania. To znaczy – w pomieszczeniach wymagających zachowania szczególnej czystości mikrobiologicznej – takich jak sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, czy w opiece nad pacjentami o obniżonej odporności. Ogólnie rozumiana przestrzeń szpitala jako miejsce przebywania pacjentów, personelu i osób odwiedzających wykracza daleko poza tak zakreślony obszar. Dla wyrobów medycznych niezbędne jest wykazanie ich skuteczności w przewidzianym zastosowaniu. Temu celowi służą m.in. normy zharmonizowane EN 13795-1 i EN-13795-2 podające stosowne metodyki badawcze, które w sposób obiektywny pozwalają ustalić skuteczność fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych.

W celu zapobieżenia przeniesieniu na pacjenta patogenów z osoby noszącej fartuch chirurgiczny lub odzież dla bloku operacyjnego niezbędne jest dostarczenie ich użytkownikowi z zachowaniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. Zgodnie z ww. normami odzież taka powinna być albo wysterylizowana przed użyciem, przy czym wytwórca powinien określić w oznakowaniu lub instrukcji używania zalecaną metodę sterylizacji (pkt 6.2.2 normy EN 13795-1), albo dostarczona sterylna.

Podsumowując aktualne wytyczne Urzędu Rejestracji (pomimo od lat funkcjonujących na rynku europejskim fartuchów medycznych, fartuchów wizytacyjnych, fartuchów izolacyjnych itp. jako wyroby medyczne) fartuchami, które można uznać za wyrób medyczny są fartuchy zgodne z normą EN 13795, sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania wyłącznie przez personel medyczny w pomieszczeniach wymagających zachowania szczególnej czystości mikrobiologicznej – takich jak sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, czy w opiece nad pacjentami o obniżonej odporności. Dodatkowo Urząd Rejestracji wydał komunikat, który może dotyczyć także od lat funkcjonujących na polskim rynku fartuchów uznawanych za wyrób medyczny, iż w granicach swoich kompetencji ogranicza wprowadzanie do obrotu produkty co do których istnieją wątpliwości, że są wyrobami medycznymi, przykładowo przez priorytetowe rozpatrywanie spraw związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w szczególności produktów będących środkami ochrony indywidualnej.

Komunikat urzędu:

<http://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-2-wrze%C5%9Bnia-2020-r-w-sprawie-statusu-wyrob%C3%B3w-dla-kt%C3%B3rych-dokonano>

Dodatkowo Światowa Organizacja Zdrowia traktuje fartuchy jako środek ochrony indywidualnej.

<https://www.mp.pl/covid19/ochrona/230881.wskazowki-swiatowej-organizacji-zdrowia-dotyczace-racjonalnego-uzywania-srodkow-ochrony-indywidualnej-przed-covid-19>

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 - dot. pakietu nr 3 - FARTUCHY MEDYCZNE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rękawem zakończonym nieuciskającą gumką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 63 - dot. pakietu nr 3- FARTUCHY MEDYCZNE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



*** Pytanie nr 64 - dot. pakietu nr 3 - FARTUCHY MEDYCZNE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w rozmiarze L – XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 65 - dot. pakietu nr 6 - MASKA MEDYCZNA**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski medycznej posiadającej Ciśnienie różnicowe mniejsze niż 40 Cfu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 66 - dot. pakietu nr 1, poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie kombinezonu kategorii III klasa 3,4. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.

2. Prosimy o dopuszczenie: Kombinezon ochronny dla personelu medycznego pracującego na oddziałach szpitalnych z chorymi COVID19. Wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen), kolor biały. Kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty patką - kombinezon kategorii III klasa 5/6, EN 14126.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezony o wyższej klasie.

*** Pytanie nr 67 - dot. pakietu nr 2, poz. 1,2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z gumkami elastycznymi bardzo dobrze dopasowującymi się do rozmiaru głowy bez regulacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski z gumkami dobrze dopasowującymi się do rozmiaru głowy.

*** Pytanie nr 68 - dot. pakietu nr 2, pozycja 1-2:**

Czy Zamawiający dopuści półmaski dwupanelowe składane?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

*** Pytanie nr 69 - dot. pakietu nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści półmaskę bez pianki polietylenowej w okolicy nosa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

*** Pytanie nr 70 - dot. pakietu nr 2, poz. 2**

Czy oczekuje półmasek zgodnych z normą EN14683 umożliwiające zastosowanie w środowisku medycznych (stawka VAT 8%)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

*** Pytanie nr 71 - dot. umowy**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują ustawa o Covid z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

*** Pytanie nr 72 - dot. umowy**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że

zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w związku z powyższym.

*** Pytanie nr 73 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 5 do SIWZ w treści § 4 wzoru umowy, pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują ustawa o Covid z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

*** Pytanie nr 74 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 5 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 7 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, natomiast strony umowy obowiązują ustawa o Covid z dnia 31-03-2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

*** Pytanie nr 75 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie wykazu dostaw wraz z referencjami w zakresie innego asortymentu niż maseczki? Jesteśmy firmą z 30-letnim doświadczeniem na rynku medycznym w zakresie sprzedaży środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu endoskopowego, dlatego też możemy przedstawić Zamawiającemu referencje w zakresie np. dostawy środków dezynfekcyjnych o wartości w przedziale 40 tys. do 200 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 76 - dot. SIWZ**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii, wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 77 - dot. pakietu nr 6 poz 1**

Czy Zamawiający dopuści maseczki z ciśnieniem różnicowym 25,52 Pa/cm² i filtracją bakteryjną >99%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



** Pytanie nr 78 - dot. pakietu nr 6 poz 1*

Czy Zamawiający dopuści maseczki spełniające normę PN-EN 14 683:2019 wykonane z trzech warstw niepyłającej włókniny: warstwa zewnętrzna Spound 23g/m², warstwa filtrująca Meltblow – 25g/m², warstwa wewnętrzna Spound – 15g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku

mgr Grzegorz Pańek