



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/335/2020

Sanok, 27-11-2020r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/36/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY wzoru i przedmiotu zamówienia

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników od AMERYKAŃSKIEGO PRODUCENTA typu Fogarty'ego w rozmiarach 2 oraz 3F i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Pomyłka w pakiecie. Ma być rozmiar 3-10F.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu 2 i utworzy z niego oddzielny Pakiet? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 10 L.p 3 :**

Czy Zamawiający w pakiecie 10 , Lp 3 dopuści możliwość zaoferowania elektrody kulkowej - kulki o średnicy 3mm lub 5mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 5mm.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 20, poz. 2:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej igły do ostrzykiwań o śr. 0,7 mm oraz średnicy całkowitej narzędzia 2.3 mm ? Pozostałe parametry w 100 % zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 - dot. warunków umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 1 nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy, o ile zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 6 - dot. warunków umowy § 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w terminie (max 6 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 7 - dot. warunków umowy § 5 ust. 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 8 - dot. warunków umowy § 4 ust. 1.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 9 - dot. warunków umowy § 4 ust. 1.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 10 - dot. warunków umowy § 4 ust. 1.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 7%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 11 - dot. warunków umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru przekraczającego 5 dni, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, jak również zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 12 - dot. warunków umowy § 4 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 13 - dot. warunków umowy § 4 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 14 - dot. warunków umowy § 4 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 15 - dot. warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 16 - dot. warunków umowy § 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 20**

Czy zamawiający dopuści w

Poz. 1 Rozwarcie kleszczy 6,7. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2 śr. 0,7mm dł 5 mm j/u 2,3 x2300. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową złożoną z 3 części:

- górna osłona na aparaturę w rozmiarze 100cm x 160cm,
- dolna osłona na aparaturę w rozmiarze 80 cm x 150cm,
- 2 taśmy do mocowania samoprzylepne 3cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową złożoną z 3 części:

- górna osłona na aparaturę w rozmiarze 100cm x 160cm,
- dolna osłona na aparaturę w rozmiarze 80 cm x 150cm,
- 2 taśmy do mocowania samoprzylepne 3cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestawy flizelinowe w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



*** Pytanie nr 24 - dot. pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści udźwig terapeutyczny materaca 145 kg, natomiast wytrzymałość mechaniczną znacznie większą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 25 - dot. pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulacją ciśnienia w zakresie 50-100 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 26 - dot. pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści skuteczniejszą terapię przeciwodleżynową, gdzie czas trwania pełnego cyklu trwa 6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści pompę, która nie wymaga zastosowania dodatkowego zewnętrznego filtra antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści elastyczny półprzepuszczalny pokrowiec bez miejsca na sporni materac gąbkowy i umożliwi zastosowanie tradycyjnego rozwiązania w postaci materaca przeciwodleżynowego kładzionego bezpośrednio na materac piankowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści wysokość materaca 11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 - dot. pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec odporny na temperaturę do 95 stopni C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

SPROSTOWANIE

dot. SIWZ . Cz. X. Termin wykonania zamówienia

JEST

Termin realizacji zamówienia wymagany:

Pakiet nr 1-20 – 24 miesiące licząc od daty udzielenia zamówienia – zawarcia umowy

Pakiet nr 1-20 – 24 miesiące licząc od daty udzielenia zamówienia – zawarcia umowy



M A B Y Ć

Termin realizacji zamówienia wymagany:

Pakiet nr 1-20 – 24 miesiące licząc od daty udzielenia zamówienia – zawarcia umowy

Pakiet nr 21 – do 21 dni od daty zawarcia umowy

Z poważaniem


D Y R E K T O R
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek