



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/24/2021

Sanok, 29 styczeń 2021r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/48/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – uzupełnienie dla SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 2 – Maski filtrujące ochronne FFP2, FFP3 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści maski FFP2 NR, maska oraz gumki w kolorze białym, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły)

- klasa filtrowania 94% (FFP2) cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 µm. zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009
- zakrywająca usta i nos
- 5 warstwowa
- ściśle przylegająca do twarzy
- posiadająca zacisk nosowy dla doszczelnienia półmasksi w obrębie nosa
- dopasowana do kształtu twarzy uniemożliwiająca odstawanie od skóry
- Maski oznakowana nr modelu, typem maski, znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, nazwą producenta oraz nr spełnionej normy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 2 –Maski filtrujące ochronne FFP2, FFP3 pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści maski FFP3 NR, maska oraz gumki w kolorze białym, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły)

- klasa filtrowania 99% (FFP3) cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 µm. zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009
- zakrywająca usta i nos
- 5 warstwowa
- ściśle przylegająca do twarzy
- posiadająca zacisk nosowy dla doszczelnienia półmasksi w obrębie nosa
- dopasowana do kształtu twarzy uniemożliwiająca odstawanie od skóry
- Maski oznakowana nr modelu, typem maski, znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, nazwą producenta oraz nr spełnionej normy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 3 – Ochraniacze na buty wysokie**

Czy zamawiający wymaga, aby buty ochronne były zgodne z normą EN 14126:2003?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 3 – Ochraniacze na buty wysokie**

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty zgodne z normą EN 14126:2003 Typ PB 6-B, EN 1149-1, EN ISO 13688:2013, EN13034:2005/A1:2009 wykonane z tkaniny typu Tyvec, wykończone gumką dodatkowo wiązane na troki, wysokość minimum 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dopuszcza ochraniacze z folii.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 5 – Ubranie operacyjne**

Czy zamawiający dopuści ubrania operacyjne wyłącznie w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolor zielony lub niebieski.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 6 – Maski chirurgiczne 3-warstwowe**

Czy zamawiający dopuści Maskę chirurgiczną maskę medyczną wykonaną z trzech warstw, niepyłającej włókniny (20g/m² + 25g/m² + 25g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm/ +/-0,5cm. Długość gumek 16 cm +/- 1cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie ok.10cm. Zgodna z normą 14683 typ II – poziom filtracji bakterii powyżej 98%, ciśnienie różnicowe poniżej 40Pa ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów włókninowych, polipropylen o gramaturze min. 25 g/m kw. kolor niebieski, rozmiary L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 5**

Prosimy o doprecyzowanie jednostki miary, czy Zamawiający ma na myśli pary czy jednak sztuki / komplety?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli komplet tj. bluza + spodnie.

*** Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek FFP2 i FFP3 spełniających wymaganą normę. Maski typu NR zamiast NR D.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osobno filtr do spirometrii, a osobno ustnik jako pozycje nr 2 w pak 16 i dopisze liniijkę na tą pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany sprzęt tj. ustnik oraz filtr są ze sobą kompatybilne oraz kompatybilne z posiadanym spirometrem Lungotest 1000 f.Mes. Zamawiający wymaga 1szt celem potwierdzenia zgodnie z opisem.

*** Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 13**

Prosimy o doprecyzowanie, z jakim respiratorem mają być kompatybilne układy w niniejszym Pakiecie.

Odpowiedź: Układy w pakiecie nr 13 mają być kompatybilne z respiratorem Trilogy202, Trilogy EVO, OSIRIS – transportowy – układ zastawkowy

*** Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wyłącznie w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (zielony lub niebieski do wyboru).

*** Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 20g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 4, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ubrania wyłącznie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolor zielony lub niebieski.

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ubrania w rozmiarach S-2XL

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 15**

Proszę o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Ma być sterylna osłona na głowicę USG rozmiar 18x120cm – 800szt

MA BYĆ

Pakiet nr 15

Lp	Nazwa	Producent / Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto
1	Sterylna osłona na głowicę USG rozm. 18x120cm		szt.	800	

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pojemności wymaganej strzykawki do gazometrii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1-3ml (do 3ml).

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do gazometrii była sterylna, indywidualnie pakowana w blistry papier-folia?

Odpowiedź: Tak – sterylna.

*** Pytanie nr 22 - dot. zapisów umowy § 4**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 23 - dot. zapisów umowy § 6 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 24 - dot. dokumenty edytowalne**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami, które mają wypełnić Wykonawcy, w formie edytowalnej na stronie internetowej lub przesłanie na adres mailowy.

Odpowiedź: Wysłano

*** Pytanie nr 25 - dot. zapisów SIWZ (pakiet nr 6)**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia certyfikatu CE. Zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/EWG dla produktów klasy I nie wystawia się certyfikatów CE, dokumentem potwierdzającym zgodność asortymentu z dyrektywą jest deklaracja zgodności.

Odpowiedź: TAK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*** Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej maski?

Maska chirurgiczna Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm/ +/- 0,5cm. Długość gumek min. 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 11cm. Zgodna z normą 14683 tym IIR – poziom filtracji bakterii 99,9%, ciśnienie różnicowe ≤33,4Pa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 5 poz. 1**

Czy można zaoferować ubrania w kolorze zielonym dostępne w rozmiarach S, M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 2, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści półmaskę 2-panelową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 2, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści półmaskę 2-panelową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr 5 – pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL – pozostały opis zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 31 - dot. pakietu nr 6 – pozycja nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski medycznej wykonanej z trzech warstw niepylającej włókniny (25□5 g/m², 25□5 g/m², 25□5 g/m²)? Wymiary maski 17,5 x 9,5 cm. Wymiar gumek 17,5□0,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5 □0,5 cm. Zgodna z normą 14683 tym II – poziom filtracji bakterii ≥ 98%, ciśnienie różnicowe < 40 Pa/cm².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 32 - dot. wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej w § 4 pkt. 2 i 4 do wysokości 1%. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę określenia opóźnienia na zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 14, poz. 2**

Prosimy o rozwinięcie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 14 pozycja 2, obecny opis nie pozwala na poprawną weryfikację produktu.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis w poz. 2

MA BYĆ

Pakiet nr 14 – Zestaw – sprzęt do ciągłych technik nerkozastępczych kompatybilny z aparatem typu Prismax

Lp	Nazwa	Producent / Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto
1	Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5m ² , zestaw linii tętniczo-żylniej, worek ściekowy, dren do heparyny.		szt.	48	
2	Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5m ² , pozwalający na równoczesne usuwanie cytokin i endotoksyn: zestaw linii tętniczo-żylniej, worek ściekowy 5l, dren do heparyny.		szt	4	
3	Worek odpływowy 9l z dolnym odpływem,		szt	150	
4	Linia do podaży wapnia		szt	150	

*** Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

*** Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

*** Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*

*** Pytanie nr 37**

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*

*** Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje aby dostawca rozładował towar na rampę magazynu.*

*** Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: *Za dostawę towaru do magazynu odpowiada dostawca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*

*** Pytanie nr 40**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne** chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*

*** Pytanie nr 41**

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*

*** Pytanie nr 42**

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby towar był dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

*** Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr 1 - Kombinezon ochronny.**

Czy Zamawiający dopuści - Kombinezon ochronny dla personelu medycznego pracującego na oddziałach szpitalnych z chorymi COVID 19, wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen), kolor biały z białym oklejeniem szwów. Kaptur z elastycznym wykończeniem, gumką z tyłu w pasie , w nadgarstkach i kostkach , zamek zakryty samoprzylepną patką - kombinezon kategorii III , klasa 5/6 , EN14126. Rozmiar S,M,XL,2XL,3XL do wyboru podczas zamawiania".

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie doprecyzowuje rozmiary i wymaga rozmiar S,M,L,XL,2XL,3XL do wyboru podczas zamawiania".

*** Pytanie nr 44 - dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wymaga, by komplety operacyjne posiadały kod EAN na opakowaniu (określany także jako kod kreskowy) celem weryfikacji produktu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

*** Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wymaga próbki wyrobu celem sprawdzenia czy produkt jest nieprzezroczysty?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ po zmianach. (poprawiona specyfikacja jak i formularze cenowe).

*** Pytanie nr 46 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 47 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce?

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw włókniny 17+/-2g/m² + 25 +/- 2g/m² + 17+/- 2g/m², posiadające wkładkę modelującą o dł. 9cm+/-1cm, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Maseczki medyczne, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, służą jako ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem, złuszczonej naskórki i owłosieniem. Posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%. Oferowany asortyment jest wyrobem medycznym w rozumieniu Zalecenia Komisji UE 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19 oraz w rozumieniu uchwały nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 48 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa/cm² +/-5

Pa/cm² i czystością mikrobiologiczną na poziomie maximum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?

Szczególnie ważne jest ciśnienie różnicowe, które na poziomie 25 Pa/cm² daje gwarancję swobody w oddychaniu, co pozwala na zachowanie pełnego komfortu pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika. W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 49 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga raportu z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy celem potwierdzenia parametrów maseczek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 50 - dot. pakietu nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającego deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 51 - dot. pakietu nr 6**

W związku z coraz częściej pojawiającymi się ofertami, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego, a mimo to startują w postępowaniach czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca był zobowiązany dołączyć poniższe oświadczenie:

Świadomi odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 92 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.), oświadczamy, że informacje o wyrobach medycznych, zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu dokumentach, w szczególności katalogach, folderach, kartach danych technicznych, fotografiach, odpowiadają stanowi faktycznemu i nie wprowadzają w błąd o którym mowa art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 52 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki sterylizacji były opisane kolorem tylko po procesie sterylizacji? Opis wskaźników przed sterylizacją i po sterylizacji może powodować dezorientację ostatecznego Klienta który kolor dotyczy opakowania przed sterylizacją, a który po oraz słabszą czytelność nadruków w zgrzewie ze względu na kolejne opisy w zgrzewie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 53 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga podania dokładnego numeru katalogowego produktu celem weryfikacji parametrów produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 54 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga opakowania kartonowego typu dispenser, które umożliwia łatwe wyciągnięcie pojedynczej maseczki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 55 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, by maseczki zapakowane były w opakowanie kartonowe umożliwiające łatwe wyjęcie pojedynczej maseczki, a nie gęsto upakowane w worku foliowym? Tylko opakowanie kartonowe umożliwi wyciągnięcie pojedynczej maseczki bez przypadkowego dotknięcia i zanieczyszczenia pozostałych maseczek.

Czy Zamawiający wymaga Kart Danych Technicznych na poświadczenie spełnianych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 56 - dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga próbki celem weryfikacji oferowanego asortymentu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ po zmianach. (poprawiona specyfikacja jak i formularze cenowe).

*** Pytanie nr 57- dot. projektu umowy:**

Zważywszy na treść § 3 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 58 - dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 59 - dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 60 - dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4x ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych do 0,5% wartości niedostarczonego towaru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 61 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu ochronnego w klasie 4,5,6.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 62 - dot. pakietu nr 1**

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie kombinezonów w rozmiarze uniwersalnym L, XL

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 63 - dot. pakietu nr 4**

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 20 g/m² tylko w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 64 - dot. pakietu nr 4**

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny w kolorze niebieskim rękaw zakończony mankietem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 65 - dot. pakietu nr 5**

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie ubranie operacyjne z SMMS tylko w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolor zielony lub niebieski.

*** Pytanie nr 66 - dot. pakietu nr 6**

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie масечек wykonanych z trzech warstw niepylącej włókniny 25g/m²+25 g/m²+25g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 67 - dot. pakietu nr 6**

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie масечек z ciśnieniem różnicowym 40 Pa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poniżej 40Pa.

*** Pytanie nr 68 - dot. załącznika nr 4 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 2 do wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem oraz wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 3 do wysokości 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 69 - dot. pakietu nr 4, poz. 1**

- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

- Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 70 - dot. pakietu nr, poz. 2,3**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

*** Pytanie nr 71 - dot. pakietu nr 5, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści kolor tylko niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolor zielony lub niebieski.

*** Pytanie nr 72 - dot. pakietu nr 6**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

*** Pytanie nr 73 - dot. pakietu nr 13 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 74 - dot. pakietu nr 3 - Ochraniacze na buty wysokie**

Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie opisu w pakiecie nr 3 - Ochraniacze na buty wysokie **z wszystkimi barierami gumowymi pod kolanem**. Czego Zamawiający oczekuje ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ochraniaczy wysokich pod kolano z wszytym ściągaczem gumowym uniemożliwiającym samoistne opadanie ochraniacza po założeniu.

*** Pytanie nr 75 - dot. pakietu nr 1**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu oklejania szwów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przedłużenie terminu składania ofert

W związku z trwającym procesem prac nad wyjaśnieniami na liczne zapytania Wykonawców **oraz zmiany w SIWZ i formularzu cenowym**, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, mając na względzie umożliwienie potencjalnym wykonawcom złożenie ofert, zgodnie z art. 38 ust.6 prawa zamówień publicznych, jak następuje:

Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu - zmienia się termin na:

płatne do dnia 26.02.2021r. o godzinie 10.00

Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie - zmienia się na termin na :

płatne do dnia 26.02.2021r. o godzinie 10.00

Nowy termin składania ofert upływa 26.02.2021r. o godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert 26.02.2021r o godz. 11⁰⁰

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem


DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek

