



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/35/2022

Sanok, dnia 2 marca 2022r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/03/2022 pn. **Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim**

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1 Dotyczy PAKIETU nr 4 - Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – Głowica proktologiczna o częstotliwości min. 6,0-16 MHz**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy proktologicznej fabrycznie nowej z datą produkcji 2021r.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści głowicę proktologiczną z datą produkcji z drugiej połowy 2021r.**

#### **Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR**

Prosimy o podanie dostawcy systemu PACS/RIS

**Odpowiedź: Pixel Technology.**

#### **Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR**

Czy zamawiający posiada wpięte jakieś urządzenia cyfrowe do obecnego systemu i czy można korzystać z istniejących licencji, czy należy podpiąć po raz pierwszy cyfrowe stacje do systemu PACS?

**Odpowiedź: Zamawiający posiada dwa skanery CR.**

#### **Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR**

Czy zamawiający wymaga dostawy 2x 43x43 i 1 x 24x30, czy 3x 43x43 i 1 x 24x30 czyli 4 detektorów łącznie?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy 4 detektorów 3x43x43, 1x24x30. Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR**

Dotyczy pkt. 27 i 52

Czy zamawiający pod pojęciem: „Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora”, ma na myśli ładowanie bezprzewodowe poprzez umieszczenie go w ładowarce? i dodatkowo możliwość ładowania poprzez podłączenie kabla? Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby dostarczony detektor dodatkowo posiadał możliwość ładowania (bezstykowego, bezprzewodowego) indukcyjnego, bez konieczności wyciągania baterii z detektora.**

**Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR  
Dotyczy pkt. 28**

Czy zamawiający dopuści do przetargu inne złącza dostępne na rynku ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR  
Dotyczy pkt. 30**

Czy zamawiający dopuści do przetargu rozwiązania z dodatkowym uchwytem do detektora który równocześnie zabezpiecza go przed uszkodzeniem a także umożliwia wykonywanie badań z większym obciążeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8 dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI**

**(dla Pakietu nr 4 ORAZ Pakietu nr 5), pkt.2 oraz pkt. 1 Serwis pogwarancyjny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej z 24 na 48h w dniu roboczym w okresie gwarancyjnym i z 48 do 72h w dniu roboczym w okresie pogwarancyjnym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9 dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 ORAZ Pakietu nr 5), pkt.5**

Prosimy o zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego (na żądanie Zamawiającego) w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 6 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 ORAZ Pakietu nr 5), pkt.5**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„W przypadku awarii i naprawy trwającej dłużej niż 6 dni roboczych w okresie gwarancyjnym od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy – w zakresie oferowanych głowic ultrasonograficznych oraz videobronchoskopów, dostawa sprzętu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjonalności (na żądanie Zamawiającego)”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 ORAZ Pakietu nr 5), pkt.4 w powiązaniu z zapisami umowy § 4 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 6 dni roboczych powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 ORAZ Pakietu nr 5), pkt.5 (Serwis pogwarancyjny)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 13 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 ORAZ Pakietu nr 5), pkt. 14 oraz pkt.7 (Serwis pogwarancyjny)**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia: „Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów – min. 3 miesiące”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 14 Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4**

**Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:**

„W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną lub wymianą uszkodzonych elementów bądź podzespołów sprzętu wynikających z wady fabrycznej urządzenia, jak również koszty obowiązkowych przeglądów, ponosi w pełni Wykonawca”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 15 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 1)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 16 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 2)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„w przypadku gdy zawiniona zwłoka w dostarczeniu sprzętu będzie trwać ponad 5 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez obowiązku udzielania terminu dodatkowego, składając Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 7 dni od stwierdzenia tej okoliczności. [...] „zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 17 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 3)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3% na 0,1%.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 18 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 4)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2% ceny brutto danego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 19 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 5)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1% na 0,05%.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 20 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 6)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 21 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 30% na 15%.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 22 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca nie usunie wad sprzętu, nie dostarczy towaru wolnego od wad, nie dostarczy sprzętu zastępczego lub nie wymieni wadliwego sprzętu bądź jego elementu lub podzespołu w terminie 21 dni od daty zgłoszenia awarii sprzętu. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w

terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Oświadczenie o odstąpieniu będzie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonania umowy”.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 23 Dotyczy zapisów Zał. Nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 4 – Aparat USG**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie głowicy typu convex, rekondycjonowaną z datą produkcji 2019r?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24 Dotyczy zapisów Zał. Nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 5 – Zestaw do videobronchoskopii**

Czy Zamawiający dopuści sprzęt fabrycznie nowy z datą produkcji 2020r?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25**

Prosimy o przygotowanie odrębnych umów na każdy odrębny pakiet

**Odpowiedź: Na każdy pakiet zawierana jest odrębna umowa.**

**UWAGA!**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

*Z poważaniem*